

DEZ/1059/2024

Jelenia Góra 05.07.2024 r.

**Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.07.2024 r. z godz.12:00**

**Zakup sprzętu do Pracowni Endoskopii  
oraz zakup aparatu USG na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego  
Kotliny Jeleniogórskiej  
postępowanie powtórzone  
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/25/05/2024**

**Kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia przez Zamawiającego:  
(Otwarcie ofert w dniu 05.07.2024 r. o godz. 12:00)**

<b>Nr pakietu</b>	<b>Nazwa Pakietu</b>	<b>Kwota przeznaczona (brutto zł)</b>
<b>1</b>	<b>Zakup sprzętu do Pracowni Endoskopii</b>	<b>1 789 000,00</b>
<b>2</b>	<b>Zakup aparatu USG</b>	<b>489 000,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>2 278 000,00</b>

Stosownie do art. 222 ust.5 PZP:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

1. Do dnia składania ofert zostały złożone **3 oferty** (zgodnie z załącznikiem).
2. Do momentu otwarcia ofert, oferty były przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność na platformie zakupowej OpenNexus.
3. W otwarciu ofert **nie uczestniczyli** przedstawiciele ze strony Wykonawców.



Wojewódzkie  
Centrum  
Szpitalne  
Kotliny  
Jeleniogórskiej

## WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY  
ŚLĄSK**

**Oferta nr 1** – EMS – EUROMED MEDICAL SOLUTION Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 137, 60-313 Poznań

Pakiet Nr	Cena netto w zł	Cena brutto w zł	Termin gwarancji
2	452 129,63	488 300,00	36 miesięcy

### **Parametry jakościowe w zakresie Pakietu Nr 2 :**

1. parametr: dynamika systemu minimum 350 dB (Załącznik Nr 1 poz. 1.8)  
powyżej 370 dB – 5 pkt
2. parametr: monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu ponad 23” i rozdzielczość minimum 1920x1080 px, regulowany panel dotykowy (pochył) pojemnościowy o przekątnej minimum 14” (Załącznik Nr 1 poz. 1.10)  
powyżej 23,5” – 5 pkt
3. parametr: prędkość odświeżania dla CD minimum 550 klatek/sek. (Załącznik Nr 1 poz. 1.24)  
powyżej 640 klatek/sek. – 5 pkt
4. parametr: głębokość obrazowania aparatu regulowana w zakresie minimum od 2 cm do 50 cm (Załącznik Nr 1 poz. 1.25)  
powyżej 54 cm – 5 pkt
5. parametr: funkcja oprogramowania do badania piersi oraz tarczycy w trybie B-Mode, dającą możliwość wykonania analizy morfologicznej z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem



Wojewódzkie  
Centrum  
Szpitalne  
Kotliny  
Jeleniogórskiej

## WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

**KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ**

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY  
ŚLĄSK**

ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej ze skalą BI-RADS (piersi), skalą TI-RADS (tarczycy) oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi i tarczycy- dostępne 2 metody klasyfikacji piersi BI-RADS 2003/ BI-RADS 2013 oraz metoda klasyfikacji zmian w tarczycy EU-TIRADS (Załącznik Nr 1 poz.1.45)  
TAK – 10 pkt

### **Oferta nr 2** – Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

Pakiet Nr	Cena netto w zł	Cena brutto w zł	Termin gwarancji
1	1 221 782,28	1 348 250,61	36 miesięcy

### **Oferta nr 3** – Varimed Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 115/4u, 50-442 Wrocław.

Pakiet Nr	Cena netto w zł	Cena brutto w zł	Termin gwarancji
1	1 453 888,00	1 581 003,24	60 miesięcy

z up. Dyrektora WCSKJ  
Przemysław Bogdanowicz