



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

NIP- 551-21-23-091
PKD- 8610Z
REGON- 000805666
KONTO – Bank Pekao S.A.
06 1240 4748 1111
0000 4872 7945

Nasz znak:

TZ/2503/29/3635/2021

TZ/2503/29/3652/2021

TZ/2503/29/3653/2021

Andrychów dn., 03.11.2021 r.

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU ZAPYTAŃ

Dotyczy: postępowania prowadzonego według Regulaminu Zamawiającego na zadanie pn.: „Dostawa urządzenia EEG Biofeedback wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie – znak sprawy: TZ/2503/29/2021

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, dalej „Zamawiający”, informuje, że w postępowaniu zostały złożone pytania

Poniżej podajemy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – dotyczy projektu umowy §3 ust. 10 i 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na to aby urządzenie z usterką zostało przesłane do siedziby Wykonawcy (na koszt Wykonawcy), jeżeli usterka nie wymaga obecności serwisantów Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 2

Proszę o potwierdzenie, że nazwy własne użyte w Zaproszeniu są przykładowe i Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne funkcjonalne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że szczegółowe wymagania co do wymaganego przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 1 do Zaproszenia. Wykonawca, składający ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, winien zaoferować produkt spełniający wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto, Zamawiający przypomina, że Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą, karty katalogowej oferowanego produktu (z zaznaczeniem spełnienia przez produkt wszystkich wymaganych parametrów, o których mowa w Załączniku nr 1 do Zaproszenia).



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Pytanie nr 3 - dotyczy projektu umowy §3 ust. 10 i 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zdalną (online) diagnostykę usterki a w przypadku konieczności naprawy – wysłanie uszkodzonego sprzętu na koszt Wykonawcy? Wykonawca nada kuriera i pokryje wszystkie koszty przesyłki.

Odpowiedź: W przypadku wystąpienia usterki, Zamawiający wyraża zgodę na jej zdalną (online) diagnostykę, natomiast Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie uszkodzonego sprzętu na koszt Wykonawcy do jego siedziby. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż szczegółowe procedury postępowania w przypadku potencjalnie występującej usterki, zostały zawarte w Załączniku nr 3 – Projekt umowy, będący integralną częścią Zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany, w przypadku wyboru jego oferty, do podpisania umowy na warunkach w nich zawartych i w terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy, pkt. 13).

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow

do dnia 09.11.2021 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 09.11.2021 r. o godz. 09.30

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Andrychowie

Piotr Kopijasz

Otrzymują:
1 x https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow
1 x Wykonawcy (email)
1 x a/a