



**SZPITAL ŚW. ŁUKASZA**  
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00  
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

Bolesławiec, 26 października 2022 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**e-mail: platforma zakupowa**

**Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemiedycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 40/PN/2022.**

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

**1) Dotyczy Zadania nr 36, poz. 1, 2**

Ze względu na brak tożsamości przedmiotowej w pakiecie 36, co jest sprzeczne z ustawą o zamówieniach publicznych, prosimy o umożliwienie składania ofert częściowych na wybrane pozycje. Zamawiający uzyska składanie ofert równoważnych i zwiększenie konkurencyjności cenowej.

Art. 5 ust. 9 dyrektywy 2014/24/UE, który nakazuje, aby łącznym szacowaniem wartości dostaw obejmować nie tylko takie same dostawy, ale także dostawy podobne. W świetle motywu 19 dyrektywy 2014/24/UE przez pojęcie podobnych dostaw do celów szacowania należy rozumieć produkty o identycznym lub podobnym przeznaczeniu, Zdaniem wykonawcy produkty w pakiecie nr 36 są różnej funkcjonalności i przeznaczeniu.

Przy podziale na części Zamawiający nie powinien kierować się wolą posiadania tylko jednego wykonawcy, czy wręcz wygodą, gdyż pakiet 36 łączący kilka różnych typów dostaw takich jak cewniki permanentne, maska krtaniowa, rurki intubacyjne powinny zostać uznane z góry za zamówienia podzielne i poddane dalszej analizie. Jako kierunek działań w tym zakresie należy przyjąć obowiązek stosowania przez zamawiającego zasady zachowania uczciwej konkurencji w połączeniu ze wskazanym w motywie 78 preambuły Dyrektywy klasycznej celem w postaci ułatwienia udziału w zamówieniach publicznych małym i średnim przedsiębiorcom. Minimalnym podziałem na części jest podział na dostawy różnego typu, a Zdaniem wykonawcy nie została zachowana reguła podobieństwa w pakiecie nr 36

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w odniesieniu do poszczególnych pozycji pakiecie nr 36, lub wydzieli pozycje nr 1 i 2 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na składanie ofert częściowych w odniesieniu do poszczególnych pozycji w pakiecie nr 36 oraz **nie wyraża zgody** na wydzielenie pozycji nr 1 i 2 do osobnego pakietu.

**2) Dotyczy Zadania nr 36, poz. 1, 2**

Jeśli Zamawiający umożliwi składanie ofert na pozycję 1 i 2, prosimy o dopuszczenie cewników permanentnych do hemodializy o różnicach podanych w nawiasach:

Pozycja 1

Cewnik do hemodializy - 2 światłowy długość 16 i 20 cm (**oferujemy cewniki o długości od mufki/ długość całkowita: 15/20cm, 17/22cm, 19/24cm , 23/28cm**) Cewnik impregnowany powłoką bakteriobójczą, która w sposób statycznie znamieny hamuje kolonizację na cewnikach oraz zmniejsza częstość zakażeń wynikających z kaniulacji żył centralnych, (**cewnik wykonany w innowacyjnej technologii Endexo, co sprawia, że materiał cewnika jest bardziej odporny na gromadzenie się elementów krwi w porównaniu do standardowych cewników niepowlekanymi, jedyny cewnik z technologią Endexo, ograniczający ilość powstającej skrzepliny in vitro w porównaniu do powszechnie stosowanych cewników (dane w oparciu o liczbę płytek krwi)) umożliwiającą wprowadzenie przewodnika bez rozłączania igły od strzykawki 12F typu Arrow lub równoważny (**Opatentowana końcówka dożylna oraz osobny kanał pozwala na umieszczenie przewodnicy i precyzyjne prowadzenie środkiem końcówki dystalnej na całej długości przewodnicy, co zapewnia łatwość wprowadzania**)**

Pozycja 2

Cewnik do hemodializy - 2 światłowy 14F (**15,5F- mieści się w zakresie dla cewników permanentnych**) długość 15, 20,25cm (**oferujemy cewniki o długości od mufki/ długość całkowita: 15/20cm, 17/22cm, 19/24cm , 23/28cm**) Cewnik impregnowany powłoką bakteriobójczą, która w sposób statycznie znamieny hamuje kolonizację na cewnikach oraz zmniejsza częstość zakażeń wynikających z kaniulacji żył centralnych , (**cewnik wykonany w innowacyjnej technologii Endexo, co sprawia, że materiał cewnika jest bardziej odporny na gromadzenie się elementów krwi w porównaniu do standardowych cewników niepowlekanymi, jedyny cewnik z technologią Endexo, ograniczający ilość powstającej skrzepliny in vitro w porównaniu do powszechnie stosowanych cewników (dane w oparciu o liczbę płytek krwi)), umożliwiającą wprowadzenie przewodnika bez rozłączania igły od strzykawki 12F typu Arrow lub równoważny(**Opatentowana końcówka dożylna oraz osobny kanał pozwala na umieszczenie przewodnicy i precyzyjne prowadzenie środkiem końcówki dystalnej na całej długości przewodnicy, co zapewnia łatwość wprowadzania**)**

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** cewników permanentnych do hemodializy o różnicach podanych w nawiasach. Proponowane przez Wykonawcę cewniki nie spełniają kryterium równoważności.

### **3) Dotyczy Zadania nr 36, poz. 1, 2**

Jeśli Zamawiający utrzyma parametry wykluczające kierując się tylko własną chęcią posiadania konkretnego produktu, i nie stworzył warunków do składania ofert większej ilości wykonawców, zgodnie z zasadą konkurencyjności i z wykorzystaniem norm rekomendowanych w polityce zakupowej państwa i nie zastosuje się do nich w oparciu o obiektywne potrzeby społeczne, prosimy o wskazanie granic równoważności i zasad konkurencyjności w oparciu o artykuł 99 ust. 4-6 PZP

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający za równoważne uznaje cewniki o identycznej grubości (F) i posiadające impregnowaną powłokę bakteriobójczą, która w sposób statystycznie znamienne hamuje kolonizację na cewnikach oraz zmniejsza częstość zakażeń wynikających z kaniulacji żył centralnych zgodnie z zaleceniami CDC (zalecenie o sile IA) - Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections.

### **4) Dotyczy Zadania nr 46, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści produkty o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności, różnice podane w nawiasach:

#### Pozycja 1

"Zestaw do portu

Port żylny, jednokomorowy, kształt delty (**port w kształcie stożka- kształt lepszy, nie tworzy napięć skórnych w trakcie nakłucia przezskórnego**), wielkość (rozmiar standardowy max. 33x26 mm(**średnica podstawy 26,7mm**), waga do 9 gram(**4,9g- port lżejszy - parametr lepszy, zwiększa poczucie komfortu użytkownika dla pacjenta**) śr. membrany min. 13mm(**12,1mm – parametr nie ma negatywnego wpływu na terapię**), wysokość komory portu max 14mm lub rozmiar mały max. 30x22mm (**średnica podstawy 26,7mm**), waga do 5 gram, śr. membrany min.10 mm, wysokość komory portu max. 12 mm (**12,1mm**)) sterylne; do prowadzenia długotrwałej chemioterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć. Cewnik 6,5F (**6F**), długość 500mm(**630mm, nadmiar można uciąć**), z oznakowaną na cewniku długością (oznakowanie co 1 cm, opis co 5 cm), silikonowy(**poliuretanowy**), o atraumatycznym zakończeniu. Port nie wykluczający wykonywania badań TK i MRI, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi przepływ z igłą G20 5 ml/s. Karta identyfikacyjna i skrócona instrukcja dla pacjenta w języku polskim - 1 szt. Obowiązują dwa rozmiary portów do zestawów (wybór zestawu zależy od potrzeb Zamawiającego).

Prowadnica 0.035" x 50 cm z wyłobieniem umożliwiającym wprowadzenie drutu jedną ręką - 1 szt.

Koszulka rozrywalna 7F - 1 szt.

2 łączniki z zabezpieczeniem przeciwko zagięciu cewnika - 1 szt.

Igła do nakłucia i przepłukania komory portu 22 G - 1 szt.

Tunelizator - 1 szt.

Igła Seldingera z portem bocznym posiadającym śluzę redukującą ryzyko zatoru powietrznego 18Gx 70 mm – 1 szt.

Strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 20ml – 1 szt.

Strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 10ml – 1 szt.

Strzykawka trzyczęściowa Luer Slip 10 ml – 2 szt.

Igła G18 1,20x40 mm – 1 szt.

Igła G23 0,60 x 30 mm– 1 szt.

Miska 26-28 x 23-26 x 4-6cm

Kleszczyki anatomiczne zagięte 12-13 cm - 1 szt.

Miska 13-14 x 12 x 4-6 cm

Imadło Mayo Hegar proste 14 cm – 1 szt.

Kleszczyki metalowe zagięte 12-13 cm – 3 szt.

Pęseta chirurgiczna 14-15 cm – 1 szt.

Hak do ran Roux 17 cm - 1 szt.

Nożyczki Metzenbaum zakrzywione 14-15cm – 1 szt.

Skalpel jednorazowy bezpieczny 11 – 1 szt.

Chusta 75 x 90 cm, samoprzylepna - 3 szt.

Nić monofilamentowa barwiona wchłaniałna 60-90 dni z igłą tnącą 3/8 koła 24"

**(Elementy zestawu wprowadzającego: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 18G, tępy tunelizator, igła Hubera prosta do przepłukiwania zestawu 22G, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem; strzykawka z gumowym tłokiem o objętości min. 10 ml, narzędzie do unoszenia naczyń**

**Wraz z zestawem do portu naczyniowego rekomendowanego przez Polski Klub Dostępu Naczyniowego o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność :**

1 x serweta Protect na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta przylepna Protect 75 x 90 cm 2-częściowa

1 x serweta przylepna Protect 175 x 170 cm

1 x Peha - instrument Nożyczki preparacyjne Metzenbaum 14,5 cm

1 x Peha® -instrument Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm

1 x Peha® -instrument Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm

1 x Peha® -instrument Kleszczyki anatomiczne proste typu Halsted-Mosquito 12,5 cm

1 x Peha® -instrument Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm

1 x Peha®-instrument Hak do ran typu Senn Miller 16 cm

1 x Peha-instrument Pęseta chirurgiczna Adson 12 cm

1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14 cm, zielone

1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

10 x Telacomp kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek  
5 x Medicomp extra kompres z włókniny 5 x 5 cm 6 warstw, 30 g/m<sup>2</sup>  
10 x Medicomp extra kompres z włókniny 10 x 10 cm 6 warstw, 30 g/m<sup>2</sup>  
3 x Pagasling tupfer z gazy No. 3 (śliwka) 20 x 20 cm, 20 nitek  
1 x Cosmopor E opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm  
1 x Cosmopor E opatrunek pooperacyjny 10 x 6 cm  
1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm), przezroczysty z podziałką  
1 x skalpel jednorazowy Nr 11)

#### Pozycja 2

Igła Huberta zakrzywiona pod kątem 90° do portu naczyniowego a o szlifie atraumatycznym z przedłużaczem z zaciskiem i skrzydełkami Igła ze stali nierdzewnej przedłużenie wykonane z polichlorku winylu PCV (zewnątrzna część) i polietyleny (zewnątrzna część) **(opis zbyt dokładny, wskazujący na jednego wykonawcę, oferujemy dren poliuretanowy, produkt bez lateksu)**-zapewniająca optymalną kompatybilność materiału podczas podawania cytostatyków G 22

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** produktów opisanych powyżej, których różnice przedstawiono w nawisach.

#### **5) Dotyczy Zadania nr 36, poz. 1, 2**

Jeśli Zamawiający utrzyma parametry wykluczające kierując się tylko własną chęcią posiadania konkretnego produktu, i nie stworzył warunków do składania ofert większej ilości wykonawców, zgodnie z zasadą konkurencyjności i z wykorzystaniem norm rekomendowanych w polityce zakupowej państwa i nie zastosuje się do nich w oparciu o obiektywne potrzeby społeczne, prosimy o wskazanie granic równoważności i zasad konkurencyjności w oparciu o artykuł 99 ust. 4-6 PZP

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Za równoważne Zamawiający uznaje oferty zawierające: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia porty dwóch różnych wielkości o wymiarach do 2 mm mniejszych, średnicą cewnika 6,5F, przeznaczeniu i warunkach użytkowania identycznych jak w opisie przedmiotu zamówienia oraz dostarczanych wraz z zestawem o minimalnym składzie podanym jak w opisie przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedzi udzielił: lek. Jarosław LUBOŃSKI- Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii**