



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Kraków, 12.04.2019

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP-9/19 : " Dzierżawa na okres 36 miesięcy, w pełni zautomatyzowanego analizatora (nie starszy niż 3 lata) do badań w zakresie serologii grup krwi wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych."

Pytanie

1. Dotyczy Załącznika Nr 1, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. Nr 2 Zakres badań, poz. 2.10

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści analizator wykonujący oznaczenia profili antygenowych z układów: MNSs, Kidd, Duffy w następującej konfiguracji profilu: Fya, Fyb, Jka, S,s a z uwagi na brak dostępności odczynnika do automatycznego oznaczania antygenu Jkb z układu Kidd, dopuści możliwość zaoferowanie odpowiednika tego odczynnika do wykonania oznaczenia metodą manualną.

Odpowiedź

Dopuszcza się

2. Dotyczy Załącznika Nr 1, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. Nr 2 Zakres badań, poz. 2.11

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania oznaczenia antygenu M z układu MNS w profilu antygenowym M, N, P1 na analizatorze, w związku z zapisem zawartym w parametrach jakościowych Tabela poz. 4 oraz 5 tj. „Możliwości wykonania na analizatorze oznaczania antygenu N oraz P1”, co pozwoli skrócić czas wykonania badania w porównaniu z oznaczaniem poszczególnych antygenów w osobnych testach, jednocześnie obniżając koszty tych oznaczeń.

Odpowiedź

Dopuszcza się

Jolanta Zatorska