

ZAMAWIAJĄCY:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
nr tel.: 4136-74-072

WYKONAWCA:

Nazwa: ZBIGMED Zbigniew Mikusek

Adres: ul. Rossiniego 19 m 30,03-289 Warszawa

Nr telefonu 517 974 135

REGON 361187020cNIP 524 223 52 06

Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego* prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS....., kapitał zakładowy.....

Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej*

** niepotrzebne skreślić*

E-mail, na który Zamawiający ma przysyłać korespondencję biuro@zbigmed.pl

W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej umowę w imieniu firmy podpiszą:

Zbigniew Mikusek-Właściciel

(imię, nazwisko, stanowisko)

OFERTA

1. W związku z zamieszczoną na: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce prośbą o złożenie oferty na zakup wraz z dostawą chłodziarki laboratoryjnej do przechowywania leków dla Apteki szpitalnej, zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym zamówieniem za cenę:

Netto 22 954,00 zł. słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote

+ VAT 5279,42 zł

Brutto: 28 233,42 zł. słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote i czterdzieści dwa grosze

2. Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury. Akceptowane będą faktury elektroniczne przesyłane na adres mailowy finanse@onkol.kielce.pl.
3. Realizacja zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy.
4. Oświadczamy ze wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

5. Okres gwarancji oferowanego przedmiotu zamówienia – 24 m-ce (min. 24 m-ce).
6. Oświadczamy, że zaofferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki zawarte w Załączniku nr 1 i jest fabrycznie nowy.
7. Oświadczamy że spełniamy następujące warunki:
 - a. co do kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 - b. co do sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 - c. co do zdolności technicznej i zawodowej.
8. Oświadczamy że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
9. Oświadczamy, że wzór umowy oraz zawarte w nim warunki realizacji, w tym terminy wykonania zamówienia i warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane.
10. Oferta zawiera stron kolejno ponumerowanych.
11. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu².
12. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest: Zbigniew Mikusek
nr telefonu 517 974 135 , nr faxu, adres e mail biuro@zbigmed.pl

**ZBIGMED Zbigniew Mikusek**
ul. Gioacchino Rossinięgo 19 m 30
03-289 Warszawa
NIP: 5242235206
tel.: +48 517 974 135
e-mail: biuro@zbigmed.pl

Miejscowość, data 08.04.2024

.....
podpis (podpisy) osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1. Formularz cenowy
2. Parametry techniczne
3.

¹Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Wartość netto zł.	Stawka podatku VAT%	Wartość brutto zł.	Nr katalogowy / producent
1.	Chłodziarka laboratoryjna spełniająca wymagania zawarte w Załączniku nr 1	szt.	1	22 954 zł	23%	28234,00	BOLARUS SLC 500 Glass

 **ZBIGMED Zbigniew Mikusek**
ul. Gioacchino Rossiniego 15 m 30
03-289 Warszawa
NIP: 5242235206
tel.: +48 517 974 135
e-mail: biuro@zbigmed.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYMAGANIA TECHNICZNE

Witryna chłodziarka laboratoryjna do przechowywania leków

Model SLC 1400 Glass

Producent Bolarus

Rok produkcji 2024

L.p.	Parametry, funkcjonalności wymagane	Parametry oferowane
1.	Wymiary (wys.szer.) zewnątrzne: 1385x816x1955 mm (powlekana stal galwanizowana) wewnętrzne: 1234x702x1388 mm (stal nierdzewna)	Tak, Wymiary (wys.szer.) zewnątrzne: 1480x 870x 1994 mm (stal malowana) wewnętrzne: 1340x 680x1500 mm (stal kwasoodporna AISI304) Dopuszczone odpowiedziami z dnia 03.04.2024
2.	Obieg powietrza – wymuszony	Tak Obieg powietrza – wymuszony
3.	Pojemność powyżej 1200 l	Tak, pojemność 1360 litrów brutto i 1260 litrów netto
4.	Wymuszony obieg powietrza	tak Wymuszony obieg powietrza
5.	Panel sterowania – duży, elektroniczny wyświetlacz, przyciski dotykowe	tak Panel sterowania – duży, elektroniczny wyświetlacz, przyciski dotykowe
6.	Półki – wysuwane z ogranicznikiem wypadania min. 14 szt.	Tak, szuflada apteczna wysokości 75 mm – 14 szt. Dopuszczone odpowiedziami z dnia 03.04.2024
7.	Regulacja temperatury – tak	Regulacja temperatury – tak
8.	Zakres temperatur od +2 do +8°C	Zakres temperatur od +2 do +10°C Dopuszczone odpowiedziami z dnia 03.04.2024
9.	Kontrola – elektroniczna	tak Kontrola – elektroniczna
10.	Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki – automatyczny	Tak, sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki – automatyczny
11.	Sygnalizacja alarmowa – odchylenie temperatury, otwarcie drzwi	tak Sygnalizacja alarmowa – odchylenie temperatury, otwarcie drzwi
12.	Ilość drzwi – 2	Tak, Ilość drzwi – 2
13.	Wykonanie drzwi – szklane, witrynowe	Tak, Wykonanie drzwi – szklane, witrynowe
14.	Dodatkowe opcje – oświetlenie LED wnętrza, równomierny rozkład temperatur, wentylator	Tak, Dodatkowe opcje – oświetlenie LED wnętrza, równomierny rozkład temperatur, wentylator
15.	Waga – około 280 kg	Tak, Waga 205 kg
16.	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski	Tak
17.	Gwarancja: min 24 m-ce od dostawy/instalacji	Tak
18.	Transport na miejsce docelowe funkcjonowania, instalacja oraz szkolenie po stronie Wykonawcy	Tak



ZBIGMED Zbigniew Mikusek
ul. Gioacchino Rossiniego 15 m 30
03-289 Warszawa
NIP: 5242235206
tel.: +48 517 974 135
e-mail: biuro@zbigmed.pl

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

szafa chłodnicza

SLC 1400 GLASS

+2... +10°C



Ekologiczny czynnik chłodniczy



System przeciwmroźniowy



Otwór walidacyjny



3 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca



2 dodatkowe nogi do poziomowania



Oświetlenie LED




WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor RAL 9016
- Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Izolacja 70 mm
- Ekologiczny czynnik chłodniczy
- Drzwi przeszklone z wymienną uszczelką
- Zamek mechaniczny drzwi
- System automatycznego domykania drzwi
- Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiającym zmianę nastawy temperatury co 0.1K
- Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp.
- Alarm otwartych drzwi
- Alarm zabrudzonego skraplacza
- Alarm uszkodzonego czujnika temperatury
- Wyjście alarmu zewnętrznego- styk bezpotencjałowy
- Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu
- System przeciwmroźniowy
- Prowadnice półki / wsporniki poziome
- 8 półek powlekanych z drutu
- Możliwość regulacji położenia półki
- Otwór walidacyjny
- 3 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca
- 2 dodatkowe nogi do poziomowania
- Uchwyty na plecach urządzenia ułatwiające transport
- Oświetlenie LED



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- Podtrzymanie baterijne alarmów
- Alarm zaniku zasilania
- Rejestrator temperatury
- Zmiana standardowego zakresu temperatur
- Dodatkowy otwór walidacyjny w ścianie
- Pojemnik na glikol
- Nogi PVC regulowane
- Szuflada 75 mm z przegrodami
- Szuflada 150 mm
- Dodatkowe prowadnice półki / wsporniki poziome
- Dodatkowe półki (powlekane drut, inox drut)
- Korpus zewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 304



szafa chłodnicza

SLC 1400 GLASS



Ekologiczny czynnik chłodniczy



System przeciwzmrożeniowy



Otwór walidacyjny



3 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca



2 dodatkowe nogi do poziomowania



Oświetlenie LED

Dane techniczne

	Szer.	Gł.	Wys.
Wymiary zewnętrzne [mm]:	1480	870 (824)	1994
Wymiary wewnętrzne [mm]:	1340	680	1500
Typ agregatu:	wewnętrzny		
Rodzaj chłodzenia:	dynamiczne		
Pojemność brutto:	1360 [dm ³]		
Pojemność netto:	1260 [dm ³]		
Ciężar własny:	205 [kg]		
Max. załadowanie:	240 [kg]		
Ilość półek:	8		
Ilość prowadnic / wsporników poziomych:	16		
Max. obciążenie półki:	30 [kg]		
Zakres temperatur:	+2... +10 [°C]		
Warunki otoczenia:	+25 [°C] przy 60% HR		
Czynnik chłodniczy:	R290		
Zasilanie:	230/50 [V/Hz]		
Ilość drzwi zewnętrznych:	2		
Dobowe zużycie energii:	8.0 [kWh/24h]		
Poziom hałasu:	57 [dB]		
Moc znamionowa:	730 [W]		
Prąd znamionowy:	3.7 [A]		