

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	Nr sprawy: ZP/35/2023
--	---	--------------------------

Załącznik nr 1 do SWZ

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu	
Adres: 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35	
NIP: 578-310-44-67	REGON: 281098840

1. WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Nazwa: TRONUS POLSKA SP. Z O.O.			
NIP: 5272680141		REGON: 146196211	
Adres: ORDONA 2 A			
Miejscowość: WARSZAWA		Kod pocztowy:01-237	Województwo: MAZOWIECKIE
e-mail: DZP@TRONUS.PL			Tel: 223536677
Adres do korespondencji:			
Forma prowadzenia działalności przez Wykonawcę: <i>Zaznaczyć w odpowiednim miejscu. Kliknąć 2 x w oznaczany kwadrat, odznaczyć wartość domyślną: „zaznaczone”</i>		<input type="checkbox"/> MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO * <input type="checkbox"/> MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO * <input type="checkbox"/> ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO * <input type="checkbox"/> JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * <input type="checkbox"/> OSOBA FIZYCZNA NIEPROWADZĄCA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ * <input type="checkbox"/> INNY RODZAJ *	

2. WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

(Tabelę 2 należy wypełnić w przypadku składania oferty przez więcej niż jednego wykonawcę, konsorcja. W przypadku składania ofert przez większą ilość wykonawców, tabelę należy skopiować odpowiednio.)

Nazwa:			
NIP:		REGON:	
Adres:			
Miejscowość:		Kod pocztowy:	Województwo:
e-mail:			Tel:
Adres do korespondencji:			
Forma prowadzenia działalności przez Wykonawcę: <i>Zaznaczyć w odpowiednim miejscu. Kliknąć 2 x w oznaczany kwadrat, odznaczyć wartość domyślną: „zaznaczone”</i>		<input type="checkbox"/> MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO *	
		<input type="checkbox"/> MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO *	
		<input type="checkbox"/> ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO *	
		<input type="checkbox"/> JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA *	
		<input type="checkbox"/> OSOBA FIZYCZNA NIEPROWADZĄCA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ *	
		<input type="checkbox"/> INNY RODZAJ *	

- * Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln €
- * Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln €
- * Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln € lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln €.
- * Jednoosobowa działalność gospodarcza : osoba fizyczna, która uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej poprzez posiadanie zezwolenia, licencji lub koncesji na prowadzenie określonej działalności
- * Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej: osoba fizyczna występująca w obrocie jako konsument, niebędąca przedsiębiorcą.

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	Nr sprawy: ZP/35/2023
--	---	--------------------------

Składam/my ofertę w postępowaniu **ZP/35/2023 na dostawę i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B**, na:

Pakiet nr 1 *(należy wpisać numer oferowanego pakietu, powtarzać w razie potrzeby)*

Cena bez VAT . 39 022,00 zł. słownie : trzydzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa zł

Stawka/i VAT: 23%,

Cena z VAT 47 997,06zł. słownie : czterdzieści siedem tys dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem zł 06/100

W tym należny podatek VAT 8 975,06 zł.

Pakiet nr 2 *(należy wpisać numer oferowanego pakietu, powtarzać w razie potrzeby)*

Cena bez VAT 77 000 zł. słownie : siedemdziesiąt siedem tys

Stawka/i VAT: 23%

Cena z VAT 94 710 zł. słownie : dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć zł

W tym należny podatek VAT 17 710 zł.

Pakiet nr 3 *(należy wpisać numer oferowanego pakietu, powtarzać w razie potrzeby)*

Cena bez VAT 699 461,00 zł. słownie : sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tys czterysta sześćdziesiąt jeden zł

Stawka/i VAT: 23%

Cena z VAT 860 337,03 zł. słownie : osiemset sześćdziesiąt tys trzysta trzydzieści siedem zł 03/100

W tym należny podatek VAT 160876,03 zł.

Pakiet nr 4 *(należy wpisać numer oferowanego pakietu, powtarzać w razie potrzeby)*

Cena bez VAT 138 787,00 zł. słownie : sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem zł


Stawka/i VAT: 23%

Cena z VAT 170 708,01zł. słownie : sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiem zł 01/100

W tym należny podatek VAT 31 921,01 zł.

Adres e-mail, na który zamawiający zgodnie z treścią § 2 ust. 2 Umowy, dokona zgłoszenia w celu dostarczenia zamawianego sprzętu: dzp@tronus.pl . Konrad.warda@tronus.pl

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom:

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/35/2023
	Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B	

Lp.	Nazwa części zamówienia	Firma podwykonawcy

3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku realizacji zamówienia przy współudziale podwykonawców, do zawarcia umów z podwykonawcami zgodnie z postanowieniami art. 409 ustawy Prawo zamówień publicznych
4. Oświadczamy, że zgodnie z art. 225 ustawy Pzp wybór naszej oferty (*zaznaczyć w odpowiednim miejscu. Kliknąć 2 x w oznaczany kwadrat, odznaczyć wartość domyślna: „zaznaczone”*):

- ☐ **Nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług,
- ☒ ~~Będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług.~~

~~W związku z powyższym, oświadczamy, że świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego to:~~

Lp.	Świadczenia (nazwa, rodzaj) będą prowadzić do powstania obowiązku podatkowego/ gdy nie dotyczy pozostawić bez wypełnienia	Wartość wskazanych towarów/usług bez podatku VAT

Jeżeli Wykonawca błędnie określi powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający zastosuje się do art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

5. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²

7. **Osobą upoważnioną do kontaktów** z Zamawiającym jest Pani/Pan telefon kontaktowy.....

8. **Osobą/-ami upoważnionymi do podpisania przyszłej umowy** z Zamawiającym jest/są Pani/Pan Beata Warda (wpisać nazwisko, funkcję)


9. **Adres e-mail, na który należy kierować zamówienia:** dzp@tronus.pl . Konrad.warda@tronus.pl

WARSZAWA dnia

Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

¹rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

4



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




Przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis. Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00

Formularz cenowy

Pakiet nr 1

Załącznik nr 1.1

Lp.	Parametry techniczne - opis lub rysunek nr	Nazwa i opis	Ilość (szt./kpl.)	Cena netto jednostkowa (zł)	Wartość netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Wartość brutto (zł)	UWAGA, składając ofertę na nn. Pakiet, do załącznika nr 1.1 należy dołączyć wypełnione załączniki nr:
1	1.1.1	fotel obrotowy	5	1 210,00	6 050,00	23%	7 441,50	1.1.1
2	1.1.2	krzesło	22	513,00	11 286,00	23%	13 881,78	1.1.2
3	1.1.3	krzesło 5 osobowe	1	990,00	990,00	23%	1 217,70	1.1.3
4	1.1.4	krzesło konferencyjne	10	402,00	4 020,00	23%	4 944,60	1.1.4
5	1.1.5	krzesło stacjonarne zmywalne	6	500,00	3 000,00	23%	3 690,00	1.1.5
6	1.1.6	sofa wypoczynkowa	4	3 110,00	12 440,00	23%	15 301,20	1.1.6
7	1.1.7	Taboret obrotowy	3	412,00	1 236,00	23%	1 520,28	1.1.7
Razem					39 022,00 zł	23%	47 997,06 zł	8 975,06 zł

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.1.1 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

FOTEL OBROTOWY - SZT 5


Nazwa	Fotel obrotowy
Typ	Tr-ko65
Producent	tronus
Kraj pochodzenia	polska
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)	
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	<p>Krzesło obrotowe z mechanizmem CPT lub PST01-CPW.</p> <ul style="list-style-type: none"> Siedzisko miękkie tapicerowane zmywalne / osłona tworzywo sztuczne. Oparcie miękkie tapicerowane zmywalne / osłona tworzywo sztuczne Materiał – skaja / eko-skóra (100% poliester pokryty PCV), gramatura 460g/m2, odporność na ścieranie min. 50.000 cykli Martindale, gramatura 215g/m2, trudno zapalność Kolorystyka tapicerki – do uzgodnienia z użytkownikiem Inne do materiału tapicerki: łatwość w utrzymaniu czystości i trwałość kolorystyczna Siedzisko o wymiarach: szerokość 440-520 mm, głębokość 395-420 mm. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji za pomocą śruby. Regulowana głębokość siedziska za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła: 410-545 mm Regulowana wysokość oparcia za pomocą śruby: 945-1140 mm. Nośność: 120 kg Stale, wygodne podłokietniki. Podstawa stalowa z nakładkami z tworzywa sztucznego łatwo zmywalnego lub pokryta warstwą chromoniklu. Typ koła: lekko toczące, samohamowne kółka do powierzchni twardych lub miękkich – po uzgodnieniu z użytkownikiem. <p>Tolerancja parametrów mierzalnych: +/- 10%</p>	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36 miesiecy
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.


Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	Nr sprawy: ZP/35/2023
--	--	--------------------------

Załącznik Nr 1.1.2 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

KRZESŁO STACJONARNE ZMYWALNE – ŁAWKA PIĘCIOOSOBOWA

Nazwa	KRZESŁO STACJONARNE ZMYWALNE – ŁAWKA PIĘCIOOSOBOWA
Typ	TR-1011
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021


Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)	
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	<p>Krzesło stacjonarne zmywalne – ławka pięcioosobowa</p> <ul style="list-style-type: none">• Materiał na krzesło: 90% polipropylen i 10% włókno szklane / wzmacniane / tworzywo sztuczne – o podwyższonej odporności na oddziaływanie mechaniczne i chemiczne• Wymiary siedziska: szerokość 460 mm, głębokość 420 mm,• Wymiary oparcia: szerokość (stożkowa) 460 mm, wysokość. 470 mm• Nośność: 5 x 100 kg/os.• Ilość miejsc: 5• Odporność na ścieranie: min. 75 000 Md• Kolor krzeselka: do ustalenia z użytkownikiem• Kolor konstrukcji: czarny• Nogi / podstawa konstrukcji: prosta rama / podstawa w kształcie odwróconej litery T• Materiał na podstawę / nogi / konstrukcję: metal / profil zamknięty / malowany proszkowo• Podstawa / konstrukcja pod krzeselka: profile zabezpieczone zaślepkami• Nogi / podstawa: zabezpieczone przed rysowaniem powierzchni• Inne: dodatkowe podparcie całej konstrukcji pod środkowym krzeselkiem / stabilizujące ugięcie belki nośnej <p>Tolerancja parametrów mierzalnych: +/- 10%</p>	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36 miesięcy
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.


Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.1.3 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

KRZESŁO – 22 SZT.

Nazwa	KRZESŁO
Typ	TR-222
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)	
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	<p>Krzesło do poczekalni</p> <ul style="list-style-type: none">Materiał na krzesło: 90% polipropylen i 10% włókno szklane / wzmacnianeWymiary krzesła: wysokość siedziska 450 mm, głębokość siedziska 440 mm, szerokość siedziska 510 mm, wysokość oparcia od siedziska min. 420 mm, pełna wysokość min. 700 mmOdporność na ścieranie: 50 000 MdKolor: do ustalenia z użytkownikiemNogi: prosta rama z 4 nogamiMateriał na podstawę / nogi: rura stalowa owalna o wymiarach min. 15 mm na 25-30 mm i grubości 2 mm / pokryta chromoniklemNośność krzesła: 120 kgNogi zabezpieczone przed rysowaniem powierzchniInne: możliwość sztaplowania krzesel, bez podłokietników <p>Tolerancja parametrów mierzalnych: +/- 10%</p>	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36 M
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.


Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", " \pm " lub " \geq ", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.


1

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

Załącznik Nr 1.1.4 do SWZ


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

KRZESŁO KONFERENCYJNE – 10 SZT.

Nazwa	KRZESŁO KONFERENCYJNE
Typ	TR-3333
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE	
1.	<p>Krzesło konferencyjne – klasyczne z podłokietnikami na 4 nogach połączone stabilną poprzeczką na wysokości siedziska celem zapewnienia mocnej konstrukcji, wyposażone w stopki zabezpieczające podłoże przed rysowaniem</p> <ul style="list-style-type: none"> Materiał: wykonanie z pręta stalowego z przekroju okrągłym fi 14 mm, chromowanym w technologii chromu III wartościowego, nie dopuszcza się stosowania chromu VI wartościowego Szerokość siedziska 460 mm Szerokość oparcia 440 mm Głębokość siedziska 430 mm Wysokość siedziska 490 mm Wysokość oparcia 470 mm Wysokość całkowita krzesła 910 mm Szerokość całkowita krzesła 580 mm Wysokość od podłogi do górnej krawędzi podłokietników 690 mm Kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem Ergonomiczne wyprofilowane siedzisko, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 60 kg/m³ Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy, typ oparcia jest również tapicerowany, gęstość pianki oparcia 55 kg/m³ Pianka krzesła wykonana w technologii pianek trudnopalnych Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i elastycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze chromu. Posiada stałe podłokietniki na podwójnym metalowym chromowanym wsporniku, z nasadką z polipropylenu w kolorze do ustalenia z użytkownikiem Krzesło w całości tapicerowane tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% winyl, gramatura 685 g/m², trudnopalność EN 1021:1:2, (papieros, zapalnik), o klasie ścieralności 300 000 cykli EN ISO 12947-2, tkanina dzięki zawartości jonów srebra posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne Nie dopuszcza się plastikowych maskownic zarówno siedziska jak i oparcia krzesła oraz tkaniny o innym składzie 	TAK
		TAK

1

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

	gatunkowym i niższych parametrach		
	Tolerancja parametrów mierzalnych: +/- 10%		
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.


Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	Nr sprawy: ZP/35/2023
--	--	--------------------------

Załącznik Nr 1.1.5 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

KRZESŁO STACJONARNE ZMYWALNE – 6 SZT.

Nazwa	KRZESŁO STACJONARNE ZMYWALNE
Typ	TR-1903
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLDKS
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE	
1.	Krzesło stacjonarne zmywalne <ul style="list-style-type: none"> • Materiał na krzesło: 90% polipropylen i 10% włókno szklane / wzmacniane • Wymiary krzesła: wysokość siedziska 450 mm, głębokość siedziska 440 mm, szerokość siedziska 510 mm, wysokość oparcia od siedziska min. 420 mm, pełna wysokość min. 700 mm • Odporność na ścieranie: 50 000 Md • Kolor: do ustalenia z użytkownikiem • Nogi: prosta rama z 4 nogami • Materiał na podstawę / nogi: rura stalowa o średnicy min. 22 mm i grubości 2 mm / pokryta chromoniklem • Nośność krzesła: 120 kg • Nogi zabezpieczone przed rysowaniem powierzchni • Inne: możliwość sztaplowania krzeseł, bez podłokietników Tolerancja parametrów mierzalnych: +/- 10%	TAK TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU	
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać 36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.


Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów


Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.1.6 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

SOFA WYPOCZYNKOWA – 4 SZT.

Nazwa	SOFA WYPOCZYNKOWA
Typ	TR-9333
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)	
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	<p>Sofa wypoczynkowa – 3 osobowa ROZKŁADANA / tkanina</p> <ul style="list-style-type: none">Siedzisko: miękkie tapicerowaneOparcie: miękkie tapicerowaneMateriał – tkanina (włókno syntetyczne: 55% Poliester, 38,5% akryl, 6,5% wiskoza) gramatura 325 g/m2, odporność na ścieranie min. 75.000 cykli Martindale , trudno zapalnośćWypełnienie przestrzeni tapicerowanej miękkiej: pianka wysoko elastycznaKolorystyka tapicerki – do uzgodnienia z użytkownikiemRama sofy: siedzisko i oparcie wykonane na bazie płyty / sklejk bukowo-brzozowej o grubości 8-10 mm i stelaż wewnętrzny z drewnaRama zewnętrzne elementy pokryte materiałem tapicerskimWymiary zewnętrzne: wysokość 750 mm, szerokość 1900 mm, głębokość 930 mmWymiary siedziska: szerokość 1720 mm, wysokość 440-450 mm, głębokość siedziska 600 mmStale, wygodne i płaskie podłokietniki o szerokości min. 100 mm. <p>Tolerancja parametrów mierzalnych: +/- 10%</p>	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK


UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	--


Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.1.7 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

TABORET OBROTOWY SZT. 3

Nazwa	TABORET OBROTOWY
Typ	TR-63444
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)	
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym	TAK	TAK
2.	Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm	TAK	TAK
3.	Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych	TAK	TAK
4.	Kolor tapicerki – do uzgodnienia z Zamawiającym	TAK	TAK
5.	Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej)	TAK	TAK
6.	Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra – dół, przód – tył)	TAK	TAK
7.	Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/- 10 mm)	TAK, podać	Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą)
8.	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża)	TAK	TAK
9.	Taboret z obręczą pod nogi	TAK	TAK
10.	Dopuszczalne obciążenie 135 kg	TAK	TAK
11.	Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Siłownik hydrauliczny wykonany z wysokiej jakości stali chromowanej.	TAK	TAK
12.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
13.	Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm: 480x480x490/630 mm (+/- 10 mm)	TAK, podać	480x480x490/630
II			
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36 MIESIECY
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK
3.	Aktualne dokumenty dopuszczające oferowany wyrób do używania i obrotu na terenie RP (Deklaracja Zgodności zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych – Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06. lub certyfikat CE) oraz wpisy/zgłoszenia do Rejestru wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych lub oświadczenie, że dokumenty takie nie są wymagane.	Tak, dołączyć do oferty	
4.	Instrukcja w języku polskim	TAK	TAK
5.	Dostarczenie paszportu technicznego wraz z odpowiednimi	TAK	TAK

1



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska




Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis. Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	--

	wpisami		
--	---------	--	--

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub " \geq ", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy


Formularz cenowy

Pakiet nr 2

Załącznik nr 1.2

Lp.	Parametry techniczne - opis lub rysunek nr	Nazwa i opis	Ilość (szt./kpl.)	Cena netto jednostkowa (zł)	Wartość netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Wartość brutto (zł)	UWAGA, składając ofertę na nn. Pakiet, do załącznika nr 1.2 należy dołączyć wypełnione załączniki nr:
1	1.2.1	wózek do przewozu pacjentów	10	4 900,00	49 000,00	23%	60 270,00	1.2.1
2	1.2.2	wózek do transportu zwłok	1	28 000,00	28 000,00	23%	34 440,00	1.2.2
Razem					77 000,00 zł	23%	94 710,00 zł	

podpisano podpisem elektronicznym

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	Nr sprawy: ZP/35/2023
--	---	--------------------------

Załącznik Nr 1.2.1 do SWZ


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW SZT. 10

Nazwa	WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW
Typ	TR-9000
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE	
1.	Wózek do transportu chorych w pomieszczeniach na terenie szpitala	TAK TAK
2.	Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie i dezynfekcję szpitalną.	TAK TAK
3.	Długość całkowita wózka 2100 mm (+/- 50 mm)	TAK TAK
4.	Szerokość całkowita wózka wraz z poręczami bocznymi max 800 mm	TAK TAK
5.	Leże wózka posiada 2 segmenty: stały segment leża oraz ruchomy segment oparcia pleców	TAK TAK
6.	Regulacja segmentu oparcia pleców uzyskiwana przy pomocy sprężyn gazowych	TAK TAK
7.	Regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie min od 0° do 65°	TAK TAK
8.	Segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG	TAK TAK
9.	Leże wyposażone w krążki odbojowe we wszystkich narożach wózka	TAK TAK
10.	Uchwyty ze stali nierdzewnej po obu stronach wózka służące do przetaczania	TAK TAK
11.	Regulacja wysokości realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka	TAK TAK
12.	Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 580 do 900 mm	TAK TAK
13.	Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana przy pomocy sprężyn gazowych. Dźwignia do regulacji umieszczona od strony nóg pacjenta	TAK TAK
14.	Regulacja pozycji Trendelenburga min 20°	TAK TAK
15.	Regulacja pozycji anty- Trendelenburga min 12°	TAK TAK
16.	Cztery koła jezdne o średnicy 200 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, posiadające tworzywową osłonę	TAK TAK
17.	Centralny system blokowania kół jezdnych wózka oraz blokada kierunku jazdy przy użyciu dźwigni nożnej od strony nóg pacjenta	TAK TAK
18.	Nośność maksymalna wózka min. 250 kg	TAK TAK
19.	Wyposażenie wózka:	TAK TAK
20.	Poręcze boczne ze stali nierdzewnej, nieposzerzające wymiar gabarytowy wózka	TAK TAK
21.	Wieszak kroplówki posiadający regulację wysokości oraz 4 haczyki	TAK TAK

1

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

22.	Materac z pokrowcem ze skaju o grubości 5 cm, wodoszczelny,	TAK	TAK
II OKRES GWARANCJI I SERWISU			
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK
3.	Autoryzowany serwis gwarancyjny	TAK	TAK
4.	Aktualne dokumenty dopuszczające oferowany wyrób do używania i obrotu na terenie RP (Deklaracja Zgodności zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych – Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06. lub certyfikat CE) oraz wpisy/zgłoszenia do Rejestru wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych lub oświadczenie, że dokumenty takie nie są wymagane.	TAK, dołączyć do oferty	
5.	Szkolenie personelu medycznego w terminie wzajemnie uzgodnionym z Zamawiającym	TAK	TAK
6.	Instrukcja w języku polskim (wraz z dostawą i uruchomieniem aparatu)	TAK	TAK
7.	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od oddania do eksploatacji	TAK	TAK
8.	Dostarczenie kart gwarancyjnych wraz z aparatem	TAK	TAK
9.	Dostarczenie paszportu technicznego wraz z odpowiednimi wpisami	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.


Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	Nr sprawy: ZP/35/2023
--	--	--------------------------

Załącznik Nr 1.2.2 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

WÓZEK DO PRZEWOŻENIA ZWŁOK – 1 SZT.


Nazwa	WÓZEK DO PRZEWOŻENIA ZWŁOK
Typ	TR-0001
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE	
1.	Wózek do przewożenia zwłok w obrębie szpitala	TAK TAK
2.	Konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9	TAK TAK
3.	Wymiary gabarytowe wózka (długość x szerokość) – 2300 x 700 mm (+/- 30 mm)	TAK TAK
4.	Zestaw składający się z następujących elementów: - wózek transportowy - taca do zwłok - pokrywa na tacę	TAK TAK
5.	Regulacja wysokości wózka uzyskiwana przy pomocy mechanizmu śrubowego w zakresie min od 650 do 800 mm	TAK TAK
6.	Prowadnice rolkowe do prowadzenia tacy	TAK TAK
7.	Pokrywa tacy wózka wyposażona w uszczelkę szczelnie zamykającą tacę oraz system mocowania do wózka	TAK TAK
8.	Zestaw 4 kół jezdnych o średnicy min 125 mm z indywidualną blokadą każdego koła	TAK TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU	
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać 36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK TAK
3.	Aktualne dokumenty dopuszczające oferowany wyrób do używania i obrotu na terenie RP (Deklaracja Zgodności zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych – Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06. lub certyfikat CE) oraz wpisy/zgłoszenia do Rejestru wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych lub oświadczenie, że dokumenty takie nie są wymagane.	TAK, dołączyć do oferty
4.	Szkolenie personelu medycznego w terminie wzajemnie uzgodnionym z Zamawiającym	TAK TAK
5.	Instrukcja w języku polskim (wraz z dostawą i uruchomieniem aparatu)	TAK TAK
6.	Dostarczenie kart gwarancyjnych wraz z aparatem	TAK TAK
7.	Dostarczenie paszportu technicznego wraz z odpowiednimi wpisami	TAK TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", " \pm " lub " \geq \leq ", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

Formularz cenowy


Pakiet nr 3

Załącznik nr 1.3

Lp.	Parametry techniczne - opis lub rysunek nr	Nazwa i opis	Ilość (szt./kpl.)	Cena netto jednostkowa (zł)	Wartość netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Wartość brutto (zł)	UWAGA, składając ofertę na nn. Pakiet, do załącznika nr 1.3 należy dołączyć wypełnione załączniki nr:
1	1.3.1	dystybutor rękawów foliowo-papierowych z obcinarką	1	1 500,00	1 500,00	23%	1 845,00	1.3.1
2	1.3.2	kontener na brudną bieliznę	2	4 122,00	8 244,00	23%	10 140,12	1.3.2
3	1.3.3	podest operacyjny pojedynczy	5	1 500,00	7 500,00	23%	9 225,00	1.3.3
4	1.3.4	regał NIERDZ	4	4 100,00	16 400,00	23%	20 172,00	1.3.4
5	1.3.5	regał listwowy	1	2 155,00	2 155,00	23%	2 650,65	1.3.5
6	1.3.6	regał listwowy na czyste buty	4	2 988,00	11 952,00	23%	14 700,96	1.3.6
7	1.3.7	regał listwowy z koszami i półkami na ubrania	8	4 100,00	32 800,00	23%	40 344,00	1.3.7
8	1.3.8	regał magazynowy	9	1 255,00	11 295,00	23%	13 892,85	1.3.8
9	1.3.9	regał ze stali nierdzewnej	49	2 255,00	110 495,00	23%	135 908,85	1.3.9
10	1.3.10	stół roboczy zlewozmywakowy jednokomorowy	1	4 100,00	4 100,00	23%	5 043,00	1.3.10
11	1.3.11	szafa przelotowa	1	4 500,00	4 500,00	23%	5 535,00	1.3.11
12	1.3.12	szafa ze stali nierdzewnej	4	4 555,00	18 220,00	23%	22 410,60	1.3.12
13	1.3.13	szafka ze zlewozmywakiem ze stali nierdzewnej	1	4 100,00	4 100,00	23%	5 043,00	1.3.13
14	1.3.14	wózek/STÓŁ uniwersalny z blatem roboczym	3	1 500,00	4 500,00	23%	5 535,00	1.3.14
15	1.3.15	kurtyna PCV	1	9 000,00	9 000,00	23%	11 070,00	1.3.15
16	1.3.16	zabudowa ze stali nierdzewnej - szafki górne	1	49 000,00	49 000,00	23%	60 270,00	1.3.16
17	1.3.17	zabudowa ze stali nierdzewnej dolna, wbudowany zlewozmywak	1	70 500,00	70 500,00	23%	86 715,00	1.3.17
18	1.3.18	Blok operacyjny Przygotowanie pacjenta zabudowa ze stali nierdzewnej, szafki dolne i górne, zlewozmywak, lodówka medyczna wbudowana	5	45 000,00	225 000,00	23%	276 750,00	1.3.18
19	96_105_10	Zestaw mebli ze stali nierdzewnej	1	41 000,00	41 000,00	23%	50 430,00	1.3.19

20	1.3.20	zlew gospodarczy	2	2 100,00	4 200,00	23%	5 166,00	1.3.20
21	1.3.21	zlewozmywak 1-komorowy na nóżkach	2	2 000,00	4 000,00	23%	4 920,00	1.3.21
22	1.3.22	Zlewozmywak 1-komorowy na szafce z nóżkami	2	2 000,00	4 000,00	23%	4 920,00	1.3.22
23	1.3.23	zmywak 1-komorowy na szafce ze stali nierdzewnej z nóżkami	1	1 900,00	1 900,00	23%	2 337,00	1.3.23
24	1.3.24	Regał (szafa przelotowa)	1	1 500,00	1 500,00	23%	1 845,00	1.3.24
25	101; 99; 9	Zestaw mebli ze stali nierdzewnej CHIR.DZIEC	1	19 000,00	19 000,00	23%	23 370,00	1.3.25
26	101; 99; 9, 149	Zestaw mebli ze stali nierdzewnej CHIR.DZIEC.	1	27 000,00	27 000,00	23%	33 210,00	1.3.26
27	1.3.28	zlewozmywak 1-komorowy na nóżkach	1	4 100,00	4 100,00	23%	5 043,00	1.3.28
28	1.3.29	STÓŁ NA BRUDNE NACZYNIA	1	1 500,00	1 500,00	23%	1 845,00	1.3.29
Razem					699 461,00 zł	23%	860 337,03 zł	

podpisano podpisem elektronicznym

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.1 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

DYSTRYBUTOR RĘKAWÓW FOLIOWO PAPIEROWYCH Z OBCINARKĄ SZT. 1

Nazwa	DYSTRYBUTOR RĘKAWÓW FOLIOWO PAPIEROWYCH Z OBCINARKĄ
Typ	TR-8712004
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY		PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	Dystrybutor rękawów foliowo papierowych z obcinarką dwupoziomowy (nadstawka) wykonany ze stali kwasoodpornej	TAK	TAK
2.	Możliwość ustawienia na stole lub zawieszenia na ścianie	TAK	TAK
3.	Samoostrzący nóż krążkowy ze stali hartowanej, dwie stalowe prowadnice z rolkami nylonowymi	TAK	TAK
4.	Zabudowana krawędź tnąca zabezpieczająca personel przed skaleczeniem, skuteczne cięcie podczas przesuwania noża w obu kierunkach	TAK	TAK
5.	Szerokość użytkowa dystrybutora 750 mm + nadstawka 750 mm +/- 10 mm Wymiary 970 x 420 x 420 +/- 5%	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36 M
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", " \pm " lub " $\geq \leq$ ", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów

1



Rzeczpospolita
Polska




Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




Przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis. Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.2 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH
KONTENER WÓZEK TRANSPORTOWY Z 3-CZĘŚCIOWĄ POKRYWĄ – 2 SZT.

Nazwa	KONTENER WÓZEK TRANSPORTOWY Z 3-CZĘŚCIOWĄ POKRYWĄ
Typ	TR-451112
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)	
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	<p>3-częściowy mechanizm składania pokrywy i kłapa w przedniej ścianie</p> <ul style="list-style-type: none">• Wycięcie w pojemniku zakończone profilem; styki profili zespawane w sposób ciągły• Stabilny profil krawędzi i podłogi o dużych wymiarach, złączony na stałe połączeniem kształtowym z blachą obudowy i podłogi• Gładkie ścianki bez wytłoczeń• Spaw wzdłużny, fuga podłogowa uszczelniona dookoła• Podłoga wózka z nachyleniem i kurkiem spustowym• Uchwyt do transportu po stronie rolek kierowanych• Dookoła rama ochronna z wyściółką z tworzywa sztucznego• Podwozie: 2 koła kierujące i 2 koła stałe w narożach, Ø 200 mm, szerokość 50 mm, lekko bieżne, z okładziną gumową, „bezsładowe”, z łożyskami rolkowymi, z tarczami ochronnymi. <p>Wymiar wewnętrzny (dł. x szer. x wys., ok.mm): 1250 x 700 x 1 Wymiar zewnętrzny (dł. x szer. x wys., ok.mm): 1390 x 810 x 1490 Objętość (l): 1050</p>	Tak	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.


Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości „maksymalnie”, „minimalnie”, „±” lub „≥ ≤”, Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

1


	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	--

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.3 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

PODEST OPERACYJNY POJEDYNCZY - SZT. 5

Nazwa	PODEST OPERACYJNY POJEDYNCZY
Typ	TR-112
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY		PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	TAK
2.	Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu)	TAK	TAK
3.	Na powierzchni paski antypoślizgowe	TAK	TAK
4.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
5.	Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm: 500x300x300 mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "> ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e

1



Rzeczpospolita
Polska




Zdrowe życie, czysty zysk


Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis. Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.4 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

REGAŁ SZT. 4

Nazwa	REGAŁ
Typ	TR-6633
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)	
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	TAK
2.	Regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane)	TAK	TAK
3.	Odległość między półkami wynosi 377,5 mm	TAK	TAK
4.	Regał z profili 30x30x1,2mm	TAK	TAK
5.	Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału)	TAK	TAK
6.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	TAK	TAK
7.	Nośność regału – 100 kg	TAK	TAK
8.	Wymiary zewnętrzne: 1200x500x1800 mm (+/- 10 mm)	TAK, podać	1200X500X1800 MM
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości „maksymalnie”, „minimalnie”, „±” lub „≥ ≤”, Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.


Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych


1

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	--

dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.5 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

RAGAŁ LISTWOWY SZT. 1

Nazwa	RAGAŁ LISTWOWY
Typ	Tr-18117
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)	
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	TAK
2.	Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie	TAK	TAK
3.	Regał z 10 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 10 haczyków na jednej listwie), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków	TAK	TAK
4.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
5.	Wymiary: H=1800 mm (+/- 20 mm)	TAK	TAK
6.	W wyposażeniu: 5x kosz sterylizacyjny bez wycięcia z przodu, wykonany z pręta fi 3 i fi 5mm. Pojemność - 0,5 jednostki sterylizacyjnej Wymiary zewnętrzne: 575x280x265 mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36m
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	tak

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.


Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.


Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

1

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.6 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

RAGAŁ LISTWOWY NA CZYSTE BUTY SZT. 4

Nazwa	RAGAŁ LISTWOWY NA CZYSTE BUTY
Typ	TR-15552
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE	
1.	Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK TAK
2.	Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie	TAK TAK
3.	Regał z 10 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 10 haczyków na jednej listwie), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków	TAK TAK
4.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK TAK
5.	Wymiary: H=1800 mm (+/- 20 mm)	TAK, podać 1800mm
6.	W wyposażeniu: 6 x wieszaki na obuwie szpitalne Wymiary zewnętrzne: 600x200x170 mm (+/- 10 mm)	TAK TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU	
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać 36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.


Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów


Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.7 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH
RAGAŁ LISTWOWY Z KOSZAMI I PÓŁKAMI NA UBRANIA SZT. 8

Nazwa	RAGAŁ LISTWOWY Z KOSZAMI I PÓŁKAMI NA UBRANIA
Typ	TR-1374
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)	
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	TAK
2.	Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie	TAK	TAK
3.	Regał z 10 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 10 haczyków na jednej listwie), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków	TAK	TAK
4.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
5.	Wymiary: H=1800 mm (+/- 20 mm)	TAK, podać	1800MM
6.	W wyposażeniu: 5x kosz sterylizacyjny bez wycięcia z przodu, wykonany z pręta fi 3 i fi 5mm. Pojemność - 0,5 jednostki sterylizacyjnej Wymiary zewnętrzne: 575x280x265 mm (+/- 10 mm), 1 X półka uniwersalna wym. 600x 300x 12mm ze stali nierdzewnej	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.


Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.


Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

1

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	--

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.8 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

REGAŁ MAGAZYNOWY SZT. 9

Nazwa	REGAŁ MAGAZYNOWY
Typ	TR-159887
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE	
1.	Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304	TAK TAK
2.	Wymiary dł. 1200 x szer. 500-600 x wys. 1750-1800mm	TAK TAK
3.	Regał składa się z czterech słupków nośnych i pięciu półek pełnych	TAK TAK
4.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone	TAK TAK
5.	Regał posiada stopki służące do regulacji wysokości +/- 10mm	TAK TAK
6.	Nośność pojedynczej półki 150 kg +/- 2 kg	TAK TAK
7.	Dopuszczalne obciążenie całego regału 415 kg (+/- 5 kg)	TAK TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU	
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać 36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub " \geq " " \leq ", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.


Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów


Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.9 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

REGAŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ SZT. 49

Nazwa	REGAŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ
Typ	TR-15552
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY		PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	Regał wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304	TAK	TAK
2.	Wymiary dł. 900 x szer. 500-600 x wys. 1750-1800mm	TAK	TAK
3.	Regał składa się z czterech słupków nośnych i pięciu pełnych półek	TAK	TAK
4.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone	TAK	TAK
5.	Regał posiada stopki służące do regulacji wysokości +/- 10mm	TAK	TAK
6.	Nośność pojedynczej półki 120 kg +/- 2 kg	TAK	TAK
7.	Dopuszczalne obciążenie całego regału 330 kg (+/- 5 kg)	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub " \geq " lub " \leq ", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.


Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów


Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	--

Załącznik Nr 1.3.10 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH
STÓŁ ROBOCZY ZLEWOZMYWAKOWY JEDNOKOMOROWY

Nazwa	STÓŁ ROBOCZY ZLEWOZMYWAKOWY JEDNOKOMOROWY
Typ	TR-15552
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY		PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	Stół roboczy zlewozmywakowy jednokomorowy	TAK	TAK
2.	Wymiary stołu 1800x600x870 mm, komora 800x400x250 mm +/- 5%	TAK	TAK
3.	Wykonanie ze stali nierdzewnej w gatunki AISI 304	TAK	TAK
4.	Stół z półką dolną oraz komorą usytuowaną po lewej stronie	TAK	TAK
5.	Stół na stopkach umożliwiający regulację wysokości +/- 10 mm	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", " \pm " lub " $\geq \leq$ ", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.


Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.


Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy



Przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis. Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.11 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

SZAFĄ PRZELOTOWĄ SZT. 1

Nazwa	SZAFĄ PRZELOTOWĄ
Typ	TR-1774
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)	
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	Szafa przeletowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) konstrukcja spawana	TAK	TAK
2.	Szafa przeletowa wyposażona w trzy przesuwne półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunki 1.4301	TAK	TAK
3.	Wymiary szafy 1100 x 500 x 1800 mm (szer.x gł. x wys.)	TAK	TAK
4.	Drzwi szafy przesuwne pełne	TAK	TAK
5.	Szafa przeletowa na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału)	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.


Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.


Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.12 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

SZAFA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZT. 4

Nazwa	SZAFA ZE STALI NIERDZEWNEJ
Typ	TR-47475
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE	
1.	Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK TAK
2.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK TAK
3.	Drzwi otwierane skrzydłowo	TAK TAK
4.	Drzwi szafy pełne zbudowane z podwójnej ścianki	TAK TAK
5.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C	TAK TAK
6.	Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)	TAK TAK
7.	Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni	TAK TAK
8.	Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK TAK
9.	Szafa wyposażona w zamek	TAK TAK
10.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU	
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać 36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK TAK

UWAGA:


Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów


	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	--

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.13 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

SZAFKA ZE ZLEWOZMYWAKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ SZT. 1

Nazwa	SZAFKA ZE ZLEWOZMYWAKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ
Typ	TR-66654
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021


Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)	
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	Szafka stojąca jednoskrzydłowa ze zlewozmywakiem , wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	TAK
2.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	TAK
3.	W blacie komora o wymiarach 400x400x250mm +/- 5mm	TAK	TAK
4.	Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne	TAK	TAK
5.	Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę	TAK	TAK
6.	Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki	TAK	TAK
7.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyty typu C	TAK	TAK
8.	Wewnątrz bez półki środkowej	TAK	TAK
9.	Szafka bez tylnej ścianki	TAK	TAK
10.	Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki)	TAK	TAK
11.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
12.	Otwór na baterię stojącą	TAK	TAK
13.	Wymiary zewnętrzne: 600x600x850 mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
14.	Szafka stojąca jednoskrzydłowa ze zlewozmywakiem , wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.


Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.15 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

KURTYNA PCV

Nazwa	KURTYNA PCV
Typ	Tr-83736356
Producent	tronus
Kraj pochodzenia	Polska
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE	
1.	Kurtyna PCV	TAK TAK
2.	Wymiary kurtyny 3300 x 3300 mm, wymiary pasków 200 mm 2 mm, zakład o szerokości 18- 20 mm	TAK TAK
3.	Kurtyna wykonana z elastycznej folii PCV odpornej na uszkodzenia mechaniczne	TAK TAK
4.	Montowana za pomocą systemu grzebieniowego wykonanego ze stali nierdzewnej w gatunki 1.4301 (304)	TAK TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU	
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać 36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK tak

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "> ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.


Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów


Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------


Załącznik Nr 1.3.16 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

ZABUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ – SZAFKI GÓRNE – 1 ZESTAW

Nazwa	ZABUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ – SZAFKI GÓRNE
Typ	Tr-50014
Producent	tronus
Kraj pochodzenia	Polska
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)	
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
	ZABUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ – SZAFKI GÓRNE – 1 ZESTAW		
	Szafka wisząca szt.4		
1.	Szafka jednodrzwiowa, wisząca w całości wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) Korpusy szafek spawane nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów	TAK	TAK
2.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	TAK
3.	Drzwi szafki otwierane z prawej na lewa stronę	TAK	TAK
4.	Drzwi pełne, zbudowane z podwójnej ścianki	TAK	TAK
5.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C	TAK	TAK
6.	Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie	TAK	TAK
7.	Półka w szafce ze skokową regulacją wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) . Regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w bokach szafki na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem	TAK	TAK
8.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
9.	Wymiary zewnętrzne: 600x370x600mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
	Szafka wisząca szt.1		
10.	Szafka jednodrzwiowa, wisząca w całości wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) Korpusy szafek spawane nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów	TAK	TAK
11.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	TAK
12.	Drzwi szafki otwierane z prawej na lewa stronę	TAK	TAK
13.	Drzwi pełne, zbudowane z podwójnej ścianki	TAK	TAK
14.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C	TAK	TAK
15.	Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie	TAK	TAK
16.	Półka w szafce ze skokową regulacją wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) . Regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w bokach szafki na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem	TAK	TAK

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
---	---	----------------------------------

17.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	tak
18.	Wymiary zewnętrzne: 380x370x600mm (+/- 10 mm)	TAK	tak
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	tak

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.


Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	--

Załącznik Nr 1.3.17 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

ZABUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ, WBUDOWANY ZLEWOZMYWAK – 1 ZESTAW

Nazwa	ZABUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ, WBUDOWANY ZLEWOZMYWAK
Typ	Tr-50016
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)	
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
	Szafka stojąca szt. 2	TAK	TAK
1.	Szafka jednodrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)Korpusy szafek spawane nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów	TAK	TAK
2.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	TAK
3.	Drzwi , pełne, wyposażone w zamek	TAK	TAK
4.	Drzwi otwierane na zawiasach samodomykowych	TAK	TAK
5.	Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki	TAK	TAK
6.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C	TAK	TAK
7.	Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie	TAK	TAK
8.	Półka w szafce ze skokową regulacją wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) . Regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w bokach szafki na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem	TAK	TAK
9.	Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki)	TAK	TAK
10.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
11.	Wymiary zewnętrzne: 600x600x850 mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
	Szafka stojąca szt. 1		
12.	Szafka jednodrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)Korpusy szafek spawane nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów	TAK	TAK
13.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	TAK
14.	Drzwi , pełne, wyposażone w zamek	TAK	TAK
15.	Drzwi otwierane na zawiasach samodomykowych	TAK	TAK
16.	Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki	TAK	TAK
17.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C	TAK	TAK
18.	Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie	TAK	TAK
19.	Półka w szafce ze skokową regulacją wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) . Regulacja za pomocą	TAK	TAK



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B

Nr sprawy:
ZP/35/2023

	gniazd wytłoczonych w bokach szafki na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem		
20.	Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki)	TAK	TAK
21.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
22.	Wymiary zewnętrzne: 380x600x850 mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
	Zlewozmywak 1 komorowy na szafce z nóżkami szt. 1		TAK
23.	Szafka stojąca jednoskrzydłowa ze zlewozmywakiem , wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	TAK
24.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	TAK
25.	W blacie komora o wymiarach 400x400x250mm +/- 5mm	TAK	TAK
26.	Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne	TAK	TAK
27.	Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę	TAK	TAK
28.	Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki	TAK	TAK
29.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyty typu C	TAK	TAK
30.	Wewnątrz bez półki środkowej	TAK	TAK
31.	Szafka bez tylnej ścianki	TAK	
32.	Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki)	TAK	TAK
33.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
34.	Otwór na baterię stojącą	TAK	TAK
35.	Wymiary zewnętrzne: 600x600x850 mm (+/- 10 mm)	TAK, podać	600x600x850 mm
	Błat nierdzewny na szafkach stojących szt. 1		TAK
36.	Błat wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) o grubości ni mniejszej niż 1,5 mm. Miejsca połączeń zlewów z blatem wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi	TAK	TAK
37.	Wszystkie szafki stojące występujące w zestawie przyściennym wyposażone w blat roboczy ciągły na całej długości zabudowy . Blat z fartuchem przyściennym zintegrowanym o wys. 40mm.	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "> ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

2



Rzeczpospolita
Polska




Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis. Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.


Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.18 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH


ZABUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ, SZAFKI DOLNE I GÓRNE, ZLEWOZMYWAK, ŁODÓWKA W

ZABUDOWIE - 5 ZESTAWÓW


Nazwa	ZABUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ, SZAFKI DOLNE I GÓRNE, ZLEWOZMYWAK, ŁODÓWKA W ZABUDOWIE
Typ	TR-55544777
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)	
I	PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE JEDNEGO ZESTAWU (należy wycenić 5 zestawów)		
	Szafka stojąca szt. 1		
1.	Szafka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)Korpusy szafek spawane nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów	TAK	TAK
2.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	TAK
3.	Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne, wyposażone w zamek	TAK	TAK
4.	Drzwi otwierane skrzydłowo na zawiasach samodomykowych	TAK	TAK
5.	Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki	TAK	TAK
6.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C	TAK	TAK
7.	Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie	TAK	TAK
8.	Półka w szafce ze skokową regulacją wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) . Regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w bokach szafki na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem	TAK	TAK
9.	Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki)	TAK	TAK
10.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
11.	Wymiary zewnętrzne: 800x600x850 mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
	Szafka stojąca z szufladami szt. 2		
12.	Szafka stojąca z 4 szufladami, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), korpusy szafek spawane nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów	TAK	TAK
13.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	TAK
14.	Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na teleskopowych prowadnicach kulkowych samo dociągowych z pełnym wysuwem, wyposażone w zamek centralny do zamykania wszystkich szuflad na raz	TAK	TAK
15.	Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem	TAK	TAK

1


	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

16.	W każdej szafce dwie szuflady z wkładami szufladowymi wykonanymi z tworzywa ABS w kolorze białym dopasowane do szuflady przystosowanymi do przechowywania i segregacji materiałów medycznych lub innych		
17.	Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C	TAK	TAK
18.	Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki)	TAK	TAK
19.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
20.	Wymiary zewnętrzne: 600x600x850 mm (+/- 10 mm)	TAK, podać	600X600X850
	Szafka zlewozmywakowa ze zlewozmywakiem szt. 1		
21.	Szafka stojąca jednoskrzydłowa ze zlewozmywakiem , wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	TAK
22.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	TAK
23.	W blacie komora o wymiarach 400x400x250mm +/- 5mm	TAK	TAK
24.	Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne	TAK	TAK
25.	Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę	TAK	TAK
26.	Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki	TAK	TAK
27.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyty typu C	TAK	TAK
28.	Wewnątrz bez półki środkowej	TAK	TAK
29.	Szafka bez tylnej ścianki	TAK	TAK
30.	Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki)	TAK	TAK
31.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
32.	Otwór na baterię stojącą	TAK	TAK
33.	Wymiary zewnętrzne: 600x600x850 mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
	Szafka wisząca szt. 2		
34.	Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Korpusy szafek spawane nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów	TAK	TAK
35.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	TAK
36.	Drzwi szafki otwierane skrzydłowo	TAK	TAK
37.	Drzwi szafki przeszklone	TAK	TAK
38.	Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste	TAK	TAK
39.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C	TAK	TAK
40.	Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie	TAK	TAK
41.	Półka w szafce ze skokową regulacją wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) . Regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w bokach szafki na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem	TAK	TAK

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

42.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
43.	Wymiary zewnętrzne: 800x370x600 mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
	Szafka wisząca szt. 2		
44.	Szafka dwudrzwiowa, wisząca w całości wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) Korpusy szafek spawane nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów	TAK	TAK
45.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	TAK
46.	Drzwi szafki otwierane skrzydłowo na zawiasach samodomykowych	TAK	TAK
47.	Drzwi pełne, zbudowane z podwójnej ścianki	TAK	TAK
48.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C	TAK	TAK
49.	Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie	TAK	TAK
50.	Półka w szafce ze skokową regulacją wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) . Regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w bokach szafki na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem	TAK	TAK
51.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
52.	Wymiary zewnętrzne: 800x370x600mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
	Błat nierdzewny na szafkach stojących szt. 1		
53.	Błat wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. Miejsca połączeń zlewów z białem wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi . komora zlewu z tego samego materiału co blat	TAK	TAK
54.	Wszystkie szafki stojące występujące w zestawie przyściennym wyposażone w blaty robocze ciągle na całej długości zabudowy . Błat z fartuchem przyściennym zintegrowanym o wys. 40mm.	TAK	TAK
	ŁODÓWKA		
55.	Producent, Nazwa i typ	Podać	TRONUS
56.	Wymiary (WxSxG) 80x56x60	TAK	TAK
57.	Sterowanie mechaniczne lub elektroniczne	TAK	TAK
58.	Przeszkłone drzwi	TAK	TAK
59.	Odszranianie automatyczne	TAK	TAK
60.	Oświetlenie wnętrza typu LED	TAK	TAK
61.	Liczba półek 3	TAK	TAK
62.	Zakres temperatury 0 do 10oC	TAK	TAK
63.	Poziom hałasu 38 dB +/- 2dB	TAK	TAK
64.	Wymiary (WxSxG) 80x56x60	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36 MIESIECY
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	--

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.


Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.19 do SWZ


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

SZAFKA PODBLATOWA SZT. 1 SZAFKA ZLEWOZMYWAKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZT. 1 BLAT NIERDZEWNY NA SZAFKACH SZT. 1

Nazwa	SZAFKA PODBLATOWA SZT. 1 SZAFKA ZLEWOZMYWAKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZT. 1 BLAT NIERDZEWNY NA SZAFKACH
Typ	TR-88855244
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE	
	Szafka stojąca szt. 1	
1.	Szafka dwudrzwiowa stojąca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) Korpusy szafek spawane nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów	TAK TAK
2.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK TAK
3.	Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo na zawiasach samodomykowych wyposażone w zamek	TAK TAK
4.	Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki	TAK TAK
5.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C	TAK TAK
6.	Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie	TAK TAK
7.	Półka w szafce ze skokową regulacją wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) . Regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w bokach szafki na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem	TAK TAK
8.	Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki)	TAK TAK
9.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK TAK
10.	Wymiary zewnętrzne: 1000x600x850 mm (+/- 10 mm)	TAK TAK
	Szafka zlewozmywakowa ze stali nierdzewnej szt. 1	
11.	Szafka stojąca jednoskrzydłowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK TAK
12.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK TAK
13.	W blacie komora o wymiarach 400x400x250mm +/- 5mm	TAK TAK
14.	Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne	TAK TAK
15.	Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę	TAK TAK
16.	Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki	TAK TAK

1

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	Nr sprawy: ZP/35/2023
--	---	--------------------------

17.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyty typu C	TAK	TAK
18.	Wewnątrz bez półki środkowej	TAK	TAK
19.	Szafka bez tylnej ścianki	TAK	TAK
	Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki)	TAK	TAK
20.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
21.	Otwór na baterię stojąca	TAK	TAK
22.	Wymiary zewnętrzne: 600x600x850 mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
	Błat nierdzewny na szafkach stojących szt. 1		
23.	Błat wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) o grubości ni mniejszej niż 1,5 mm. Miejsca połączeń zlewów z blatem wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi . komora zlewu z tego samego materiału co blat	TAK	TAK
24.	Wszystkie szafki stojące występujące w zestawie przyściennym wyposażone w blat roboczy ciągły na całej długości zabudowy . Blat z fartuchem przyściennym zintegrowanym o wys. 40mm.	TAK	TAK
25.	Dł ok 225 cm	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.


Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	--

Załącznik Nr 1.3.20 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

ZLEW GOSPODARCZY SZT. 2

Nazwa	ZLEW GOSPODARCZY
Typ	TR-554777
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE	
1.	Zlew gospodarczy	TAK TAK
2.	Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 0,9 mm	TAK TAK
3.	Zlew o wymiarach 500 x 241x 450 (szer. wys. głęb.) montowany do ściany	TAK TAK
4.	Profilowana ściana przednia komory.	TAK TAK
5.	Wyśrodkowany otwór odpływowy	TAK TAK
6.	Zintegrowane z komorą , metalowe wsporniki do montażu ściennego	TAK TAK
7.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU	
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać 36 MIESIECY
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.


Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.


Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich

1

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.21 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

ZLEWOZMYWAK 1 KOMOROWY NA NÓŻKACH SZT. 2

Nazwa	ZLEWOZMYWAK 1 KOMOROWY NA NÓŻKACH
Typ	ZLEWOZMYWAK 1 KOMOROWY NA NÓŻKACHR-55663
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)	
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	Zlewozmywak 1 komorowy na nóżkach	TAK	TAK
2.	Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	TAK
3.	Stół wyposażony w jeden blat	TAK	TAK
4.	Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki zagłębione	TAK	TAK
5.	Po prawej stronie komora o wymiarach (dłxszxwys) w mm: 400x400x250 (wymiarzy wewnętrzne)	TAK	TAK
6.	Stół z frontu wyposażony w maskownicę o wysokości 250 mm, pozostała część stołu bez zabudowy	TAK	TAK
7.	Stół na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu)	TAK	TAK
8.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
9.	W wyposażeniu syfon wykonany z tworzywa	TAK	TAK
10.	Wymiary zewnętrzne: 800x600x850 mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
11.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36 MIESIECY
12.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.


Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

1


	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	--

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	Nr sprawy: ZP/35/2023
--	--	--------------------------

Załącznik Nr 1.3.22 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH
ZLEWOZMYWAK 1 KOMOROWY NA SZAFCE Z NÓŻKAMI SZT. 2

Nazwa	ZLEWOZMYWAK 1 KOMOROWY NA SZAFCE Z NÓŻKAMI
Typ	Tr-300114
Producent	Tronus
Kraj pochodzenia	Polska
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021


Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE	
1.	Szafka stojąca jednoskrzydłowa ze zlewozmywakiem , wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK TAK
2.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK TAK
3.	W blacie komora o wymiarach 400x400x250mm +/- 5mm	TAK TAK
4.	Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne	TAK TAK
5.	Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę	TAK TAK
6.	Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki	TAK TAK
7.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyty typu C	TAK TAK
8.	Wewnątrz bez półki środkowej	TAK TAK
9.	Szafka bez tylnej ścianki	TAK TAK
10.	Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki)	TAK TAK
11.	Wymiary zewnętrzne: 600x600x850 mm (+/- 10 mm)	TAK TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU	
12.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać 36
13.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK tak

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.
 Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------


Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.23 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

ZMYWAK 1 KOMOROWY NA SZAFCE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z NÓŻKAMI SZT. 1

Nazwa	ZMYWAK 1 KOMOROWY NA SZAFCE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z NÓŻKAMI
Typ	Tr-9112887
Producent	Tronus
Kraj pochodzenia	Polska
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)	
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	Szafka stojąca jednoskrzydłowa ze zlewozmywakiem , wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	TAK
2.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	TAK
3.	W blacie komora o wymiarach 400x400x250mm +/- 5mm	TAK	TAK
4.	Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne	TAK	TAK
5.	Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę	TAK	TAK
6.	Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki	TAK	TAK
7.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyty typu C	TAK	TAK
8.	Wewnątrz bez półki środkowej	TAK	TAK
9.	Szafka bez tylnej ścianki	TAK	TAK
10.	Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki)	TAK	TAK
11.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
12.	Wymiary zewnętrzne: 600x600x850 mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
13.	Szafka stojąca jednoskrzydłowa ze zlewozmywakiem , wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36 miesięcy
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	tak


UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w

1

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.


Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.24 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

REGAŁ (SZAFA PRZELOTOWA) SZT. 1

Nazwa	REGAŁ (SZAFA PRZELOTOWA)
Typ	Tr-9555212
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY		PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	Regał (szafa przelotowa) wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) konstrukcja spawana	TAK	TAK
2.	Szafa przelotowa wyposażona w trzy przesuwne półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunki 1.4301	TAK	TAK
3.	Wymiary szafy 1200 x 600 x 1800 mm (szer.x gł. x wys.)	TAK	TAK
4.	Drzwi szafy przesuwne	TAK	TAK
5.	Regał (szafa przelotowa) na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału)	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36 MIESIECY
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e

1



Rzeczpospolita
Polska




Zdrowe życie, czysty zysk


Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis. Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.25 do SWZ


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

(101) SZAFKA WISZĄCA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZT. 8; (99) SZAFKA STOJĄCA POD BLATEM ZE STALI NIERDZEWNEJ SZT. 4; (9) BLAT NA NÓŻKACH ZE STALI NIERDZEWNEJ SZT. 1

Nazwa	SZAFKA WISZĄCA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZT. 8; (99) SZAFKA STOJĄCA POD BLATEM ZE STALI NIERDZEWNEJ SZT. 4; (9) BLAT NA NÓŻKACH ZE STALI NIERDZEWNEJ
Typ	TR-800774
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE	
	Szafka wisząca szt.8	
1.	Szafka jednodrzwiowa, wisząca w całości wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) Korpusy szafek spawane nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów	TAK TAK
2.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK TAK
3.	Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę	TAK TAK
4.	Drzwi pełne, zbudowane z podwójnej ścianki	TAK TAK
5.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C	TAK TAK
6.	Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie	TAK TAK
7.	Półka w szafce ze skokową regulacją wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) . Regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w bokach szafki na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem	TAK TAK
8.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK TAK
9.	Wymiary zewnętrzne: 600x370x600mm (+/- 10 mm)	TAK TAK
	Szafka stojąca z szufladami szt. 2	
10.	Szafka stojąca z 4 szufladami, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), korpusy szafek spawane nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów	TAK TAK
11.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK TAK
12.	Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na teleskopowych prowadnicach kulkowych samo dociągowych z pełnym wysuwem, wyposażone w zamek centralny do zamykania wszystkich szuflad na raz.	TAK TAK
13.	Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem	TAK TAK
14.	W każdej szafce dwie szuflady z wkładami szufladowymi wykonanymi z tworzywa ABS w kolorze białym dopasowane do szuflady przystosowanymi do przechowywania i segregacji	

1

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	Nr sprawy: ZP/35/2023
--	--	--------------------------

	materiałów medycznych lub innych		
15.	Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C	TAK	TAK
16.	Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki)	TAK	TAK
17.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
18.	Wymiary zewnętrzne: 600x600x850 mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
	Szafka stojąca szt. 2		
19.	Szafka dwudrzwiowa stojąca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) Korpusy szafek spawane nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów	TAK	TAK
20.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	TAK
21.	Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo na zawiasach samodomykowych	TAK	TAK
22.	Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki zamykane na zamek	TAK	TAK
23.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C	TAK	TAK
24.	Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie	TAK	TAK
25.	Półka w szafce ze skokową regulacją wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) . Regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w bokach szafki na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem	TAK	TAK
26.	Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki)	TAK	TAK
27.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
28.	Wymiary zewnętrzne: 800x600x850 mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
	Błat nierdzewny na szafkach stojących szt. 1		
29.	Błat wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) o grubości ni mniejszej niż 1,5 mm. Miejsca połączeń zlewów z białem wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi . komora zlewu z tego samego materiału co biał	TAK	TAK
30.	Wszystkie szafki stojące występujące w zestawie przyściennym wyposażone w biał roboczy ciągły na całej długości zabudowy . Biał z fartuchem przyściennym zintegrowanym o wys. 40mm.	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.


Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w

2



Przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis. Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.


Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.26 do SWZ


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

(101) SZAFKA WISZĄCA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZT. 10; (99) SZAFKA STOJĄCA POD BLATEM ZE STALI NIERDZEWNEJ SZT. 3, (9) BLAT NA NÓŻKACH ZE STALI NIERDZEWNEJ SZT. 1 , (149) ZMYWAK 1-KOMOROWY NA SZAFCE Z NÓŻKAMI SZT. 1


Nazwa	SZAFKA WISZĄCA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZT. 10; (99) SZAFKA STOJĄCA POD BLATEM ZE STALI NIERDZEWNEJ SZT. 3, (9) BLAT NA NÓŻKACH ZE STALI NIERDZEWNEJ SZT. 1 , (149) ZMYWAK 1-KOMOROWY NA SZAFCE Z NÓŻKAMI SZT.
Typ	TR-8007744
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)	
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
	Szafka stojąca szt. 1		
1.	Szafka dwudrzwiowa stojąca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)Korpusy szafek spawane nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów	TAK	TAK
2.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	TAK
3.	Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo na zawiasach samodomykowych wyposażone w zamek	TAK	TAK
4.	Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki	TAK	TAK
5.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C	TAK	TAK
6.	Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie	TAK	TAK
7.	Półka w szafce ze skokową regulacją wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) . Regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w bokach szafki na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem	TAK	TAK
8.	Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki)	TAK	TAK
9.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
10.	Wymiary zewnętrzne: 800x600x850 mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
	Szafka stojąca z szufladami szt. 2		
11.	Szafka stojąca z 4 szufladami, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), korpusy szafek spawane nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów	TAK	TAK
12.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	TAK
13.	Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na teleskopowych prowadnicach kulkowych samo dociągowych z pełnym wysuwem wyposażone w zamek centralny do	TAK	TAK

1

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

	zamykania wszystkich szuflad na raz		
14.	Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem	TAK	TAK
15.	W każdej szafce dwie szuflady z wkładami szufladowymi wykonanymi z tworzywa ABS w kolorze białym dopasowane do szuflady przystosowanymi do przechowywania i segregacji materiałów medycznych lub innych		
16.	Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C	TAK	TAK
17.	Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki)	TAK	TAK
18.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
19.	Wymiary zewnętrzne: 600x600x850 mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
	Zmywak 1 komorowy na szafce z nóżkami szt. 1		
20.	Szafka stojąca jednoskrzydłowa ze zlewozmywakiem , wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	TAK
21.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	TAK
22.	W blacie komora o wymiarach 400x400x250mm +/- 5mm	TAK	TAK
23.	Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne	TAK	TAK
24.	Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę	TAK	TAK
25.	Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki	TAK	TAK
26.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyty typu C	TAK	TAK
27.	Wewnątrz bez półki środkowej	TAK	TAK
28.	Szafka bez tylnej ścianki	TAK	TAK
29.	Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki)	TAK	TAK
30.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
31.	Otwór na baterię stojącą	TAK	TAK
32.	Wymiary zewnętrzne: 600x600x850 mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
	Szafka wisząca szt.5		
33.	Szafka jednodrzwiowa, wisząca w całości wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) Korpusy szafek spawane nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów	TAK	TAK
34.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	TAK
35.	Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę	TAK	TAK
36.	Drzwi pełne, zbudowane z podwójnej ścianki	TAK	TAK
37.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C	TAK	TAK
38.	Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie	TAK	TAK

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

39.	Półka w szafce ze skokową regulacją wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) . Regulacja za pomocą gniazd wytloczonych w bokach szafki na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem	TAK	TAK
40.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
41.	Wymiary zewnętrzne: 600x370x600mm (+/- 10 mm)	TAK, podać	600X370X600
	Szafka wisząca szt. 5		
42.	Szafka jednodrzwiowa, wisząca w całości wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) Korpusy szafek spawane nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów	TAK	TAK
43.	Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL – kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	TAK
44.	Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę na zawiasach samodomykowych	TAK	TAK
45.	Drzwi pełne, zbudowane z podwójnej ścianki	TAK	TAK
46.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C	TAK	TAK
47.	Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie	TAK	TAK
48.	Półka w szafce ze skokową regulacją wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) . Regulacja za pomocą gniazd wytloczonych w bokach szafki na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem	TAK	TAK
49.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
50.	Wymiary zewnętrzne: 400x370x600mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
	Błat nierdzewny na szafkach stojących szt. 1		
51.	Błat wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) o grubości ni mniejszej niż 1,5 mm. Miejsca połączeń zlewów z blatem wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi . komora zlewu z tego samego materiału co blat	TAK	TAK
52.	Wszystkie szafki stojące występujące w zestawie przyściennym wyposażone w blat roboczy ciągły na całej długości zabudowy . Blat z fartuchem przyściennym zintegrowanym o wys. 40mm.	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36 MIESIECY
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:


Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------


fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.28 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

ZLEWOZMYWAK 1 KOMOROWY NA NÓŻKACH SZT. 1

Nazwa	ZLEWOZMYWAK 1 KOMOROWY NA NÓŻKACH
Typ	TR-401122
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)	
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	Zlewozmywak 1 komorowy na nóżkach	TAK	TAK
2.	Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	TAK
3.	Stół wyposażony w jeden blat	TAK	TAK
4.	Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki zagłębione	TAK	TAK
5.	Po prawej stronie komora o wymiarach (dłxszxwys) w mm: 400x400x250 (wymiarzy wewnętrzne)	TAK	TAK
6.	Stół z frontu wyposażony w maskownicę o wysokości 250 mm, pozostała część stołu bez zabudowy	TAK	TAK
7.	Stół na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu)	TAK	TAK
8.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
9.	W wyposażeniu syfon wykonany z tworzywa	TAK	TAK
10.	Wymiary zewnętrzne: 800x600x850 mm (+/- 10 mm)	TAK, podać	800X600X850 MM
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać	36 M
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK


UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów


	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	--

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

Załącznik Nr 1.3.29 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

STÓŁ NA BRUDNE NACZYNIA – 1 SZTUKA

Nazwa	STÓŁ NA BRUDNE NACZYNIA
Typ	TR-8004777
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021

Lp.	PARAMETR WYMAGANY		PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	TAK
2.	Stół wyposażony w jeden blat	TAK	TAK
3.	Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste	TAK	TAK
4.	Stół na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu)	TAK	TAK
5.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	TAK
6.	Wymiary zewnętrzne: 800x600x850 mm (+/- 10 mm)	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego 24 miesiące	TAK	36 MIESIECY
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.


Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy


Formularz cenowy

Pakiet nr 4

Załącznik nr 1.4

Lp.	Parametry techniczne - opis nr	Nazwa i opis	Ilość (szt./kpl.)	Cena netto jednostkowa (zł)	Wartość netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Wartość brutto (zł)	UWAGA, składając ofertę na nn. Pakiet, do załącznika nr 1.4 należy dołączyć wypełnione załączniki nr:
1	1.4.1	zestaw komputerowy	17	7 511,00	127 687,00	23%	157 055,01	1.4.1
2	1.4.2	projektor multimedialny z zawieszeniem	1	6 000,00	6 000,00	23%	7 380,00	1.4.2
3	1.4.3	ekran rozwijany elektrycznie	1	5 100,00	5 100,00	23%	6 273,00	1.4.3
Razem					138 787,00 zł	23%	170 708,01 zł	

podpisano podpisem elektronicznym

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 1.4.1 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

ZESTAW KOMPUTEROWY – 17 ZESTAWÓW

Nazwa	ZESTAW KOMPUTEROWY
Typ	TR-484565646
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2022

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE	
	Stacja robocza	
1.	Komputer stacjonarny, który będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.	TAK
2.	Procesor musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/) co najmniej wynik 14 000 punktów Passmark CPU Mark (wydruk z przeprowadzonych testów załączyć do oferty).	TAK
3.	Pamięć operacyjna: 8GB DDR4 3200 MHz możliwość rozbudowy do min 128 GB.	TAK Podać
4.	Pamięć masowa: Dysk SSD o pojemności min. 256GB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.	TAK Podać
5.	Karta graficzna: Grafika zintegrowana z procesorem umożliwiającą pracę na 3 monitorach ze wsparciem dla DirectX 12, Open CL 2.0, OpenGL 4.4 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci.	TAK Podać
6.	Multimedia: 1)Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition audio. 2) Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, obudowa wyposażona w głośnik.	TAK
7.	Klawiatura USB w układzie QWERTY US.	TAK
8.	Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll).	TAK
9.	Zasilanie: Zasilacz o mocy minimum 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 94%, przy 50% obciążeniu.	TAK podać
10.	Obudowa typu SFF z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt. 5,25" zewnętrzna typu SLIM, 1 szt. 3,5" wewnętrzna., 1 szt. 2,5 wewnętrzna	TAK PODAĆ
11.	Wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami.	TAK

1



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/35/2023

Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5

12.	BIOS: Możliwość odczytania informacji bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego nośników zewnętrznych dotyczących: a) modelu komputera, b) nr seryjnego komputera, c) wersji BIOS, d) daty produkcji BIOS, e) ilości, częstotliwości taktowania i sposobu obciążenia kanałów pamięciami RAM, f) modelu płyty głównej, g) nazwie komputera, h) typie procesora wraz z informacją o częstotliwości taktowania, i) producencie, modelu oraz pojemności zainstalowanego dysku twardego j) MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej.	TAK	TAK
13.	Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS).	TAK	TAK
14.	Możliwość z poziomu BIOS-u włączenia/wyłączenia funkcji automatycznej aktualizacji BIOS-u. System musi umożliwiać zdefiniowanie adresu IP serwera TFTP w sieci lokalnej lub podanie nazwy serwera, w którego bezpośrednio z poziomu BIOS-u można dokonać aktualizacji BIOS-u. System musi umożliwiać również określenie częstotliwości sprawdzania dostępności nowszej wersji BIOS-u z częstotliwością co najmniej: raz dziennie, raz na tydzień, raz na miesiąc i raz na kwartał.	TAK	TAK
15.	Możliwość aktualizacji BIOS-u, w tym co najmniej: całkowite wyłączenie możliwości aktualizacji, możliwość aktualizacji za pomocą narzędzi producenta komputera lub mechanizmu Windows Update, możliwość aktualizacji jedynie za pomocą narzędzi producenta komputera.	TAK	TAK
16.	Możliwość włączania/wyłączania sprzętowego wsparcia wirtualizacji w procesorze liczby aktywnych rdzeni procesora	TAK	TAK
17.	Możliwość włączania/wyłączania technologii SpeedStep oraz Turbo.	TAK	TAK
18.	Możliwość wyboru trybu pracy systemu chłodzenia komputera spośród co najmniej w trzech ustawień: automatyczny, maksymalna wydajność CPU oraz maksymalna prędkość wentylatorów.	TAK	TAK
19.	Możliwość monitorowania temperatury rdzenia procesora, obudowy procesora oraz temperatury wewnątrz obudowy komputera oraz prędkości obrotowej wentylatora.	TAK	TAK
20.	Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń	TAK	TAK
21.	Możliwość ustawienia trybu pracy komputera po przywróceniu zasilania po awarii zasilania w co najmniej trzech trybach: pozostaje wyłączony, zawsze wyłączony, zawsze włączony, przywrócenie stanu z przed awarii	TAK	TAK
22.	Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego (dla wszystkich rodzajów dysków twardych w tym dysków M.2).	TAK	TAK
23.	Możliwość ustawienia poziomu zabezpieczenia BIOS-u za pomocą hasła co najmniej na dwóch poziomach: - Standardowy: umożliwiający skasowanie hasła za pomocą zworki na płycie głównej - Silny: umożliwiający zresetowanie hasła jedynie poprzez	TAK	TAK

2



Rzeczpospolita
Polska




Zdrowe życie, czysty zysk


Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis. Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

	interwencję serwisu		
24.	Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.	TAK	TAK
25.	Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.	TAK	TAK
26.	Możliwość wyłączenia portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów, tylko zewnętrznych, wszystkich nieużywanych. W przypadku włączenia jedynie przednich lub jedynie tylnych lub jedynie używanych portów wymagana jest możliwość określenia czy włączone mają być jedynie porty USB do których podłączona jest klawiatura i mysz lub możliwość wyłączenia portów do których podłączone są pamięci masowe lub hub USB.	TAK	TAK
27.	Dodatkowe oprogramowanie: Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera (w ofercie należy podać nazwę oprogramowania) pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> a) zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci, b) otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, c) tworzenie raportów stanu jednostki, d) monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, e) aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy, f) tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami g) tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników, h) włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB i) w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu 	TAK podać	
28.	Certyfikowane oprogramowanie umożliwiające w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego.	TAK	TAK
29.	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 23dB – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta lub raportu z testów głośności wykonanych przez certyfikowane i niezależne od producenta laboratorium.	TAK	TAK
30.	Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym – diagnostycznym producenta komputera.	TAK	TAK
31.	Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) oraz zamka na klucz nie wystającego poza linię obudowy.	TAK	TAK
32.	Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 780 mm.	TAK PODAĆ	780 MM

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

33.	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows Pro 10 64bit.	TAK PODAĆ	Windows Pro 10 64bit.
34.	<p>SYSTEM OPERACYJNY: Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL, zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik Recovery umożliwiający instalację systemu wersji 64 bitowej lub równoważny.</p> <p><i>Opis równoważności</i></p> <p>Zainstalowany system operacyjny spełniający poniższe wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. ▪ Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. ▪ Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. ▪ Wbudowana zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. ▪ Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe. ▪ Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug & Play, Wi-Fi). ▪ Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. ▪ Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. ▪ Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. ▪ Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. ▪ Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. ▪ Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. ▪ Wbudowany system pomocy w języku polskim. ▪ Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). ▪ Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 	TAK PODAĆ	Windows Pro 10



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50


https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/35/2023


Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5

	<ul style="list-style-type: none">Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach.Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.Udostępnianie modemu.Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.Możliwość przywracania plików systemowych.System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w wersji 64-bit. <p>Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane</p>		
35.	Porty i złącza: <ul style="list-style-type: none">- 1 x HDMI- 2 x Display Port- 2 x PS/2- 1 x RJ-45- 1 x Audio: line-in- 1 x Audio: line-out- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy	Tak podac	TAK

5

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

	- 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy		
36.	9szt. USB w tym: minimum 5 portów z przodu obudowy (w tym min. 4 x USB 3.2), minimum 4 porty z tyłu obudowy. Porty te muszą być wlotowane w płytę główną – nie dopuszcza się portów wyprowadzonych z płyty głównej na zewnątrz komputera za pomocą przewodów, taśm itp. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.	TAK PODAĆ	TAK
37.	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika)	TAK PODAĆ	TAK
38.	Płyta główna z wbudowanymi złączami: 1) 1 złącze PCI-Express 3.0 x4 (mech. x16) 2) 1 złącze PCI-Express 3.0 x16 3) 1 złącze M.2-2280 umożliwiające zamontowanie modułu SSD NVMe (PCI-Express 2.0)	TAK PODAĆ	TAK
39.	Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu, minimum 4 złącza DIMM z obsługą do 128GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA 3.0 NCQ w tym min 1 złącze eSATA, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera	TAK PODAĆ	TAK
40.	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0)	TAK PODAĆ	TAK
41.	Nagrywarka DVD +/-RW	TAK PODAĆ	TAK
MONITOR			
42.	Ekran: Panoramiczny; ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS o przekątnej co najmniej min. 21,5", powierzchnia matrycy utwardzana 3H	TAK PODAĆ	Ekran: Panoramiczny; ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS o przekątnej 21,5", powierzchnia matrycy utwardzana 3H
43.	Jasność: min. 250 cd/m2	TAK PODAĆ	250 cd/m2
44.	Kontrast: min. 1000:1	Tak podać	1000:1
45.	Wielkość plamki: 0,249 mm	Tak podać	0,249 mm
46.	Kąty widzenia (pion/poziom) : min. 178°/178	TAK PODAĆ	178°/178
47.	Czas reakcji matrycy: maks. 4 ms	TAK PODAĆ	4 ms
48.	Kolory: min. 16.7mln	TAK PODAĆ	16.7mln
49.	Rozdzielczość : min. 1920x1080	TAK PODAĆ	1920x1080
50.	Powłoka powierzchni ekranu: Przeciwodbłaskowa, utwardzona	TAK PODAĆ	Powłoka powierzchni ekranu: Przeciwodbłaskowa, utwardzona
51.	Złącza: a) HDMI oraz Display Port b) złącze audio	TAK	TAK
52.	Zużycie energii: Średnie użycie energii 15 W, max.: 20 W,	TAK PODAĆ	Zużycie energii: Średnie użycie energii 15 W,
53.	Zakres pochylenia monitora: Przynajmniej od -5° do +22°	TAK PODAĆ	Zakres pochylenia monitora: j od -5° do +22°
54.	Usuwalna podstawa montażowa.	TAK	TAK
55.	Wbudowane 2 głośniki min. 1 W.	TAK PODAĆ	TAK
56.	Kompatybilność z VESA 100mm.	TAK	TAK

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

57.	Kensington Lock.	TAK	TAK
58.	Redukcja niebieskiego światła	TAK	TAK
59.	Zasilacz wbudowany – nie dopuszcza się zasilaczy zewnętrznych.	TAK	TAK
Licencje systemu antywirusowego do każdego oferowanego zestawu komputerowego			
60.	Licencje muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem ESET Endpoint Antivirus Suite – licencja na okres równy udzielonemu okresowi gwarancji na dostarczone zestawy komputerowe	TAK PODAĆ	TAK
61.	Pełne wsparcie dla systemu Windows 10 / Windows 11.	TAK	TAK
62.	Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows.	TAK	TAK
63.	Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno w języku polskim jak i angielskim.	TAK	TAK
64.	Pomoc w programie (help) i dokumentacja do programu dostępna w języku polskim.	TAK	TAK
65.	Licencja na okres równy udzielonemu okresowi gwarancji na dostarczone zestawy komputerowe.	TAK	TAK
66.	Ochrona antywirusowa i antyspyware: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. 2) Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. 3) Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. 4) Wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji. 5) Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. 6) Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu. 7) System ma oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania. 8) Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. 9) Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. 10) Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. 11) Możliwość umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach. 12) Możliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończonym skanowaniu. 13) Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej 10 min lub do ponownego uruchomienia komputera. 14) W momencie tymczasowego wyłączenia ochrony antywirusowej użytkownik musi być poinformowany o takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i informacją w interfejsie aplikacji. 	TAK PODAĆ	TAK



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/35/2023

Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5

	<ol style="list-style-type: none">15) Ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie może wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia komputera.16) Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.17) Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail.18) Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).19) Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.20) Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.21) Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator.22) Możliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron ustalonej przez administratora.23) Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.24) Program ma umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S, IMAPS.25) Możliwość zgłoszenia witryny z podejrzeniem phishingu z poziomu graficznego interfejsu użytkownika w celu analizy przez laboratorium producenta.26) Użytkownik musi posiadać możliwość przesłania pliku celem zweryfikowania jego reputacji bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego.27) Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka).28) Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika).29) Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń mają być w pełni anonimowe.30) Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.31) Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła.		
--	---	--	--





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:

ZP/35/2023

Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5

- 32) Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora. Przy próbie deinstalacji program musi pytać o hasło.
- 33) Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz deinstalacji musi być takie samo.
- 34) Program ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiegś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika i administratora wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji.
- 35) Program ma mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zwykłe oraz aktualizacje o niskim prioryecie. Ma być możliwość dezaktywacji tego mechanizmu.
- 36) Po instalacji programu, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów.
- 37) System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma pracować w trybie graficznym.
- 38) Program ma umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji.
- 39) Funkcja blokowania nośników wymiennych bądź grup urządzeń ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ urządzenia, numer seryjny urządzenia, dostawcę urządzenia, model.
- 40) Program musi mieć możliwość utworzenia reguły na podstawie podłączonego urządzenia, dana funkcjonalność musi pozwalać na automatyczne wypełnienie właściwości urządzenia dla tworzonej reguły.
- 41) Program ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń w tym co najmniej: dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, ostrzeżenie brak dostępu do podłączanego urządzenia.
- 42) W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi wyświetlić użytkownikowi odpowiedni komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika.
- 43) Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS).
- 44) Moduł HIPS musi posiadać możliwość pracy w jednym z pięciu trybów:
 - a. tryb automatyczny z regułami gdzie program automatycznie tworzy i wykorzystuje reguły wraz z możliwością wykorzystania reguł utworzonych przez użytkownika,
 - b. tryb interaktywny, w którym to program pyta użytkownika o akcję w przypadku wykrycia aktywności w systemie,
 - c. tryb oparty na regułach gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez użytkownika,
 - d. tryb uczenia się, w którym program uczy się aktywności systemu i użytkownika oraz tworzy odpowiednie reguły w czasie określonym przez użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu program musi samoczynnie przełączyć się w tryb pracy oparty na regułach.





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50


https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/35/2023

Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5

	<p>e. Tryb inteligentny – w którym program będzie powiadamiał wyłącznie o szczególnie podejrzanych zdarzeniach.</p> <p>45) Tworzenie reguł dla modułu HIPS musi odbywać się co najmniej w oparciu o: aplikacje źródłowe, pliki docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego.</p> <p>46) Użytkownik na etapie tworzenia reguł dla modułu HIPS musi posiadać możliwość wybrania jednej z trzech akcji: pytaj, blokuj, zezwól.</p> <p>47) Oprogramowanie musi posiadać zaawansowany skaner pamięci.</p> <p>48) Program musi być wyposażony w mechanizm ochrony przed exploitami w popularnych aplikacjach np. czytnikach PDF, aplikacjach JAVA itp.</p> <p>49) Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń dostępna z Internetu.</p> <p>50) Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami.</p> <p>51) Program musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji.</p> <p>52) Program musi posiadać funkcjonalność udostępniania tworzonego repozytorium aktualizacji za pomocą wbudowanego w program serwera http</p> <p>53) Program wyposażony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antyvirus, antyspyware, metody heurystyczne).</p> <p>54) Program ma być w pełni zgodny z technologią CISCO Network Access Control.</p> <p>55) Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która automatycznie wykrywa aplikacje pracujące w trybie pełno ekranowym.</p> <p>56) W momencie wykrycia trybu pełno ekranowego aplikacja ma wstrzymać wyświetlanie wszelkich powiadomień związanych ze swoją pracą oraz wstrzymać swoje zadania znajdujące się w harmonogramie zadań aplikacji.</p> <p>57) Program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, kontroli stron Internetowych i kontroli urządzeń, skanowania na żądanie i według harmonogramu, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania.</p> <p>58) Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu.</p> <p>59) Program musi posiadać możliwość utworzenia z poziomu interfejsu aplikacji dziennika diagnostycznego na potrzeby pomocy technicznej.</p> <p>60) Program musi posiadać możliwość aktywacji poprzez podanie konta administratora licencji, podanie klucza licencyjnego oraz możliwość aktywacji programu offline.</p> <p>61) Aplikacja musi posiadać funkcję ręcznej aktualizacji komponentów programu.</p> <p>62) Program musi posiadać możliwość definiowania stanów aplikacji, jakie będą wyświetlane użytkownikowi np. powiadomień o wyłączonych mechanizmach ochrony czy stanie licencji.</p>		
--	--	--	--



	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	--

	<p>63) Administrator musi mieć możliwość dodania własnego komunikatu do stopki powiadomień, jakie będą wyświetlane użytkownikowi na pulpicie.</p>		
<p>67.</p>	<p>Ochrona serwera plików Windows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wsparcie dla systemów: Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. 2) Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. 3) Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami i exploitami. 4) Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. 5) Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu. 6) Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. 7) System antywirusowy ma mieć możliwość wykorzystania wielu wątków skanowania w przypadku maszyn wieloprotocessorowych. 8) Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. 9) Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. 10) Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach. 11) Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS). 12) Program powinien oferować możliwość skanowania dysków sieciowych typu NAS. 13) Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika. 14) Program ma umożliwiać użytkownikowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji. 15) W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi wyświetlić użytkownikowi odpowiedni komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika. 16) System antywirusowy ma automatycznie wykrywać usługi zainstalowane na serwerze i tworzyć dla nich odpowiednie wyjątki. 17) Zainstalowanie na serwerze nowych usług serwerowych ma skutkować automatycznym dodaniem kolejnych wyłączeń w systemie ochrony. 18) Administrator ma mieć możliwość wglądu w elementy dodane do wyłączeń i ich edycji. 19) System antywirusowy ma mieć możliwość zmiany konfiguracji oraz wymuszania zadań z poziomu dedykowanego modułu CLI (command line). 	<p>TAK PODAĆ</p>	<p>TAK</p>



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl


Nr sprawy:

ZP/35/2023

Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5

	<ol style="list-style-type: none">20) Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.21) Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka).22) Możliwość skanowania wyłącznie z zastosowaniem algorytmów heurystycznych tj. wyłączenie skanowania przy pomocy sygnatur baz wirusów.23) Aktualizacje modułów analizy heurystycznej.24) Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń mają być w pełni anonimowe.25) Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.26) Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy serwerze przy próbie dostępu do konfiguracji systemu antywirusowego był proszony o podanie hasła.27) Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie deinstalacji program ma pytać o hasło.28) Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej próby, deinstalacji ma być takie samo.29) System antywirusowy ma być w pełni zgodny z technologią CISCO NAC.30) System antywirusowy ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiegś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji.31) System antywirusowy ma mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zwykłe oraz aktualizacje o niskim priorytecie. Program ma także posiadać opcję dezaktywacji tego mechanizmu.32) Po instalacji systemu antywirusowego, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów.33) Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń.34) Aktualizacja dostępna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego, nośnika CD, DVD lub napędu USB, a także przy pomocy protokołu HTTP z dowolnej stacji		
--	---	--	--



	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

	<p>roboczej lub serwera (program antywirusowy z wbudowanym serwerem HTTP).</p> <p>35) Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.</p> <p>36) Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja).</p> <p>37) Aplikacja musi wspierać skanowanie magazynu Hyper-V</p> <p>38) Aplikacja musi posiadać możliwość wykluczania ze skanowania procesów</p> <p>39) Administrator ma możliwość dodania wykluczenia po tzw. HASH'u zagrożenia, wskazującego bezpośrednio na określoną infekcję a nie konkretny plik.</p> <p>40) Praca programu musi być niezauważalna dla użytkownika.</p> <p>41) Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania.</p> <p>42) Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu</p>		
68.	<p>Administracja zdalna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Serwer administracyjny musi oferować możliwość instalacji na systemach Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016 oraz systemach Linux. 2) Musi istnieć możliwość pobrania ze strony producenta serwera zarządzającego w postaci gotowej maszyny wirtualnej w formacie OVA (Open Virtual Appliance). 3) Serwer administracyjny musi wspierać instalację w oparciu o co najmniej bazy danych MS SQL i MySQL. 4) Serwer administracyjny musi oferować możliwość wykorzystania już istniejącej bazy danych MS SQL lub MySQL użytkownika. 5) Dostęp do konsoli centralnego zarządzania musi odbywać się z poziomu interfejsu WWW niezależnie od platformy sprzętowej i programowej. 6) Narzędzie administracyjne musi wspierać połączenia poprzez serwer proxy występujące w sieci. 7) Narzędzie musi być kompatybilne z protokołami IPv4 oraz IPv6. 8) Komunikacja z konsolą powinna być zabezpieczona się za pośrednictwem protokołu SSL. 9) Narzędzie do administracji zdalnej musi posiadać moduł pozwalający na wykrycie niezarządzanych stacji roboczych w sieci. 10) Serwer administracyjny musi posiadać mechanizm instalacji zdalnej agenta na stacjach roboczych. 11) Jeden centralny serwer centralnego zarządzania bez względu na wielkość sieci. 12) Serwer administracyjny musi oferować możliwość instalacji serwera http proxy pozwalającego na pobieranie aktualizacji baz sygnatur oraz pakietów 	TAK PODAĆ	TAK



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/35/2023

Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5

	<p>instalacyjnych na stacjach roboczych bez dostępu do Internetu.</p> <ol style="list-style-type: none">13) Centralna administracja musi pozwalać na zarządzanie programami zabezpieczającymi na stacjach roboczych z systemami Windows oraz Linux oraz serwerach Windows.14) Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware'ową, zaporą osobistą i kontrolą dostępu do stron internetowych zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci.15) Zarządzanie oprogramowaniem zabezpieczającym na stacjach roboczych musi odbywać się za pośrednictwem dedykowanego agenta.16) Administrator musi posiadać możliwość zarządzania za pomocą dedykowanego agenta stacjami nie posiadającymi zainstalowanego programu zabezpieczającego.17) Agent musi przekazywać informacje na temat stanu systemu operacyjnego do serwera administracji zdalnej18) Administrator musi posiadać możliwość utworzenia dodatkowych użytkowników/administratorów Serwer centralnego zarządzania do zarządzania stacjami roboczymi.19) Administrator musi posiadać możliwość utworzenia użytkownika wbudowanego lub zintegrowanego z grupą z usługi Active Directory.20) Administrator musi posiadać możliwość przypisania kilku zestawów uprawnień do jednego użytkownika.21) Dostępne zadania muszą być podzielone na dwie grupy: zadania klienta oraz zadania serwera.22) Zadania serwera obejmujące zadanie instalacji agenta, generowania raportów oraz synchronizacji grup.23) Zadania klienta muszą być wykonywane za pośrednictwem agenta na stacji roboczej.24) Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia jednego zadania dla kilku klientów lub grupy.25) Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia grup statycznych i dynamicznych komputerów.26) Grupy dynamiczne tworzone na podstawie szablonu określającego warunki jakie musi spełnić klient aby zostać umieszczony w danej grupie. Przykładowe warunki: Adresy sieciowe IP, Aktywne zagrożenia, Stan funkcjonowania/ochrony, Wersja systemu operacyjnego, itp.27) Serwer administracyjny musi umożliwiać wyświetlenie polityk do których przynależy dana stacja robocza oraz ich edycję z poziomu właściwości samego klienta28) Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia własnych raportów lub skorzystanie z predefiniowanych wzorów.		
--	--	--	--





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50


https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/35/2023

Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5

	<p>29) Raport na panelu kontrolnym musi być w pełni interaktywny pozwalając przejść do zarządzania stacją/stacjami, której raport dotyczy.</p> <p>30) Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia własnych powiadomień lub skorzystanie z predefiniowanych wzorów.</p> <p>31) Powiadomienia muszą dotyczyć zmiany ilości klientów danej grupy dynamicznej, wzrostu liczby grupy w stosunku do innej grupy, pojawienia się dziennika zagrożeń lub skanowania lub stanu obiektu serwer centralnego zarządzania.</p> <p>32) Serwer administracyjny musi oferować możliwość konfiguracji własnej treści komunikatu w powiadomieniu.</p> <p>33) Serwer administracyjny musi posiadać możliwość dodania dowolnej ilości licencji obejmujących różne produkty.</p> <p>34) Narzędzie administracyjne musi być wyposażone w mechanizm wyszukiwania zarządzanych komputerów na podstawie co najmniej nazwy komputera, adresu IPv4 i IPv6 lub wyszukania konkretnej nazwy zagrożenia.</p> <p>35) Konsola administracyjna musi umożliwiać dodanie własnego logotypu do interfejsu webowego.</p>		
69.	<p>Oprogramowanie biurowe: Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać:</p> <ol style="list-style-type: none">1) edytor tekstów,2) arkusz kalkulacyjny,3) narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji,4) narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami),5) pełną polską wersję językową interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim,6) system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem musi odbywać się w języku polskim,7) dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego,8) publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu,9) możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0).	TAK PODAĆ	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego min. 36 miesięcy	TAK, Podać	36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK



	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", " \pm " lub " $\geq \leq$ ", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

Załącznik Nr 1.4.2 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH
PROJEKTOR MULTIMEDIALNY Z ZAWIESZENIEM – 1 SZTUKA

Nazwa	PROJEKTOR MULTIMEDIALNY Z ZAWIESZENIEM
Typ	TR-9995454
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2022

Lp.	PARAMETR WYMAGANY		PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	Projektor multimedialny	TAK	TAK
2.	rozdzielczość: XGA	TAK PODAĆ	XGA
3.	system projekcyjny: technologia 3LCD	TAK Podać	technologia 3LCD
4.	format obrazu (natywny): 4:3	TAK Podać	4:3
5.	jasność [lm]: natężenie światła białego oraz barwnego 3600	TAK Podać	3600
6.	Kontrast min.: 16000:1	TAK PODAĆ	16000:1
7.	żywotność lampy min.: 6000 godzin	TAK PODAĆ	6000 godzin
8.	złącza wejścia / wyjścia: HDMI, VGA , RJ45, USB	TAK PODAC	HDMI, VGA , RJ45, USB
9.	pełne zdalne sterowanie pilotem	TAK	TAK
10.	moduł wi-fi	TAK PODAĆ	
11.	wbudowane głośniki	TAK	TAK
12.	uchwyt wieszak do projektora - sufitowy	TAK	TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego 24 miesiące	TAK	36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK


UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	--


Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	---	----------------------------------

Załącznik Nr 1.4.3 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

EKRAN ROZWIJANY ELEKTRYCZNIE – 1 SZTUKA

Nazwa	EKRAN ROZWIJANY ELEKTRYCZNIE
Typ	TR-6663332
Producent	TRONUS
Kraj pochodzenia	POLSKA
Rok produkcji:	Sprzęt nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2022

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE	
1.	Ekran projekcyjny	TAK TAK
2.	elektryczny (całkowicie chowany ekran)	TAK TAK
3.	przekątna: 150" (300x220)	TAK Podać 150" (300x220)
4.	powierzchnia: matt white	TAK Podać matt white
5.	stosunek boków: 4:3	TAK Podać 4:3
6.	przewodowe sterowanie ściennie oraz pełne zdalne sterowanie pilotem (transmisja radiowa)	TAK TAK
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU	
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące	TAK, Podać 36
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK TAK

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.


Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.


Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.


Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

1

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
--	--	----------------------------------

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu^A ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p><small>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</small></p>	Nr sprawy: ZP/35/2023
--	---	--------------------------



Załącznik nr 2.2 do SWZ

.....
 pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy /
 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

OŚWIADCZENIE

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH
 ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ
 ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B**, prowadzonego przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 oświadczam, co następuje:


OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

Oświadczam, że:

☐ **nie zachodzą** w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t.j. Dz. U. 2023 poz. 129)¹.

¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655, 85, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz 2022r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu^A ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p><small>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</small></p>	Nr sprawy: ZP/35/2023
--	---	--------------------------

~~□ zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 129)².~~

*) zaznaczyć w odpowiednim miejscu. Kliknąć 2 x w oznaczany kwadrat, odznaczyć wartość domyślną: „zaznaczone”

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) Odpis z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr: 0000426304 dostępny pod adresem: <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Warszawa dnia

Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia

2



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis. Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00

² Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 85, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu^A ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2023</p>
	<p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 4B</p>	