



Lębork, dn. 23.05.2022 r.

Uczestnicy postępowania ZP-ZO/22/22

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawy sprzętu medycznego na wyposażenie ambulansu transportowego.

Znak sprawy: ZP-ZO/22/22.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotne w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. Część nr 4. Czy Zamawiający dopuści ssak o przepływie maksymalnym 25l/min i spełniający pozostałe parametry?
 - **Informujemy, że dopuszczamy do zaoferowania ssak o przepływie maksymalnym 25 l./min.**
2. Część nr 5. Ad. 4. Czy Zamawiający dopuści monitor bez analiza 12-odprowadzeniowego EKG?
 - **Informujemy, że nie dopuszczamy się do zaoferowania monitor bez analizy 12-odprowadzeniowego EKG.**
3. Część nr 1. Czy Zamawiający dopuści dostawę akcesoriów tj. uchwytu na butlę tlenową oraz wieszaka na płyny infuzyjne w innym, późniejszym terminie? Globalne problemy związane z przerwaniem łańcuchami dostaw powodują znaczne opóźnienia w terminach realizacji dostaw. Krzeselko, które chcemy zaoferować można użytkować bez wskazanego akcesorium dodatkowego, dlatego zwracamy się z powyższą prośbą.
 - **Informujemy, że nie wyraża zgody na dostawę akcesorii w późniejszym terminie.**

Czy Zamawiający zrezygnuje z dostawy akcesoriów wskazanych w pytaniu nr. 1 w wypadku odmowy dostarczenia ich w innym, wydłużonym terminie dostawy?

- **Informujemy, że wyraża zgodę na rezygnację z uchwytu na butlę tlenową oraz wieszaka na płyny infuzyjne.**
4. Z uwagi na panującą sytuację na świecie m.in. przedłużającą się pandemię COVID, wojnę na Ukrainie oraz przerwane łańcuchy dostaw komponentów do produkcji urządzeń medycznych prosimy o wydłużenie terminu dostawy.
 - **Informujemy, że podtrzymujemy termin dostaw.**
 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatora AED z wytrzymałością na upadek z wysokości 0,7 m na betonową posadzkę, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
 - **Informujemy, że nie wyrażamy zgody na zaoferowanie defibrylatora o ww. parametrze.**
 6. Część 3 plecak ratowniczy - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plecaka ratowniczego o parametrach: Plecak posiada pięć niezależnych przegród. Możliwość umieszczenia w obwodzie w wewnętrznej ścianie plecaka komory głównej materiałów opatrunkowych. Posiada oddzielną wewnętrzną komorę z przegródkami na sprzęt do intubacji, miejsce na płyny infuzyjne wewnątrz komory głównej. Wielokomorowa konstrukcja, z izolowaną

przestrzenią do przechowywania arkuszy papierowych w formacie A4 oraz pięć kieszeni zewnętrznych. W komorze wewnętrznej znajdują się min. cztery organizery (saszetki) – w tym jedna wielkości na worek samorozprężalny wraz z rezerwuarem maską dla dorosłych oraz filtrem, zamykane na rzepy lub suwaki wykonane z przezroczystej folii odpornej na zgniecenia i działanie ujemnych temperatur. Zapinany na dwa suwaki wszyte podwójnymi szwami z zastosowaniem wytrzymałych nici. Końcówki suwaków zabezpieczone są przed uszkodzeniem. Dwa uchwyty do transportu w rękę w pozycji pionowej lub poziomej. Uchwyty wypełnione są wkładem o zwiększonej sztywności (średnica wkładu do 2 cm). Uchwyty są powleczone czarną gumą odporną na pęknięcie w zmiennych warunkach temperaturowych. Szelki i pas biodrowy posiadają szerokość 6 cm i są wzmocnione na całej długości. Istnieje możliwość spięcia szelek i pasa biodrowego do przeznaczonej do tego kieszeni, zasuwanej na dwa boczne suwaki przebiegające wzdłuż plecaka oraz zabezpieczonej w dolnej części zapięcia typu rzep. Uchwyty do zapięcia przykrywy kieszeni na szelki umieszczone na szczycie plecaka. Kłamry na szelkach o szerokości min. 3cm. Plecak usztywniony z możliwością wyjęcia usztywnienia. - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania torby medycznej spełniającej wymagania posiadającej komorę z pięcioma niezależnymi przegrodami, której ergonomiczna konstrukcja pozwala na jednocześnie prowadzenie procedur ratowniczych przez trzy osoby?

- **Informujemy, że dopuszczamy do zaferowania plecak ratowniczy o ww. parametrach.**

7. Część nr 5. Pkt. 2. Monitor przenośny – inteligentny transport. Czy Zamawiający dopuści monitor przenośny wyposażony w ekran LCD o przekątnej 4,3 cala? Jest to niewielka różnica w odniesieniu do pierwotnego zestawienia parametrów.

- **Informujemy, że nie dopuszczamy do zaferowania monitor o ww. parametrze.**

8. Część nr 5. Pkt 6. Monitor przenośny – inteligentny transport. Czy Zamawiający dopuści monitor przenośny o odporności na poziomie IPX1? Monitor dodatkowo wyposażony jest w dedykowaną do karetki torbę, który zabezpiecza urządzenie przed czynnikami zewnętrznymi.

- **Informujemy, że nie dopuszczamy do zaferowania monitor o ww. parametrach.**

9. Część nr 5. Pkt 8. Monitor przenośny – inteligentny transport. Czy Zamawiający dopuści monitor przenośny wyposażony w gniazdo do pomiaru CO₂, które w przyszłości można rozbudować o czujnik zewnętrzny?

- **Informujemy, że nie dopuszczamy do zaferowania monitor o ww. parametrze.**

10. Część nr 5. Pkt. 9. Monitor przenośny – inteligentny transport. Czy Zamawiający dopuści monitor przenośny, który umożliwia pracę na zasilaniu akumulatorowym na poziomie 4 godzin? Jest to niewielka różnica w odniesieniu do pierwotnego zestawienia parametrów.

- **Informujemy, że dopuszczamy do zaferowania monitor o ww. parametrze.**

11. Część nr 5. Pkt. 2. Monitor z pulsoksymetrem. Czy Zamawiający dopuści monitor z alarmami wizualnymi i dźwiękowymi, z możliwością ustawienia granic, głośności alarmów, czasów zawieszania alarmów?

- **Informujemy, że dopuszczamy do zaferowania monitor z pulsoksymetrem o ww. parametrach.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania przesunięto termin składania ofert na dzień 26.05.2022 r. godz. 12:00.

Z poważaniem