



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
00000001137

Bolesławiec, dnia 03 luty 2023 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania
e-mail: platforma zakupowa**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp na „Dostawę sprzętu medycznego: kompletu pomp infuzyjnych oraz bronchoskopu ultrasonograficznego EBUS w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych w tym COVID-19 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu””, (sprawa 41/PN/2022).

Zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w **Zadaniu nr 1- Dostawa kompletu pomp infuzyjnych.**

UZASADNIENIE PRAWNE

Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Zadaniu nr 1 na podstawie art. 255 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu medycznego: kompletu pomp infuzyjnych w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych w tym COVID-19 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Zakres rzeczowy zamówienia miał

obejmować transport i wniesienie do magazynów Zamawiającego oraz montaż, instalację i przeszkolenie personelu medycznego lub użytkowników w zakresie obsługi. Parametry techniczno użytkowe oczekiwanego sprzętu oraz wymogi stawiane przez Zamawiającego zostały przedstawione w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowił załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W dniu 26.10.2022 r. na dedykowanej dla Zamawiającego Platformie zakupowej pod adresem na stronie danego postępowania, Zamawiający zamieścił wyjaśnienia do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (*Wyjaśnienia do SWZ II*), w których przedstawił swoje wymogi co do kompatybilności dostarczonych pomp z posiadaną przez Zamawiającego stacją do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego SpaceMRI.

W toku postępowania wpłynęły dwie oferty. Podczas badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający powziął wątpliwości, czy oferta jednego z Wykonawców jest zgodna z warunkami zamówienia w zakresie wskazanego wyżej wymogu. W związku z czym, Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnień odnośnie treści złożonej oferty.

Po wnikliwej analizie złożonych wyjaśnień, Zamawiający uznał, że postawione przez niego wymóg kompatybilności dostarczonych pomp z posiadaną stacją do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego SpaceMRI ogranicza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Zamawiający na etapie przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia nie zweryfikował bowiem informacji, że opisane przez niego parametry techniczno – użytkowe jako wymagane, determinują pochodzenie oczekiwanego sprzętu tylko od jednego producenta.

W niniejszym postępowaniu analiza nie uwzględniła wymogu kompatybilności z już posiadaną przez Zamawiającego kapsułą do pracy w środowisku MRI, która determinuje typ użytkowanej pompy infuzyjnej. Wybór innego urządzenia oznaczałby zakup kolejnej kapsuły MRI a więc wiązałby się z niegospodarnością po stronie Zamawiającego.

Należy zauważyć, że sporządzenie Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowi jedną z najistotniejszych czynności Zamawiającego poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która determinuje cały przebieg postępowania i może wywrzeć wpływ na jego wynik. Dlatego też Zamawiający winien dokonywać tej czynności z zachowaniem zasady wyrażonej w art. 16 ust.1 ustawy Pzp, nakładającej obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji ora równe traktowanie Wykonawców. W szczególności, w myśl art. 83 ust. 1 oraz ust. 2 Pzp Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, powinien dokonać analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia.

Art. 99 ust. 4 Pzp stanowi, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W szerokim rozumieniu tego przepisu

ograniczenie zasady uczciwej konkurencji może nastąpić w wyniku opisanego przedmiotu zamówienia w sposób na tyle rygorystyczny, że ogranicza to krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający wprowadzając wymóg, który mógł spełnić tylko jeden Wykonawca występujący na rynku, naruszył przepisy art. 99 ust 1, 2 i 4 Pzp oraz art. 16 pkt 1 i 3 Pzp poprzez sporządzenie SWZ w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia i wyjaśnień do SWZ, które stanowią jej integralną część, w sposób utrudniający i ograniczający uczciwą konkurencję, poprzez taki dobór parametrów, które uniemożliwiają złożenie konkurencyjnej oferty, tym samym ograniczają Zamawiającemu uzyskanie przedmiotowego zamówienia.

Wreszcie art. 255 ust. 6 Pzp zobowiązuje Zamawiającego, do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli nastąpi sytuacja, w której postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą. Popelnione przez Zamawiającego błędy podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, w tym sporządzenie Opisu Przedmiotu Zamówienia w sposób niewłaściwy i niewystarczające zbadanie możliwości uzyskania zamówienia stanowią wady postępowania o charakterze rzeczywistym i nieusuwalnym, które są na tyle poważne, że uniemożliwiają zaw

Wobec powyższego, Zamawiający prawidłowo powinien przeprowadzić postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Dokonanie zmiany trybu postępowania nie jest jednak możliwe na żadnym jego etapie, przez co postępowanie to obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wobec powyższego, Zamawiający powinien przeprowadzić postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Dokonanie zmiany trybu postępowania nie jest jednak możliwe na żadnym jego etapie, przez co postępowanie to obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym należało podjąć rozstrzygnięcie jak na wstępie.