

SPZOZ w Wolsztynie, 6 miesięczna dostawa rękawic medycznych diagnostycznych (nitrylowe i winylowe), TP/2/2021;

Załącznik nr 6 do SWZ

LP.	NAZWA ASORTYMENTU	J.M	ILOŚĆ na 6 m-cy	CENA NETTO OP.	CENA BRUTTO OP.	wartość NETTO DOST. (kol. 2x3)	wartość BRUTTO DOST. (kol. 5+VAT)	VAT w %	KRAJ POCHOD ZENIA	PRODUCE NT	dokument dopuszczający do obrotu	nazwa handlowa oferowanego produktu	
		1	2	_3	_4	_5	_6	7	8	9	10	11	
1.	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/-0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100/200 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane na opakowaniu.	S	600										
		M	1500										
		L	700										
		XL	200										
2.	Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,10 mm, bez protein lateksu, posiadające AQL 1,5 , rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 420, EN ISO 374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a'100 szt. Rozmiary S-XL kodowane na opakowaniu..	S	600										
		M	1500										
		L	700										
		XL	200										
					Razem								

*możliwość zaoferowania op. a'200szt. pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia wymaganych ilości

Uwaga! Zamawiający wymaga przedstawienia: opisów (karty techniczne), właściwych Certyfikatów CE, deklaracji zgodności CE, deklaracji zgodności WE dla środków ochrony indywidualnej, raportów z badań producenta (zgodnych z przedstawionymi próbkami) oraz raport jednostki akredytowanej w zakresie odporności chemicznej i właściwych norm PN potwierdzających wymagane parametry techniczne

Wymagania! Przedmiot zamówienia zgodny z dyrektywą 93/42/EEC

Uwaga! Zamawiający wymaga próbek w ilości 100 szt. z każdej pozycji (op. handlowe)

łączna wartość pakietu netto:

słownie:.....

łączna wartość pakietu brutto:

słownie;

Miejscowość:.....

Data i podpis Wykonawcy

.....