

Powiat Rypiński
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin

Rypin, 06.06.2022 r.

ZP.272.3.2022

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup i dostawę wyposażenia do pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 3

Zamawiający informuje, że w dniu 31.05.2022 r. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup i dostawę wyposażenia do pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”**, o następującej treści:

1. „Dotyczy zadanie 1. Poz. 5. Wirówka laboratoryjna do probówek
Czy Zamawiający może wskazać przykładową wirówką, która spełnia wymagania?”
2. „Dotyczy cz1. Zad. 9. Polarymetr
Czy Zamawiający może wskazać przykładowy sprzęt odpowiadający wymaganiom?
Żaden z polarymetrów dostępnych na rynku nie spełnia wymagań Zamawiającego.
Zakres temperatur podany przez Zamawiającego nie jest realny do osiągnięcia”

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.-1. Zamawiający nie wskazuje przykładowej wirówki laboratoryjnej do probówek.

Jednocześnie zamawiający zmienia treść załącznika 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 30.05.2022 r. w następujący sposób: w pozycji nr 5 – wirówka laboratoryjna do próbek punkt 1 otrzymuje brzmienie: „**zakres obrotów w granicach od min. 100 obr./min do min. 14000 obr./min**”; punkt 2 otrzymuje brzmienie: „**min. 12 miejscowy wirnik wraz z pokrywą.**”; Ponadto **usunięto punkty 5 i 6 dotyczące wymiarów**, dotychczasowy punkt 7 otrzymuje numer 5, dotychczasowy punkt 8 otrzymuje numer 6, dotychczasowy punkt 9 otrzymuje numer 7.

Ad.-2. . Zamawiający nie wskazuje przykładowego polarymetru z lampą LED.

Jednocześnie zamawiający zmienia treść załącznika 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 30.05.2022 r. w następujący sposób: w pozycji nr 9 – polarymetr z lampą LED punkt 3 otrzymuje brzmienie: „**zakres pomiarowy $\pm 180^\circ$, podziałka co 1° z noniusem $0,05^\circ$.**”

Jednocześnie zamawiający zmienia treść załącznika 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 30.05.2022 r. w następujący sposób:

- 1) w pozycji nr 4 – refraktometr typu Abbego punkt 4 otrzymuje brzmienie: „**wyposażony w termometr, wkrętak (śrubokręt), pipetę**”;
- 2) w pozycjach od 14 do 19, od 25 do 34, od 38 do 47, 49, od 66 do 71, od 84 do 85 Zamawiający dokonuje zmiany nazwy **szkło bromokrzemowe** na „**szkło borokrzemowe**”;

Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski> zamieszcza załącznik nr 1/1 do SWZ po zmianach z 30.05.2022 r. i 06.06.2022 r.

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść SWZ w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia w następujący sposób:

1. Punkt 12.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **13 lipca 2022 r.**
2. Punkt 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski> do dnia **14 czerwca 2022 r.** do godziny 09:00.
3. Punkt 15.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14 czerwca 2022 r.**, o godzinie 9:30.