



Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Lublinie
20 - 708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6
skr. poczt. 119
tel. 81 743-42-72 lub 81 533-41-00
email: wsse.lublin@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/wsse-lublin>

ADM-ZP.272.1.2.2024

Lublin, dnia 29.01.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Pytania i odpowiedzi nr 1, Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1.

Zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust.2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej Pzp, w związku z zapytaniem skierowanym w postępowaniu pn. „**Dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego na 2024 rok dla WSSE w Lublinie**” przekazuje poniżej treść pytań i wyjaśnienia Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp. Treść wspomnianych pytań oraz wyjaśnienia są następujące:

Pytanie nr 1

PAKIET 5 - szkło laboratoryjne, pozycja 24 - Opis wskazuje na kolbę okrągłodenną natomiast numer katalogowy na kolbę płaskodenną. Proszę o podanie która kolba jest wymagana.

Odpowiedź nr 1 : Zamawiający wyjaśnia, że wymaga w opisie kolby okrągłodennej. Zamawiający dokonuje zmiany SWZ – formularz asortymentowo cenowy i wykreśla Nr katalogowy podany w poz. 24.

Pytanie nr 2

PAKIET 5 - szkło laboratoryjne, pozycja 26 - naczynia z pokrywą ze szlifem 15x15cm nie występują katalogowo. Czy zamawiający wyrazi zgodę na naczynia o wymiarach 15x18cm lub 12x15cm?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający wyjaśnia, że dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia i wymaga zaoferowania w poz. 26 naczynia o wymiarach 12x15cm (Średnica 15 cm, wysokość 12 cm).

Pytanie nr 3

PAKIET 5 - szkło laboratoryjne, pozycje 27, 28, 29 - lejki pp do proszków nie posiadają podanych w wymaganiach technicznych wymiarów. Proszę o podanie numerów katalogowych wymaganych lejków w celu wyceny prawidłowego towaru.

Odpowiedź nr 3: Zamawiający wyjaśnia, że dokonuje zmiany Formularza asortymentowo cenowego i wykreśla z formularza asortymentowo cenowego następujące pozycje nr 27, 28, 29 lejki pp do proszków.

Pytanie nr 4

PAKIET 6 - wyroby z tworzywa sztucznego, pozycja nr 4: Czy Zamawiający dopuści pipety serologiczne, pakowane indywidualnie, w opakowaniu jednostkowym zawierającym 50 sztuk oraz zaoferowanie 0,5 takiego opakowania?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaoferowanie pipet serologicznych, pakowanych indywidualnie w opakowaniu jednostkowym - 25 sztuk.

Pytanie nr 5

PAKIET 6 - wyroby z tworzywa sztucznego, pozycja nr 9: Czy doszło do omyłki w kolumnie "Jednostka miary", ponieważ pod wskazanym przez Zamawiającego nr kat. widnieje produkt pakowany po 500 sztuk w op. zbiorczym?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 9 - probówek typu Eppendorf o poj.1,5ml poz. ilość powinno być 12 opakowań pakowanych po 500 sztuk, łącznie 6000 sztuk. Zamawiający dokonuje zmiany Formularza asortymentowo cenowego w ww. zakresie.

Pytanie nr 6

PAKIET 6 - wyroby z tworzywa sztucznego, pozycja nr 9: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji probówek z Safe Lock czy bez Safe Lock?

Odpowiedź nr 6: Zamawiający opisał wymagania podając „np. Eppendorf Safe-Lock 1,5ml” i nie dopuszcza probówek bez Safe-Lock.

Pytanie nr 7

PAKIET 6 - wyroby z tworzywa sztucznego, pozycja nr 10: Czy Zamawiający dopuści produkt o tych samych parametrach, pakowany po 25 sztuk w op. jednostkowym z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź nr 7: Zamawiający dopuszcza produkt o tych samych parametrach, pakowany po 25 sztuk w op. jednostkowym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań tak aby ilość wszystkich zamówionych probówek była równa liczbie 150 sztuk.

Pytanie nr 8

PAKIET 6 - wyroby z tworzywa sztucznego, pozycja 9: probówki typu Eppendorf o poj.1,5ml z dnem stożkowym, bezbarwne, z polipropylenu, z korkiem z tworzywa sztucznego przytwierdzonym na stałe na elastycznym ramieniu, z zabezpieczeniem przez otwarciem o wymiarach 11mm x 40mm np.. EQUIMED 5350023053 (SF) np. Eppendorf Safe-Lock 1,5ml op. 25 szt. 6

Podany nr katalogowy dotyczy opakowania 500 szt., czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek o nr kat. Equimed 5350023053 w opakowaniu 500 szt?

Odpowiedź nr 8: Zamawiający dokonuje zmiany w poz. 9 Formularza asortymentowo cenowego, na następującą ilość probówek typu Eppendorf o poj.1,5ml : 12 opakowań, pakowanych po 500 sztuk, łącznie 6000 sztuk. Zamawiający dokonuje zmiany Formularza asortymentowo cenowego w ww. zakresie.

Pytanie nr 9

PAKIET 6 - wyroby z tworzywa sztucznego, pozycja 10: probówki typu Falcon 50ml z dnem stożkowym, bezbarwne, z polem do opisu, z korkiem z tworzywa sztucznego odkręcanym np. Bionovo B-2326 op. 150 1. Podany nr katalogowy b-2326 dotyczy probówek o pojemności 15 ml, czy należy zaoferować probówki falcon o poj. 50 ml sterylne w op. 50 szt. I zmienić ilość opakowań na 3 opakowania?

Odpowiedź nr 9: Zamawiający dopuszcza probówki Falcon o poj. 50 ml sterylne w opakowaniu 50 szt., tak aby ilość wszystkich zamówionych probówek była równa liczbie 150 sztuk i równocześnie dokonuje zmiany poprzez usunięcie z opisu w poz. 10 numeru katalogowego B-2326.

Pytanie nr 10

PAKIET 1 - końcówki do pipet, głaszczki, ezy, pojemniki - czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu, pozycji 1,2,19,34 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu? Obecna forma pakietu zawęży krąg potencjalnych dostawców i prowadzi do ograniczenia konkurencji gospodarczej. Wydzielenie wskazanych produktów umożliwi uzyskanie większej ilości ofert, a przede wszystkim pozwoli na zoptymalizowanie wydatków środków publicznych.

Odpowiedź nr 10: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1,2,19,34 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 11

PAKIET 7 - Wymazówki - pozycja 4 -Zamawiający w załączniku nr. 2, w kolumnie „wymagania techniczne i jakościowe” określił wielkość opakowania poprzez zamieszczenie zapisu „Wymazówki zapakowane w opakowanie zbiorcze (20/50/100 szt.)”., natomiast w kolumnach „jednostka miary” i „ilość”

wyspecyfikował do zamówienia 10 szt. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy zamówienie będzie dotyczyło 10 szt. wymazówek przez cały okres obowiązywania umowy, czy może chodzi o 10 op.?

Odpowiedź nr 11: Zamawiający dokonuje zmiany SWZ – Formularz asortymentowo cenowy (załącznik nr 2) poprzez wprowadzenie następującego opisu:

„Probówka z tworzywa sztucznego, ilość medium min. 2,5 ml, w pakiecie wymazówka przeznaczona do pobierania materiału do badań wirusologicznych w górnych dróg oddechowych (w tym nosa i nosogardzieli - giętka zakończenie wymazówki), z przewężeniem umożliwiającym bezpieczne odłamanie wymazówki. Wacik wymazówki pozbawiony substancji o charakterze inhibitorów reakcji PCR. Wymazówki zapakowane w opakowanie zbiorcze (50 szt.)”

Zamawiający wymaga zaoferowania 10 opakowań pakowanych po 50 szt., łącznie 500 sztuk.

Pytanie nr 12

PAKIET 7 - Wymazówki - pozycja 4 - jeśli zamówienie będzie dotyczyło 10 szt. wymazówek przez cały okres obowiązywania umowy, to prosimy o możliwość wycenienia w tej pozycji najmniejszego opakowania handlowego zawierającego odpowiednio 20/50/100 szt. ze wskazaniem wielkości oferowanego opakowania.

Odpowiedź nr 12: Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę w tej pozycji najmniejszego opakowania handlowego z uwagi na wymagane 10 op. Po 50 szt., (patrz odpowiedź na pytanie nr 11).

Zamawiający dołącza na stronie internetowej prowadzonego postępowania nowy formularz asortymentowo cenowy, Plik, o nazwie: **formularz asortymentowo cenowy_29.01.2024**

Zamawiający informuje, że zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.