

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stanowisko do pielęgnacji noworodka wraz z promiennikiem podczerwieni – 2 zestawy

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Stanowisko do pielęgnacji niemowląt	TAK	
2.	Fabrycznie nowy, rok produkcji – 2024.	TAK	
3.	Producent.	podać	
4.	Typ/model.	podać	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
6.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności.	TAK	
II.	PARAMETRY TECHNICZNE:		
1.	Umywalka z szafką	TAK	
2.	Stelaż nierdzewny z płytą meblową obustronnie laminowaną <u>lub</u> meble metalowe zabezpieczone przed korozją.	TAK podać	
3.	Umywalka z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.	TAK	
4.	Bateria zlewozmywakowa.	TAK	
5.	Wymiary stanowiska mycia rąk: - szerokość: 500 mm +/- 100 mm - głębokość: 670 mm +/- 100 mm - wysokość: 900 mm +/- 100 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm	TAK podać	
6.	Wanienka z szafką dwudrzwiową	TAK	
7.	Stelaż nierdzewny z płytą meblową obustronnie laminowaną <u>lub</u> meble metalowe zabezpieczone przed korozją.	TAK podać	
8.	Wanienka z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.	TAK	
9.	Bateria zlewozmywakowa z wyciąganym natryskiem.	TAK	
10.	Wymiary stanowiska kąpielowego: - szerokość: 800 mm +/- 100 mm - głębokość: 670 mm +/- 100 mm - wysokość: 900 mm +/- 100 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm	TAK podać	
11.	Przewijak z 2 – 4 szufladami	TAK podać	
12.	Stelaż nierdzewny z płytą meblową obustronnie laminowaną <u>lub</u> meble metalowe zabezpieczone przed korozją.	TAK podać	
13.	Szuflady z systemem cichego domykania.	TAK	
14.	Blat z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.	TAK	
15.	Materacyk tapicerowany materiałem zmywalnym, odpornym na działanie ogólnodostępnych środków myjących i dezynfekujących powierzchnie. Wodoodporny.	TAK	

16.	Wymiary materacyka nie mniejsze niż: 520 x 640 mm	TAK podać	
17.	Wymiary przewijaka: - szerokość: 700 mm +/- 100 mm - głębokość: 670 mm +/- 100 mm - wysokość: 900 mm +/- 100 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm	TAK podać	
18.	Promiennik podczerwieni do ogrzewania noworodka	TAK	
19.	Mocowanie przyściennie	TAK	
20.	Zasilanie 23 V, 50 Hz	TAK	
21.	Moc promiennika: 700 W	TAK	
22.	Regulacja mocy grzania manualna lub automatyczna	TAK podać	
23.	Wyposażony w miernik temperatury	TAK	
24.	System ograniczenia mocy	TAK	
25.	Wbudowane oświetlenie	TAK	
26.	Wymiary: - szerokość: 700 mm +/- 100 mm - głębokość: 460 mm +/- 100 mm	TAK podać	
27.	<u>Szerokość całkowita zestawu nie większa niż 2050 mm</u>	TAK	
III. DOKUMENTACJA:			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	
2.	Paszporthy techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim.	TAK	
3.	Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych.	TAK	
4.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	

Konfiguracja stanowisk – widok od frontu:

Stanowisko nr 1 – kolejność montażu od lewej: przewijak z promiennikiem, wanienka, umywalka

Stanowisko nr 2 – kolejność montażu od lewej: umywalka, wanienka, przewijak z promiennikiem

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
kwalifikowany podpis elektroniczny