

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stanowisko do pielęgnacji noworodka – 2 zestawy

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Stanowisko do pielęgnacji niemowląt	TAK	
2.	Fabrycznie nowy, rok produkcji – 2024.	TAK	
3.	Producent.	podać	
4.	Typ/model.	podać	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
6.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności.	TAK	
II.	PARAMETRY TECHNICZNE:		
1.	Umywalka z szafką	TAK	
2.	Stelaż nierdzewny z płytą meblową obustronnie laminowaną <u>lub</u> meble metalowe zabezpieczone przed korozją.	TAK podać	
3.	Umywalka z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.	TAK	
4.	Bateria zlewozmywakowa.	TAK	
5.	Wymiary stanowiska mycia rąk: - szerokość: 500 mm +/- 100 mm - głębokość: 670 mm +/- 100 mm - wysokość: 900 mm +/- 100 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm	TAK podać	
6.	Wanienka z szafką dwudrzwiową	TAK	
7.	Stelaż nierdzewny z płytą meblową obustronnie laminowaną <u>lub</u> meble metalowe zabezpieczone przed korozją.	TAK podać	
8.	Wanienka z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.	TAK	
9.	Bateria zlewozmywakowa z wyciąganym natryskiem.	TAK	
10.	Wymiary stanowiska kąpielowego: - szerokość: 800 mm +/- 100 mm - głębokość: 670 mm +/- 100 mm - wysokość: 900 mm +/- 100 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm	TAK podać	
11.	Przewijak z 2 – 4 szufladami	TAK podać	
12.	Stelaż nierdzewny z płytą meblową obustronnie laminowaną <u>lub</u> meble metalowe zabezpieczone przed korozją.	TAK podać	
13.	Szuflady z systemem cichego domykania.	TAK	
14.	Blat z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.	TAK	
15.	Materacyk tapicerowany materiałem zmywalnym, odpornym na działanie ogólnodostępnych środków myjących i dezynfekujących powierzchnie. Wodoodporny.	TAK	

16.	Wymiary materacyka nie mniejsze niż: 520 x 640 mm	TAK podać	
17.	Wymiary przewijaka: - szerokość: 700 mm +/- 100 mm - głębokość: 670 mm +/- 100 mm - wysokość: 900 mm +/- 100 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm	TAK podać	
18.	<u>Szerokość całkowita zestawu nie większa niż 2050 mm</u>	TAK	
III. DOKUMENTACJA:			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	
2.	Paszporthy techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim.	TAK	
3.	Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych.	TAK	
4.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	

Konfiguracja stanowisk – widok od frontu:

Stanowisko nr 1 – kolejność montażu od lewej: umywalka, wanienka, przewijak

Stanowisko nr 2 – kolejność montażu od lewej: przewijak, wanienka, umywalka

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
kwalifikowany podpis elektroniczny