

Kraków, dn. 03.10.2023r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-23/23

Przetarg nieograniczony pn. „**Sukcesywna dostawa odczynników**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

I. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA I

W związku z powyższym postępowaniem zwracamy się z następującymi zapytaniami w zakresie **pakiету nr 4:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie Automatu do blotów, na którym możliwa jest jednoczesna inkubacja testów do diagnostyki chorób autoimmunologicznych oraz zakaźnych, natomiast testy do diagnostyki alergii muszą być wykonywane oddzielnie ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu dla poz. 13 z następującym składem:

f1	Białko jaja kurzego
f2	Mleko krowie
f75	Żółtko jaja kurzego
f78	nBos d8 – Kazeina (mleko krowie)
f13	Orzech ziemny
f17	Orzech laskowy
f20	Migdał
f144	Pistacja
f158	Nerkowce
f256	Orzech włoski
CCD	Marker CCD ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu dla poz. 16 z następującym składem:

e1	Kot
e2	Pies
e3	Koń
e6	Świnka morska
e71	Mysz
e73	Naskórek szczura
e82	Królik
e84	Chomik
es7	Mix sierści 5
es173	Mix piór ptaków klatkowych 3
CCD	Marker CCD ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu dla poz. 17 z następującym składem:

w6	bylica pospolita
w9	babka lancetowata
w103	pokrzywa
w203	rzepak
t3	brzoza
t4	leszczyna
t11	platan
g6	tymotka łąkowa
gs21	pyłki zbóż - mix (g12, g14, g18, g101)
e1	kot
e2	pies
e3	koń
e4	krowa
e82	królik
es2	pióra - mix 1 (e85, e111, kacze pióra)
ds1	roztocza kurzu domowego - mix 1 (d1, d2)
ms1	pleśnie - mix 1 (m1, m2, m3, m6)
m5	Candida albicans
f245	jajo, całe (f1, f75)
f2	mleko krowie
f81	ser Cheddar
f13	orzech ziemny
f14	soja
f17	orzech laskowy
f256	orzech włoski

f4	mąka pszenna
f12	groch
f15	biała fasola
f44	truskawka
fs32	owoce cytrusowe – mix 2 (f30, f32, f33, f34)
f26	wieprzowina
f27	wołowina
f83	kurczak
f49	jabłko
f3	dorsz
CCD	marker CCD ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie skanera, kołyski oraz pipety automatycznej, które nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, spełniających wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Odpowiedzi do pytań wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Z poważaniem,

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa prowadzonego postępowania
- ✓ a/a