



**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie**

ul. Poznańska 22; 00-685 Warszawa; tel. +48 22 52 51 405; fax +48 22 52 51 380

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO45001:2018;

WSPRiTS/ZP/352/2023
ZP.261.44.2023

Warszawa, dnia 30 października 2023 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w TED Nr 2023/S 2023/S 204-641787 z dnia 23.10.2023 r. na zakup ambulansów typu C dla WSPRiTS Meditrans Warszawa [Nr postępowania: 44/ZP/2023].

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (cz. II)

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1) PYTANIE: dot. noszy głównych elektrycznych - Prosimy o dopuszczenie zestawu transportowego z hydraulicznym systemem wspomaganie opuszczania i podnoszenia noszy który jest zasilany jednym akumulatorem. Pojemność akumulatora 5Ah. Różni producenci stosują różne rozwiązania technologiczne w zakresie zasilania. Nasz akumulator pozwala na ponad 50 cykli pracy góra dół a po wpięciu zestawu w system mocowania dochodzi do automatycznego jego doładowywania. Producent noszy, które chcielibyśmy zaoferować nie wymaga stosowania 2 akumulatorów o pojemności 7Ah.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w OPZ.

2) PYTANIE: dot. noszy głównych elektrycznych - Wnosimy o dopuszczenie noszy których rama umożliwia przedłużenie części noszowej dla pacjentów o wzroście powyżej 190 cm. Każdy z producentów w inny sposób radzi sobie z możliwością transportu pacjentów o znacznym wzroście. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, które spełnia wymagania funkcjonalne określone przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w OPZ.

3) PYTANIE: dot. noszy głównych elektrycznych - Prosimy o dopuszczenie zestawu, którego koła jezdne są o średnicy 15 cm i szerokości 4 cm, obrotowe o 360°, min. 2 wyposażone w hamulce, blokada kół do jazdy na wprost. Zdecydowana większość producentów noszy stosuje koła jezdne o średnicy 15 cm. W związku z powyższym prosimy o nie ograniczanie konkurencji i dopuszczenie producentów noszy, których rozmiar kół wynosi min. 15 cm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rucińska
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Tel. /22/ 52 51 293