



**INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 11320 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa końcówek do zamykania naczyń**”

Pytanie nr 1

Czy poziom zmiany cen materiałów lub kosztów uprawniający strony do złożenia wniosku o waloryzację ma zmienić się o 10 % w skali 3 miesięcy (zgodnie z §12 ust. 8 pkt 1 projektu umowy) czy też o 10 % w skali roku (zgodnie z §12 ust. 8 pkt 2 projektu umowy).

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.**

**Paragraf 8 ust.1 pkt. 1 dotyczy zmiany poziomu cen kosztów**

**Paragraf 8 ust.1pkt. 2 dotyczy zmiany poziomu cen materiałów**

Pytanie nr 2

Czy waloryzacja wynagrodzeń w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów może nastąpić po 3 miesiącach od zawarcia umowy (zgodnie z §12 ust. 8 pkt 4 projektu umowy) czy też po 6 miesiącach od zawarcia umowy (zgodnie z §12 ust. 1 pkt 2).

**Odpowiedź: Pytanie nieprecyzyjne, Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.**

Pytanie nr 3

dotyczy: pakiet 1 Lp.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednorazową końcówkę do zamykania naczyń - dł. ramienia 20cm i 35cm śr. 5mm, bransza aktywna pokryta teflonem, minimalizując przywieranie. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące Seal & Cut. Zamykanie dużych naczyń do 7mm włącznie. Identyfikowanie i monitorowanie instrumentu przez generator podczas jego użycia. Zwrotny sygnał dźwiękowy dla użytkownika. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Długość ramienia do wyboru przez Zamawiającego.

Narzędzia są kompatybilne z posiadany przez Zamawiającego generatorem elektrochirurgicznym i przetwornikiem.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.**



Pytanie nr 4

dotyczy: pakiet 1 Lp.2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania jednorazową końcówkę do zamykania naczyń - dł. ramienia 45cm, śr. 5mm, bransza aktywna pokryta teflonem, minimalizując przywieranie. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące Seal & Cut. Zamykanie dużych naczyń do 7mm włącznie. Identyfikowanie i monitorowanie instrumentu przez generator podczas jego użycia. Zwrotny sygnał dźwiękowy dla użytkownika. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.

Narzędzia są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego generatorem elektrochirurgicznym i przetwornikiem.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.**

Pytanie nr 5

dotyczy: pakiet 1 Lp.3

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania jednorazowe narzędzie w zaawansowanej technologii bipolarnej, do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, rotacja 330 stopni, długość ramienia 23cm, długość branszy roboczych 22,5 mm

Na czas Umowy Wykonawca udostępni bezpłatnie generator kompatybilny z powyższymi narzędziami. Narzędzia nie wymagają przetwornika.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.**

Pytanie nr 6

dotyczy: pakiet 1 Lp.4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania jednorazowe narzędzie do koagulacji i przecinania tkanek, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, śr. ramienia 5mm, dł .37 i 23cm, zakrzywione bransze o dł.22,5mm, Rotacja 330°. Możliwość koagulowania w pozycji otwartej.

Na czas Umowy Wykonawca udostępni bezpłatnie generator kompatybilny z powyższymi narzędziami. Narzędzia nie wymagają przetwornika.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.**

Pytanie nr 7

dotyczy: pakiet 1 Lp.1

Ponieważ narzędzia Wykonawcy są pakowane po 5 szt., czy Zamawiający dopuści do zaferowania pełnych opakowań, tj. 130 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.**

Pytanie nr 8

pakiet 1 Lp.3

Ponieważ narzędzia Wykonawcy są pakowane po 5 szt., czy Zamawiający dopuści do zaferowania pełnych opakowań, tj. 40 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.**



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

### Pytanie nr 9

dotyczy: pakiet 1 Lp.4

Ponieważ narzędzia Wykonawcy są pakowane po 5 szt., czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pełnych opakowań, tj. 85 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
mgr inż. Jacek Banaszak

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
mgr Anna Lis

