



Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa: protez samorozprężalnych; stentgraftów aorty jamy brzusznej i piersiowej”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz.U. z 2019r., poz. 1843), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW 1

Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 1

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie w części 1, w miejsce pierwotnych parametrów, samorozprężalnych stentów metalowych do dróg żółciowych wykonanych z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem, zamontowanych na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujących z przewodnikiem 0,035". Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu.

Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10.

Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm)

Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm)


Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwi rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczenia.

Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia.

Przeznaczony do jednorazowego użytku. Sterylny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.



ZESTAW 2

Pytanie 1

Część 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protez ze znacznikami wykonanymi ze złota lub tantalu, średnica zestawu 8 Fr, długość zestawu 180 cm - 185 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ

Z poważaniem

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu

dr n. med. Alicja Cegłowska

Lead



VIII EDYCJA



IX EDYCJA



XVI EDYCJA



2013



DEKRA



DEKRA



DEKRA