



Nr sprawy: 42/PNP/SW/2023

Sosnowiec, 04.08.2023r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Dostawa wideoduodenoskopu oraz myjni endoskopowej dla Pracowni Endoskopii**”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW 1

Pytanie nr 1

Dotyczy Części 2 Myjnia endoskopowa – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach 61x77x107cm? (szer x gł x wys)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy Części 2 Myjnia endoskopowa – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści myjnię z możliwością skonfigurowania 12 programów pracy myjni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 2

Pytanie nr 1

Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów zgodnie z poniższym: „(...) , oraz przenieść na Zamawiającego własność Towaru z chwilą uiszczenia należności, wraz z jego wydaniem, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać Towar i zapłacić umówioną cenę (wynagrodzenie).” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Dotyczy zapisów PARAMETRY TECHNICZNE- Część 1-pkt 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę z 48h do 5 dni roboczych oraz odpowiednio 14 w przypadku konieczności ściągnięcia części od producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę , jednak w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych Zamawiający wymaga zapewnienia sprzętu zastępczego parametrami nie gorszymi niż sprzęt oferowany.

Pytanie nr 3

Dotyczy zapisów PARAMETRY TECHNICZNE- Część 1-pkt 25

Prosimy o wydłużenie terminu z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych co wyłącza możliwość naliczania kar umownych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.





Pytanie nr 4

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Nadmieniamy, że wzór umowy dostawy nie odpowiada charakterowi przedmiotu zamówienia a szereg zapisów dotyczy realizacji dostaw sukcesywnych i zobowiązań Wykonawców z tym związanych. Wskazujemy część zapisów i wnioskujemy o odpowiednią modyfikację wzoru umowy - tak by odpowiadała przedmiotowi postępowania. (m.in.: par. 1 ust.2, par. 3 ust. 1,4,5,7,8,9,10,11,12,13)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji.

podpisano w oryginale

p. o. Dyrektor

Krzysztof Kowalik

