

Dreżdenko, dnia 20 marca 2023 roku

**Do
Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie**

P1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę osprzętu do elektrochirurgii i laparoskopii, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/6/2023

WYJAŚNIENIA

Pytanie nr 1

poz. 10

Prosimy o dopuszczenie elektrod o wymiarze 150x108 mm, powierzchni aktywnej 107cm², pakowanych w opakowania zbiorcze 100 szt. (16 op.)

Odp. do pytania 1

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w poz. 10 na elektrody o wymiarze 150x108 mm, powierzchni aktywnej 107cm², pakowanych w opakowania zbiorcze 100 szt. (16 op.), przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie nr 2

poz. 13

Prosimy o dopuszczenie szczypiec o długości 165mm.

Odp. do pytania 2

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w poz. 13 na szczypce o długości 165mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie nr 3

poz. 14

Prosimy o dopuszczenie szczypiec o długości 240 mm lub 195 mm.

Odp. do pytania 3

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w poz. 14 na szczypce o długości 240mm i lub/195mm przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie nr 4

poz. 15

Prosimy o dopuszczenie elektrody o wymiarach 26x3,2mm

Odp. do pytania 4

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w poz. 15 na nóż o wymiarach 26x3,2mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie nr 5

poz. 16

Prosimy o dopuszczenie uchwytu z przewodem 5m.

Odp. do pytania 5

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w poz. 16 na uchwyt do elektrody z kablem długości 5m, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Agnieszka Banaszek

Pismo zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania dnia 20.03.2023 r.