




Znak: AE/ZP-27-50/20

Tarnów, 2020-08-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawę myjni dezynfektora przelotowej 1 sztuka i myjni ultradźwiękowej 1 sztuka

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

- 1. Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 4** - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w automatycznie otwierane/zamykane drzwi przesuwne, co jest rozwiązaniem znacznie nowocześniejszym niż opisane w SIWZ drzwi otwierane ręcznie?
- 2. Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 6** - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wysokości 1.995 mm, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ?
- 3. Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 7** - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając aby komora pozwalała na mycie 12 tac o wymiarach 540 x 240 x 70 mm? Pojemność wózków wsadowych określana jest na podstawie tac o wymiarach zgodnych z normą DIN. Tace o wielkości 1/1 DIN mają wymiary 480 x 250 x 50 mm. W punkcie 62 i 63 SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem wózków wsadowych o pojemności 10 tac 1/1 DIN (p.62) oraz 6 tac 1/1 DIN (p.63) Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o pojemności 12 tac 1/1 DIN?
- 4. Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 10** - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając aby myjnia była wyposażona w komorę ogrzewaną elektrycznie o mocy 18-20kW? Tak duże wymagania odnośnie mocy grzewczej spotyka się w myjniach o pojemności 15 lub 18 tac 1/1 DIN. Myjnie o pojemności 10-12 tac wymagają przyłącza o mocy 10-13kW, co pozwala na znacznie niższe zużycie energii w trakcie pracy urządzenia.
- 5. Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 13** - Prosimy o odstąpienie od wymogu p. 13 SIWZ. Jest to rozwiązanie charakterystyczne dla myjni BELIMED oferowanych w Polsce przez firmę InformerMed. Rozwiązanie takie nie pozwala na prawidłowe zwalidowanie procesu mycia co może spowodować niewłaściwe mycie i dezynfekcję narzędzi, a co za tym idzie narazić Zamawiającego na potencjalne roszczenia pacjentów. Wprowadzenie takiego zapisu uniemożliwia zaoferowanie urządzeń innych producentów, co stanowi ograniczenie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu myjni.
- 6. Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 14** - Czy Zamawiający dopuści do oceny inny sposób pomiaru obecności piany w komorze niż opisany w p. 14 SIWZ czujnik obecności piany dokonujący pomiaru obecności piany ponad lustrem wody? Opisane rozwiązanie jest rozwiązaniem charakterystycznym dla myjni BELIMED oferowanych w Polsce przez firmę InformerMed. Wprowadzenie takiego zapisu uniemożliwia zaoferowanie urządzeń innych producentów, co stanowi ograniczenie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu myjni.
- 7. Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 17** - Czy Zamawiający dopuści do oceny inny sposób realizacji mycia wstępnego niż opisany w p. 17 SIWZ system uruchamiający dodatkowe płukania? Istotą procesu mycia (nie tylko wstępnego ale i zasadniczego) jest usunięcie wszystkich zanieczyszczeń (w tym krwi) znajdujących się na narzędziach. Dobrze dobrane środki chemiczne nie powodują pienienia w nowoczesnych myjniach więc opisany system nie ma zastosowania. Opisane rozwiązanie jest rozwiązaniem charakterystycznym dla myjni BELIMED oferowanych w Polsce przez firmę InformerMed. Wprowadzenie takiego zapisu uniemożliwia zaoferowanie urządzeń innych producentów, co stanowi ograniczenie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu myjni.
- 8. Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 19** - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażoną w zawór spustowy o średnicy dostosowanej do konstrukcji urządzenia? Wymaganie konkretnej wielkości zaworu nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego.
- 9. Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 21** - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażoną w pompę obiegową o wydajności dostosowanej do konstrukcji urządzenia? Różne konstrukcje wymagają różnych podzespołów. O ich mocy i wydajności decyduje producent urządzenia, tak aby zapewnić jak najlepsze parametry mycia i dezynfekcji.



10. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 27** - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej dopuszczając zużycie na poziomie 25l na każdą fazę procesu? Tak duże zużycie jest charakterystyczne dla dużych myjni, o pojemnościach 15-18 tac 1/1 DIN. Myjnie porównywalne z opisaną w SIWZ, o pojemności 10-12 tac zużywają 12-15l wody na każdą fazę procesu, co przekłada się na realne oszczędności w czasie eksploatacji urządzenia.
11. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 29** - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażoną w złącze RJ45 oraz USB? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym w SIWZ, umożliwiające współpracę z systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi.
12. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 32** - Prosimy o dodanie do punktacji dodatkowego elementu – elektroniczny licznik czasu pozostałego do końca procesu jako najdokładniejszego rozwiązania. Optyczne wskaźniki podają tylko przybliżony czas pozostały do końca procesu, a proponowane przez nas rozwiązanie pokazuje konkretne wartości, co ułatwia pracę personelu CS.
13. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 42** - Prosimy o odstąpienie od wymogu p. 42 SIWZ jako nie mającego żadnego uzasadnienia funkcjonalnego. Myjnie narzędziowe używane w działach Centralnej Sterylizacji bardzo rzadko mają przestoje trwające ponad 24h, a dodatkowo wsad w nich umieszczany na stronie załadowniczej (brudnej) jest wsadem skontaminowanym nie ma więc możliwości jego dodatkowego skontaminowania przez urządzenie.
14. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 44** - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażoną w wentylator suszarki o wydajności 295m³/h, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? podzespołów. O ich mocy i wydajności decyduje producent urządzenia, tak aby zapewnić jak najlepsze parametry mycia i dezynfekcji.
15. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 46** - Prosimy o potwierdzenie, iż przez filtr absolutny Zamawiający rozumie filtr HEPA klasy co najmniej H14?
16. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 61** - Prosimy o podanie jakie płyny, jakiego producenta posiada Zamawiający, do których powinna być podłączona zaoferowana myjnia.
17. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 62** - Prosimy o dopuszczenie do oceny wózków wyposażonych w przyłącze umieszczone z boku komory. Rozwiązanie takie pod względem funkcjonalnym jest identyczne z opisanym w SIWZ. Opisane w p. 62 rozwiązanie (jedno przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie) jest charakterystyczne dla myjni BELIMED oferowanych w Polsce przez firmę InformerMed. Wprowadzenie takiego zapisu uniemożliwia zaoferowanie urządzeń innych producentów, co stanowi ograniczenie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu myjni.
18. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 63** - Prosimy o dopuszczenie do oceny wózków wyposażonych w przyłącze umieszczone z boku komory. Rozwiązanie takie pod względem funkcjonalnym jest identyczne z opisanym w SIWZ. Opisane w p. 63 rozwiązanie (jedno przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie) jest charakterystyczne dla myjni BELIMED oferowanych w Polsce przez firmę InformerMed. Wprowadzenie takiego zapisu uniemożliwia zaoferowanie urządzeń innych producentów, co stanowi ograniczenie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu myjni.
19. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 64** - Prosimy o dopuszczenie do oceny wózków wyposażonych w przyłącze umieszczone z boku komory. Rozwiązanie takie pod względem funkcjonalnym jest identyczne z opisanym w SIWZ. Opisane w p. 64 rozwiązanie (jedno przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie) jest charakterystyczne dla myjni BELIMED oferowanych w Polsce przez firmę InformerMed. Wprowadzenie takiego zapisu uniemożliwia zaoferowanie urządzeń innych producentów, co stanowi ograniczenie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu myjni.
20. **Dotyczy SIWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
21. **Dotyczy SIWZ** - Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży



- materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
22. **Dotyczy SIWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 80dni od daty podpisania umowy?
 23. **Dotyczy pkt XVI SIWZ Ogólnych Warunków Umowy pkt. 11** - Prosimy o wykreślenie zapisu „w terminie wskazanym przez Zamawiającego” lub dodanie zapisu, że wskazany termin nie będzie krótszy niż wskazany w dalszej części punktu.
 24. **Dotyczy pkt XVI SIWZ Ogólnych Warunków Umowy pkt. 12 c)** - Prosimy o wykreślenie zapisu „lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego” lub dodanie zapisu, że wskazany termin nie będzie krótszy niż wskazany w punkcie 11.
 25. **Dotyczy pkt XVI SIWZ Ogólnych Warunków Umowy pkt. 13** - Prosimy o wykreślenie zapisu „lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego” lub dodanie zapisu, że wskazany termin nie będzie krótszy niż wskazany w punkcie 11.
 26. **Dotyczy pkt XVI SIWZ Ogólnych Warunków Umowy pkt. 12 a) c)** - Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego wymiany całego urządzenia.
 27. **Dotyczy pkt XVI SIWZ Ogólnych Warunków Umowy pkt. 12 a)** - Prosimy o doprecyzowanie po ilu awariach Zamawiający będzie miał prawo do tego typu żądań.
 28. **Dotyczy pkt XVI SIWZ Ogólnych Warunków Umowy pkt. 15 a) b) d)** - Prosimy o naliczanie kar od wartości danego urządzenia, którego sprawa dotyczy.
 29. **Dotyczy pkt XVI SIWZ Ogólnych Warunków Umowy pkt. 15** - Prosimy o dodanie punktu o treści: ” Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego”.
 30. **Dotyczy pkt XVI SIWZ Ogólnych Warunków Umowy pkt. 15 d)** - Prosimy o wydłużenie terminu wyznaczonego na wymianę towaru.
 31. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 – pkt 31** - Czy Zamawiający dopuści dwa wyświetlacze o innej, mniejszej przekątnej lokalizowane po każdej ze stron urządzenia wyświetlające wymagane minimum 40 znaków graficznych każdy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.2

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie myjni o wysokości 1995 mm, pod warunkiem, że Wykonawca wykonana wliczone w cenę oferty wszystkie niezbędne prace adaptacyjne umożliwiające wstawienie zaoferowanej przez Wykonawcę myjni w miejsce posiadanej myjni dezynfektora.

Ad.3

Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.4

Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.10

Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.11

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie myjni, której sterownik wyposażony jest w złącze RJ45 oraz USB.

Ad.12

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.13

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.14

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.44 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6.1 do SIWZ

zapis o treści:

„Wydajność tłoczenia powietrza suszącego minimum 300m³/h.”

zmienia na zapis o treści:

„Wydajność tłoczenia powietrza suszącego minimum 295m³/h.”

2/ w pkt.VII.1.2 SIWZ **zapis o treści:**

„3) w ocenianym w pozycji 44 Załącznika Nr 6.1 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 10 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. wydajność tłoczenia powietrza suszącego 300m³/h. uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.1.2 dla „t3”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

zmienia na zapis o treści:

„3) w ocenianym w pozycji 44 Załącznika Nr 6.1 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 10 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. wydajność tłoczenia powietrza suszącego 295m³/h. uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.1.2 dla „t3”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

Ad.15

Zamawiający w pkt. 46 Załącznika Nr 6.1 do SIWZ przez filtr absolutny rozumie filtry Hepa w klasach filtracji H10 – H14 oraz filtry ULPA w klasach filtracji U15 – U17.

Ad.16

Zamawiający informuje, iż używa preparatów firmy Schulke: Thermostept X-tra, Thermostept ED, Thermostept BSK.

Ad.17

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.18

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.19

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.20

Zgodnie z wymogiem określonym w pkt.IV.1.3 SIWZ oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.3.1 SIWZ Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Ad.21

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby Wykonawca posiadał certyfikat opisany w pytaniu.

Ad.22

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.23

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.



Ad.24

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XVI ppkt.12 SIWZ – Ogólne warunki umowy **zapis o treści:**

„12. W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do:

- a) żądania wymiany przez Wykonawcę urządzenia, wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamy parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.11 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- b) żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie, o którym mowa w pkt.11 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- c) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wadliwego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.11 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

zmienia na zapis o treści:

„12. W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do:

- a) żądania wymiany przez Wykonawcę urządzenia, wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamy parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.11 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni roboczych,
- b) żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie, o którym mowa w pkt.11 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni roboczych,
- c) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wadliwego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.11 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni roboczych.”

Ad.25

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XVI ppkt.13 SIWZ – Ogólne warunki umowy **zapis o treści:**

„13. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują te same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady określone w pkt.12 oraz uprawnienie do żądania naprawy w terminie, o którym mowa w pkt.11 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na własny koszt Wykonawcy.”

zmienia na zapis o treści:

„13. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują te same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady określone w pkt.12 oraz uprawnienie do żądania naprawy w terminie, o którym mowa w pkt.11 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni roboczych i na własny koszt Wykonawcy.”

Ad.26

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.27

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.28

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.



Ad.29

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.30

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XVI ppkt.15 SIWZ – Ogólne warunki umowy **zapis o treści:**

„Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.”

zmienia na zapis o treści:

„Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 10 dni od daty zgłoszenia.”

Ad.31

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie wyświetlacza głównego o mniejszej przekątnej zlokalizowanego po każdej ze stron urządzenia (dotyczy strony załadowniczej oraz rozładowniczej), wyświetlającego minimum 40 znaków graficznych każdy.

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.14, Ad.24 Ad.25 i Ad.30, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 11.09.2020r. godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 11.09.2020r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie VI, VII.1.2, XI.1, XII.1, XVI, Załączniku Nr 6.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6.1 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek