



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 01.02.2020 r.

Znak sprawy Nr RPOZP 19/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 29

1. Czy Zamawiający w zad 5 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw sterowalny do szynowania moczowodów - cewnik podwójnie zagięty wykonany z poliuretanu, widoczny w promieniach RTG, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika, cewnik znakowany na całej długości (maksymalna odległość między znacznikami 5 cm), koniec cewnika otwarty od strony pęcherza; prowadnik prosty z miękkim końcem pokryty PTFE śr. 0,028' - 0,035", system sterujący z blokadą - popychacz połączony z cewnikiem zamkiem – zwolniony po wyjęciu prowadnika. Średnice 4,7-4,8; 6; 7; 8 FR, długość 24 cm, czas utrzymywania cewnika w moczowodzie - 12 miesięcy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający w zad 5 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw sterowalny do szynowania moczowodów - cewnik podwójnie zagięty wykonany z poliuretanu, widoczny w promieniach RTG, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika, cewnik znakowany na całej długości (maksymalna odległość między znacznikami 5 cm), koniec cewnika otwarty od strony pęcherza; prowadnik prosty z miękkim końcem pokryty PTFE śr. 0,028' - 0,035", system sterujący z blokadą - popychacz połączony z cewnikiem zamkiem – zwolniony po wyjęciu prowadnika. Średnice 4,7-4,8; 6; 7; 8 FR, długość 26 cm, czas utrzymywania cewnika w moczowodzie - 12 miesięcy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający w zad 5 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw sterowalny do szynowania moczowodów - cewnik podwójnie zagięty wykonany z poliuretanu, widoczny w promieniach RTG, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika, cewnik znakowany na całej długości (maksymalna odległość między znacznikami 5 cm), koniec cewnika otwarty od strony pęcherza; prowadnik prosty z miękkim końcem pokryty PTFE śr. 0,028' - 0,035", system sterujący z blokadą - popychacz połączony z cewnikiem zamkiem – zwolniony po wyjęciu prowadnika. Średnice 4,7-4,8; 6; 7; 8 FR, długość 28 cm, czas utrzymywania cewnika w moczowodzie - 12 miesięcy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający w zad 6 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Drut prowadzący do zestawu do szynowania moczowodów pokryty powłoką hydrofilną z miękkim końcem o długości 3 cm, średnica 0,035" długość 150 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający w zad 9 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik moczowodowy z końcówką prosta typu Nelaton, 1 otwór drenujący, cewnik z metalowym mandrynem, widoczny w promieniach RTG, cewnik znakowany co centymetr, rozmiary do wyboru 3; 4; 5; 6; 7 FR, długość 70 cm, łącznik zakończenie Luer-Lock, końcówka zamknięta?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający w zad 9 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik moczowodowy z końcówką zagiętą typu Tiemann, 1 otwór drenujący, cewnik z metalowym mandrynem, widoczny w promieniach RTG,



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

cewnik znakowany co centymetr, rozmiary do wyboru 3; 4; 5; 6; 7 FR, długość 70 cm, łącznik zakończenie Luer-Lock, końcówka otwarta?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający w zad 14 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik Doufour'a dwudrożny, z PCV, balon 75 ml, rozmiar Ch18-24?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

8. Czy Zamawiający w zad 14 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik Doufour'a trójdrożny, z PCV, balon 75 ml, rozmiar Ch 18-24?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

9. Czy Zamawiający w zad 14 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik Doufour'a trójdrożny, silikonowy, balon 50 - 80 ml, rozmiar Ch 18-24?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiający w zad 19 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik PCV typ Nelaton 10-22 CH, sterylny?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

11. Czy Zamawiający w zad 20 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik PCV typ Tiemann 12-24 CH, sterylny?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

12. Czy Zamawiający w zad 21 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do nefrostomii wymienny (rozmiar 6; 8 CH dł. 30cm) z elementami zestawu

- Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
- Przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock
- Kranik LL
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- Nie zawierają lateksu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

13. Czy Zamawiający w zad 22 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do nefrostomii - punkcyjny (rozmiar - 6, 8 CH, długość 30 cm) z elementami zestawu

- 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie)
- Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
- 2-częściowe rozszerządło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock
- Kranik LL
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- Nie zawierają lateksu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

14. Czy Zamawiający w zad 22 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Prowadnik Landerquista do zestawu do nefrostomii 0,035", długości 100 cm, pokryty PTFE, końcówka - elastyczna atraumatyczna prosta lub typu J (2,5cm)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

15. Czy Zamawiający w zad 22 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Adapter (łącznik Luer-lock z lejkiem) kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi w sprzedaży workami do zbiórki moczu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

16. Czy Zamawiający w zad 47 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik zewnętrzny do nieinwazyjnego odprowadzania moczu, bezłateksowy, koszulka mocowana za pomocą rzepu, śr. 25 lub 30mm, do podłączenia z workiem do odprowadzenia moczu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

17. Czy Zamawiający w zad 47 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik zewnętrzny do nieinwazyjnego odprowadzania moczu, bezłateksowy, koszulka mocowana za pomocą samoprzylepnego dwustronnego hydrokoloidowego paska, śr. 25 lub 30mm, do podłączenia z workiem do odprowadzenia moczu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

18. Czy Zamawiający w zad 56 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej o parametrach

- Urometr

• Pojemność 500 ml z komorą pomiarową do małych objętości, skalowana co 1 ml do 55ml, następnie co 5ml do 110ml, natępnie co 10ml do 500ml

• Uniwersalny łącznik schodkowy z nasadką ochronną

• Płaski port do bezigłowego próbkowania moczu

• Element wzmacniający dren powyżej komory kroplowej

• Komora kroplowa z odpowietrznikiem oraz zastawką antyrefluksyjną

• Nieprzepuszczalny dla bakterii i wodoszczelny odpowietrznik

• Dren przy wyjściu z urometru zabezpieczony plastikową sprężyną

• Elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący, z zaciskiem i kłamrą o dł. 120 cm lub 150cm

• Paski boczne dla optymalnego umocowania

• Łatwy w obsłudze dolny kranik spustowy

• Przelew bezpieczeństwa w urometrze (w przypadku, gdy urometr jest przepełniony, mocz spływa bezpośrednio do worka do zbiórki moczu bez otwierania dolnego kranika spustowego urometru)

- Pojemnik na mocz

• Pojemność 2 000 ml

• Zastawka antyrefluksyjna

• Nieprzepuszczalny dla bakterii i szczelny odpowietrznik

• Czytelna podziałka w ml, biała ściana tylna

• Zawór kranika spustowego typu T z systemem zapobiegającym kapaniu

• Szczelina do umocowania drenu spustowego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl

