



SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica

Tel. 71 312-09-20 Fax. 71 312-14-98

E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl

NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125

www.szpital-trzebnica.pl

Trzebnica, dnia 14.12.2020 r.

Modyfikacja pisma pn. „ODPOWIEDZI (4) na zapytania dotyczące treści SIWZ” z dnia 10.12.2020 r.

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku (Nr postępowania ZP/32/2020/PN) zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843), modyfikuję treść odpowiedzi.

W związku z omyłką, Zamawiający modyfikuję treść odpowiedzi (4) na zapytania dotyczące treści SIWZ (z dnia 10.12.2020 r.) w poniższy zakresie:

Było:

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 45 poz. 1,2,3,4.

Czy Zamawiający dopuści sterylne maski krtaniowe ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu nie podwijającym się podczas zakładania maski, blokującym ponadto górny zwieracz przełyku. Rurka i mankieta uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa. Specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie. Wyjątkowo miękki mankieta zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę. Balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz określenie stopnia wypełnienia mankietu.

Reasumując, konstrukcja maski pozwala na jej szybkie i precyzyjne pozycjonowanie z maksymalnie zredukowanym naciskiem na ścianę gardła. Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję maski. Kodowana kolorem torebka ochronna z instrukcją użycia. Bezpieczeństwo w środowisku MR. Materiał nie zawiera ftalanów.

Rozmiar 3 dla pacjentów o wadze 30-50 kg

Rozmiar 4 dla pacjentów o wadze 50-70 kg

Rozmiar 5 dla pacjentów o wadze 70-100 kg

Rozmiar 6 dla pacjentów o wadze >100 kg

Pytanie 4 dotyczy pakietu 12 pozycji 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek twarzowych nie zawierających PCV, ani szkodliwych ftalanów. Posiadają przezroczysta kopuła zapewniające doskonałą widoczność wykonana z polietylenu, delikatny, miękki mankieta ukształtowany anatomicznie zapewniający dobre dopasowanie do twarzy wykonany z termoplastycznego elastomeru (termoplastycznych olefin). Maski są lekkie, wysokiej jakości, łatwe w utylizacji. Posiadają kolorowe kodowanie rozmiaru w postaci różnych kolorów mankietów. Kopuła posiada specjalne wcięcie (wgłębienie), które zapewnia pewny uchwyt maski.

Dostępne w rozmiarach:

Opis	Rozmiar
Dla dorosłych duża	6
Dla dorosłych średnia	5
Mała	4
Dla dzieci	3
Dla niemowląt	2
Dla noworodków	1

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Jest:

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 45 poz. 1,2,3,4.

Czy Zamawiający dopuści sterylne maski krtaniowe ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu nie podwijającym się podczas zakładania maski, blokującym ponadto górny zwieracz przetyku. Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa. Specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie. Wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na słuzówkę. Balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz określenie stopnia wypełnienia mankietu.

Reasumując, konstrukcja maski pozwala na jej szybkie i precyzyjne pozycjonowanie z maksymalnie zredukowanym naciskiem na ścianę gardła. Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję maski. Kodowana kolorem torebka ochronna z instrukcją użycia .Bezpieczeństwo w środowisku MR. Materiał nie zawiera ftalanów.

Rozmiar 3 dla pacjentów o wadze 30-50 kg

Rozmiar 4 dla pacjentów o wadze 50-70 kg

Rozmiar 5 dla pacjentów o wadze 70-100 kg

Rozmiar 6 dla pacjentów o wadze >100 kg

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3a – dotyczy pakietu nr 12 poz. 1 i 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek twarzowych nie zawierających PCV, ani szkodliwych ftalanów. Posiadają przezroczysta kopuła zapewniające doskonałą widoczność wykonana z polietylenu, delikatny, miękki mankiet ukształtowany anatomicznie zapewniający dobre dopasowanie do twarzy wykonany z termoplastycznego elastomeru (termoplastycznych olefin). Maski są lekkie, wysokiej jakości, łatwe w utylizacji. Posiadają kolorowe kodowanie rozmiaru w postaci różnych kolorów mankietów. Kopuła posiada specjalne wcięcie (wgłębienie), które zapewnia pewny uchwyt maski.


Dostępne w rozmiarach:

Opis	Rozmiar
Dla dorosłych duża	6
Dla dorosłych średnia	5
Mała	4
Dla dzieci	3
Dla niemowląt	2
Dla noworodków	1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu. Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

Z poważaniem,

ZOZ Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy
Dyrektor

Jarosław Maroszek