

**Parametry techniczne: Łóżeczko noworodkowe z możliwością najazdu na łóżko matki - 10 szt.**

**PAKIET NR 2., poz. 1**

Nazwa producenta: .....

Nazwa i typ: .....

L.p.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ
1.	Łóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu stelaża w stelaż do minimalizowania miejsca przechowywania łóżeczek oraz z funkcją najazdu na łóżko matki (wysokość łóżka matki <760 mm);  Rok produkcji 2023	
2.	Wymiary zewnętrzne łóżeczka: - szerokość: 830 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 570 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 980 mm (+/- 10 mm)	
3.	Wymiaru wewnętrzne kojca - szerokość: 660 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 410 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 220 mm (+/- 10 mm)	
4.	Wymiary materacyka: -szerokość: 620mm (+/- 10mm) -głębokość: 360mm (+/- 10mm) -wysokość: 40mm (+/- 5mm)	
5.	Stelaż łóżeczka z rurek stalowych o średnicy min. 20 mm, wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, umożliwiającym po wyjęciu kojca wjechanie stelaża w stelaż	
6.	Stelaż wyposażony w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, wszystkie z blokadą.	
7.	Kojec łóżeczka z przezroczystego tworzywa, wyposażony w materacyk tapicerowany materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne - minimum 15 kolorów do wyboru przez Zamawiającego	
8.	Uchwyt umożliwiający ustawienie kojca w pozycji Anty-Trendelenburga +12°	
9.	Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne)"	
10.	Gwarancja jakości min. 24 m-ce	<i>podać</i>

11.	Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu	
12.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat	
13.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego	

**UWAGI:**

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.
2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
3. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym