





















nitrylex® complete

Typ rękawicy:	nitrylowa, diagnostyczna, ochronna, niejałowa
Kolor:	fioletowy (lawendowy)
Kształt:	uniwersalny, pasujący na prawą i lewą dłoń
Środek pudrujący:	brak
Zawartość protein:	brak, produkt bezlateksowy
Powierzchnia zewnętrzna:	mikroteksturowana wraz z dodatkową teksturą na końcach palców i polimeryzowana
Powierzchnia wewnętrzna:	polimeryzowana i chlorowana
Mankiet:	równomiernie rolowany brzeg
Minimalna długość w mm:	265
Grubość w mm (palec/dłoń/mankiet):	0,10 / 0,08 / 0,06
Minimalna siła zrywu: (przed starzeniem/postarzeniu)	10N / 9N
AQL:	0.65 oznakowany na opakowaniu
Klasyfikacja CE:	klasa I – Wyrób Medyczny (Rozporządzenie (UE) 2017/745) kategoria III, typ B – Środek Ochrony Indywidualnej (Rozporządzenie (UE) 2016/425)
Zgodność z normami:	EN 455 (1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1 (Typ B), EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420, ASTM F1671, ISO 16604, ASTM D6978
Informacje dodatkowe:	rękawice posiadające certyfikat badania typu UE w kategorii III środków ochrony indywidualnej; przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 / EN ISO 374-5 oraz przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytotatyków zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzone raportem z niezależnego laboratorium); oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii
Znaki graficzne:	           
Op. jednostkowe / zbiorcze:	papierowe 100 szt. / 10×100 szt.
Rozmiary:	    
Nr referencyjny:	system KRK – Kodowanie Rozmiaru Kolorem XS RD30102001

	S RD30102002 M RD30102003 L RD30102004 XL RD30102005
Wytwórca:	 Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków, Poland