



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 22.11.2023 r.

ZP/ 107/2023

Dostawa sprzętu do prowadzenia dializ potrzeby CSK UM w Łodzi.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

PYTANIE 9

Dot. Pakietu nr 1

Zamawiającym oczekuje zaoferowanie dwóch pojemności koncentratu do dializ tj. 4,7 L (dopuszczono 5L) oraz 10L a jednocześnie jednostką miary w tym zadaniu jest opakowanie. Taka konstrukcja uniemożliwia właściwą wycenę gdyż cena sprzedaży jest różna dla różnej wielkości opakowań.

Prosimy o modyfikację pakietu pod kątem jednostki miary bądź też wielkości opakowań w jedynej pozycji pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis dotyczący jednostki miary z opakowania na litr oraz zwiększa ilość asortymentu w poz. 1.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Uwaga

- 1. W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.**
- 2. Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

Zamawiający na stronie internetowej: : https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed udostępnił:

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
- Załącznik nr 2 do SWZ po modyfikacji

Sekretarz Komisji Przetargowej
Agnieszka Bartczak