

IZP.2411.179.2024.BK

Kielce, dn. 25.07.2024 r.

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dot.: zakupu wraz z dostawą i instalacją wielokanałowego analizatora oraz wzorcowych źródeł punktowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku 1 -3.

1. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy źródeł opisanych w Załączniku nr 2 – do 20 tygodni od daty podpisania umowy łącznie z dostawą analizatora. Aktualnie termin dostawy źródeł guzikowych typu GSP z produkcji Polatom wynosi minimum 16 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Ad.1) Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

2. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że:

2a) dostawa źródeł jest w ramach jednego pakietu z analizatorem?

Ad.2a) Tak.

2b) na termin dostawy wyspecyfikowanych źródeł promieniotwórczych Zamawiający dysponuje lub będzie dysponował pozwoleniem z PAA na ich użytkowanie?

Ad.2b) O zezwolenie Zamawiający będzie się starał po podpisaniu umowy i do czasu jej realizacji, je uzyska.

2c) prosimy o potwierdzenie że w czasie trwania gwarancji, Zamawiający nie będzie wymagał dostawy nowych źródeł typu GSP wynikających z ich naturalnego zużycia (rozpadu)?

Ad.2c) W czasie trwania gwarancji, Zamawiający nie będzie wymagał dostawy nowych źródeł typu GSP
Ze względu na długi okres połowicznego rozpadu źródła.

2d)prosimy o potwierdzenie że w czasie trwania gwarancji, Zamawiający nie będzie wymagał powtórnej certyfikacji czyli ponownego wydania świadectwa wzorcowania do dostarczonych źródeł typu GSP?

Ad.2d) Zamawiający nie będzie wymagał powtórnej certyfikacji czyli ponownego wydania świadectwa wzorcowania do dostarczonych źródeł typu GSP.

2e) prosimy o potwierdzenie że w czasie trwania gwarancji, Zamawiający nie będzie wymagał ewentualnej utylizacji dostarczonych źródeł typu GSP?

Ad.2e) W czasie trwania gwarancji, Zamawiający nie będzie wymagał ewentualnej utylizacji dostarczonych źródeł typu GSP.

3. Odnosnie wymagań opisanych w ZAŁĄCZNIKU NR 3 – WYMAGANIA TECHNICZNE

3a) prosimy o podanie ilości sztuk niezbędnych pojemników pomiarowych w zestawie?

Ad.3a) ok. 50 – 100

3b) prosimy o podanie czy w ramach zestawu z analizatorem ma być dostarczona drukarka atramentowa?

Ad.3b) Nie.

3c) prosimy o podanie czy w ramach zestawu z analizatorem mają być dostarczone automatyczne pipety? W razie takiej ewentualności prosimy o podanie ilości sztuk i ich pojemność maksymalną.

Ad.3c) W ramach zestawu z analizatorem ma być dostarczona 1 szt. automatycznej pipety o pojemności 10 ml.

W związku z zadanymi pytaniami, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień **31.07.2024 r.**

1. Ofertę należy złożyć w terminie do **dnia 31.07.2024 r. do godz. 9:00**
2. Sposób składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce
3. Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej w dniu **31.07.2024 r. o godz. 10:00.**

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych Mariusz Klimczak