



**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rypinie**

REGON: 910858394

NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 2/4/23

Nasza data: 05.06.2023rok

Numer ogłoszenia : Dz. U. /2023/S S95 /17/05/2023/293581 – 2023 – pl ted.europa.eu/TED

Termin składania ofert: 21.06.2023 r godzina 10.00

Wykonawcy - Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN- 2/2023

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniu 02 czerwca 2023 roku, wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem;

ZP/PN- 2/2023 pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ w Rypinie”

Zadanie 10 – diatermia chirurgiczna – 3 szt

Punkt nr 4 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z sygnalizacją dźwiękową i wizualną awarii z wyświetlaniem opisu błędu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Punkt nr 6 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością uruchomienia wewnętrznego modułu argonowego, który pełni te same funkcje jak przystawka argonowa?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Punkt nr 7, 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w dwa uniwersalne gniazda 6-pin, umożliwiające podłączenie zarówno narzędzi monopolarnych, jak i bipolarnych oraz narzędzi do zamykania naczyń i narzędzi argonowych, z rozpoznawaniem podłączonych narzędzi i automatycznym dostosowaniem odpowiednich trybów pracy oraz nastaw, gniazdo monopolarne w standardzie 3-pin i gniazdo bipolarne w standardzie 2-pin oraz płaskie gniazdo elektrody neutralnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Punkt nr 7, 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w cztery uniwersalne gniazda 6-pin, umożliwiające podłączenie zarówno narzędzi monopolarnych, jak i bipolarnych oraz narzędzi do zamykania naczyń i narzędzi argonowych, z rozpoznawaniem podłączonych narzędzi i automatycznym dostosowaniem odpowiednich trybów pracy oraz płaskie gniazdo elektrody neutralnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Punkt nr 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością sterowania za pomocą efektów tkankowych i automatycznym doбором mocy dla zachowania efektu tkankowego oraz z możliwością regulacji mocy maksymalnej w trybach, w których możliwa jest regulacja mocy ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Punkt nr 12. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z co najmniej trzema rodzajami koagulacji monopolarnej standardowej kontaktowej: miękka, forsowna, uniwersalna oraz koagulacją monopolarną natryskową – bezkontaktową i trybami koagulacji monopolarnej specjalistycznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Punkt nr 13. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z mocą wyjściową koagulacji bipolarnej do 120W dla trybów koagulacji miękkiej i forsownej i z mocą maksymalną do 400 W dla koagulacji bipolarnej specjalistycznej do pracy w środowisku wodnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Punkt nr 15. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, w którym informacja o aktualnym stanie podłączenia elektrody ze skórą pacjenta przedstawiona jest w formie graficznej? Aparat na bieżąco kontroluje aplikację elektrody neutralnej dzielonej. Jeżeli kontakt jest zbyt słaby, komunikat graficzny informuje o tym użytkownika i aparat uniemożliwia aktywację prądu w trybie monopolarnym. Informacja o wartości oporności w formie cyfrowej nie jest niezbędna z punktu widzenia użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Wyposażenie

Punkt nr 24. Czy Zamawiający ma na myśli wielorazowy instrument laparoskopowy do zamykania naczyń? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania instrument do zamykania naczyń, o długości narzędzia 340mm, z okładkami ząbkowanymi, z kablem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Punkt nr 25. Czy Zamawiający ma na myśli wielorazowy instrument laparoskopowy do zamykania naczyń? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania instrument do zamykania naczyń, o długości 100mm z okładkami ząbkowanymi, z kablem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania instrument do zamykania naczyń w chirurgii otwartej, długość 23 cm, końcówki gładkie, z kablem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Punkt nr 27. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pęsety bipolarnej prostej, końcówki 1mm, dł. 160mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Punkt nr 32. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, z pierścieniem okalającym umożliwiającym równomierny rozkład prądu na powierzchni elektrody, powierzchnia przewodząca 110cm², powierzchnia całkowita 170cm², opakowane handlowe 50szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

p. o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Ryplinie
Monika Tryniszewska-Skarżyńska