

Pytania i odpowiedzi cz. 3

Załącznik nr 2a do SWZ, 2. defibrylator Izba Przyjęć

Dotyczy: Ekran, punkt 1

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator z ekranem o przekątnej 6,5" i rozdzielczością 640x480 posiadający możliwość ustawienia prędkości przesuwu krzywej EKG: 25 mm/s lub 50mm/s?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Defibrylacja, punkt 5

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator posiadający zakres wyboru energii 2-270J za pomocą pokrętki na płycie czołowej aparatu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Defibrylacja, punkt 9

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator posiadający czas ładowania do energii maksymalnej 270J poniżej 5 sekund.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Załącznik nr 2a do SWZ, 3. respirator przenośny transportowy

Dotyczy: punkt 20

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator posiadający regulację maksymalnego czasu trwania wdechu PSV?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: punkt 21

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator posiadający CPAP w trybie nieinwazyjnym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: punkt 22

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z możliwością rozbudowy o tryb wentylacji Duo-Levels?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: punkt 31

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator posiadający możliwość rozbudowy o tryb wentylacji łączący w wentylację, monitorowanie i funkcje przystosowane do resuscytacji krążeniowo – oddechowej, mający zastosowanie u pacjentów z zawałem serca.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: punkt 32

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator posiadający możliwość szybkiego rozpoczęcia wentylacji w sytuacjach nagłych niewyposażony w dedykowane środowisko wspierania pracy z systemami krążenia pozaustrojowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: punkt 43

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respiratora umożliwiającą rozbudowę o tryb Duo-Levels z regulacją ciśnienia wydechowego w zakresie 0-15cmH₂O?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: punkt 44

Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respiratora umożliwiającą rozbudowę o tryb Duo-Levels z regulacją czasu wdechu w zakresie 0,25 – 30 sekund?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: punkt 49

Pytanie 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator posiadający pomiar objętości wentylacji minutowej: wydechowa i wdechowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: punkt 56

Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator posiadający wskazanie współczynnika wagi w stosunku do objętości oddechowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: punkt 57

Pytanie 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator wyposażony w pomiar wskaźnika przecieku, nieposiadający pomiaru podatności statycznej C_{stat} i podatności dynamicznej C_{dyn}?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotycz formularza oferty, punkt 2 oświadczeń – termin realizacji

Pytanie 14. Uprzejmie prosimy o skorygowanie omyłki pisarskiej w terminie realizacji.

Odp. Formularz został poprawiony i zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Dotyczy projektu umowy §1 ust. 4 pkt 1-2 oraz punkt 6 SWZ – termin wykonania zamówienia

Pytanie 15. Uprzejmie prosimy o jednoznaczne określenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Odp. Wzór umowy został poprawiony i zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.