

Tarnów, dnia 28.06.2024r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.49 .KK.1625 /24

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Implanty neurochirurgiczne- nr spr 49 /24

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.06.2024r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 do pakietu nr 1:

Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych z płynną regulacją wysokości

Czy ze względu na rzadkie i nieregularne użycie zestawu protezy trzonu Zamawiający wyrazi zgodę na każdorazowe dosyłanie zestawu dla potrzeb zabezpieczenia konkretnego zabiegu?
Zestaw może być dosyłany w ciągu 24 godzin.

Odpowiedź:

Tak zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 do pakietu nr 4:

Implant międzytrzonowy do odcinka lędźwiowego z dojścia przednio - bocznego (OLIF) minimalnie inwazyjnego

Czy Zamawiający dopuści do postępowania implanty o zakresie długości 45-60 mm, dwóch szerokościach 18 i 22 mm, pięciu wysokościach 8, 10, 12, 14,16 mm oraz trzech kątach lordozy 8, 12, 15 stopni? Materiał tytan komórkowy.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zał nr 1A Zakres nr 4 i wykreśla pkt. 5.

Pytanie nr 3 do pakietu nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na każdorazowe dosyłanie zestawu dla potrzeb zabezpieczenia konkretnego zabiegu?

Odpowiedź:

Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 4 do pakietu nr 5:

Implant TLIF do przestrzeni międzykręgowej z tytanu komórkowego

Czy Zamawiający dopuści do postępowania implanty o charakterystyce:

Duży otwór na przeszczep i okna boczne pozwalające zmniejszyć całkowitą sztywność klatki i umożliwiają umieszczenie przeszczepu kostnego w klatce;

Materiał stop tytanu Ti6Al4V, porowaty („Tritanium”®) cechuje moduł sprężystości pomiędzy wartościami dla kości gąbczastej i korowej;

Ząbkowana powierzchnia implantu zwiększa powierzchnię stykającą się z kością, aby usprawnić przenoszenie obciążeń i zminimalizować osiadanie;

Zakres średniej porotwatości: 55-65%; zakres średniej wielkości porów 400-500 µm oraz zakres całkowity 100-700 µm;

Kąty lordozy 0, 6, 12 stopni; wysokości: 7mm (0 st. lordozy), 8-14 mm (6 st. lordozy), 9-14 mm (12 st. lordozy); wymiary podstaw: 10x27, 10x 31, 10x35 mm.

Odpowiedź:

Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 5 do pakietu nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na każdorazowe dosyłanie zestawu dla potrzeb zabezpieczenia konkretnego zabiegu?

Odpowiedź:

Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zamawiający umieszcza na Platformie zmodyfikowane załącznik– pod linkiem postępowania pod nazwą:
- Załącznik nr 1B-zakres nr 4 - modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ strona internetowa prowadzonego postępowania

3/ A/a

Szpital
Katedra Diagnostyki
Laboratoryjnej
Szpitala św. Łukasza
w Hajnówce
lek. med. Ewa Świróbska

INFORMACJA
DZIAŁ LABORATORYJNY
Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Hajnówce

Katarzyna Krikiel

LABORATORIUM
DIAGNOSTYKI
im. św. Łukasza SP ZOZ
w Hajnówce
Hajnów