



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Nr Certyfikatu 14180
ISO 9001, ISO 14001
OHSAS 18001

Szczecin, dnia 02.08.2019 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 17/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2

Pytanie 1 dotyczy części nr 7

Czy zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 7 „gwóźdź typu Gamma.” systemu równoważnego jakościowo o następujących parametrach:
poz.1- Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, blokowany, w rozmiarze 180mm o kątach 125,130 stopni. Gwóźdź o grubości 15,6 mm blokowany do szyjki śrubą 10,5 mm o dług. od 70 do 120mm z przeskokiem co 5 mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej o długości od 20mm do 60mm z przeskokiem co 2mm i o długości od 60mm do 80mm z przeskokiem co 5mm. System wykonany z tytanu. Możliwość wykonania kompresji na śrubie doszyjkowej bez użycia dodatkowego implantu w postaci śruby kompresyjnej (kompresja na prowadnicy do śruby doszyjkowej za pomocą motylka). Możliwość użycia śruby antyrotacyjnej. Komplet: gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna:
Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem.
Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane.
Termin ważności sterylności minimum 24 miesiące.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

KOMENDANT

Z upoważnienia
Komendanta

ppłk lek. Arkadiusz STEPAK

M.J. 91/ 810 59 82