



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.mpcz.pl

Nr sprawy 8Espzoz2022

Mogilno, dnia 16.05.2022 r.

**Wykonawcy,
którzy złożyli pytania**

WYJAŚNIENIA

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 8Espzoz2022 – Dostawy sprzętu medycznego do zabiegów endoskopowych

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Zadanie 2 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje 200 l preparatu w karnistrach 5l + aktywator?

Ad. TAK, Zamawiający oczekuje 200l preparatu w karnistrach 5l + aktywator.

Zadanie 2 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli oczekując „preparat do zimnej sterylizacji” czy chodzi preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia wyrobów medycznych ?

Ad. TAK, chodzi o preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia wyrobów medycznych.

Zadanie 2 pozycja 1

Czy preparat powinien być na bazie kwasu nadoctowego ale bez zawartości kwasu octowego który może uszkadzać dezynfekowane wyroby medyczne?

Ad. Preparat ma być na bazie kwasu nadoctowego bez zawartości kwasu octowego.

Zadanie 2 pozycja 3

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty dedykowanych pasków testowych do pomiaru efektywności pakowanych po 50 szt. (w przeliczeniu 16 opakowań).

Ad. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Do zadania nr 2 poz. 1 i 2

Proszę o wskazanie myjni do jakiej mają być stosowane zaoferowane preparaty.

Ad. Myjnia endoskopowa CYW-501 nr CB-EW50-4-ADE

Myjnia endoskopowa CYW-501 nr BG-EW50-4-ABF

Do zadania nr 2 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje zaoferowania preparatów posiadających rekomendację producenta do stosowania w myjniach posiadanych przez zamawiającego?

Ad. TAK, Zamawiający potwierdza.

Do zadania nr 2 poz. 1 i 2

Proszę o wskazanie pojemności jakiej oczekuje zamawiający w poz. 1 i 2.

Ad. W pozycji 1 oczekuje 4800ml+200ml, w pozycji 2 - 1000ml.

Do zadania nr 2 poz. 1 i 2

Czy zamawiający potwierdza, że oczekuje zaoferowania preparatów pochodzących od jednego producenta, dla zachowania kompatybilności.

Ad. TAK, Zamawiający potwierdza.

Do zadania nr 2 poz. 3

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie pasków testowych konfekcjonowanych w opakowaniach a'14 sztuk

Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Do zadania nr 2 poz. 2

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy zamawiający oczekuje zaoferowania produktu posiadającego badania skuteczności zarodnikobójczej wg aktualnie obowiązującej normy dla obszaru medycznego EN 17126?

Ad. Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu posiadającego badania skuteczności zarodnikobójczej wg aktualnie obowiązującej normy dla obszaru medycznego EN 17126

Pytanie ogólne

Uprzejmie proszę o wskazanie minimalnego poziomu realizacji przedmiotowej umowy.

Ad. 80%.

1. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsowi o szerokości rozwarcia klipsa 9 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm i 16 mm, długość ramienia w zakresie 8 -11 mm.

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy osłonki 2,4 mm i długości 240 cm wykonanych z drutu o średnicy 0,33 mm, średnice pętli 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm i 32 mm.

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy osłonki 2,4 mm.

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczotek do czyszczenia zaworów i portów o długości 25 cm.

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

5. Do jakiego ssaka mają pasować wkłady opisane w pozycji 8.

Ad. Ssak MEVACS M30.

6. Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie żelu o pojemności 200 ml.

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie pętli heksagonalnych o średnicy 10, 15, 20, 25 i 32 mm, średnica osłonki 2,4 mm, średnica drutu tnącego 0,33 mm.

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie chwytaków o średnicy osłonki 2,4 mm.

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy cewnika 2,3 mm.

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści zaoferowanie ustnika o wymiarach otworu 20 x 16 mm.

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający w pozycji 19 dopuści zaoferowanie cewnika o średnicy 2,3 mm.

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

12. Czy Zamawiający w pozycji 21 dopuści zaoferowanie szczypiec pokrytych tworzywem zabezpieczającym kanał endoskopu, otwarcie ramion łyżeczek 9 mm.

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający w pozycji 23 dopuści zaoferowanie kleszczy z uchwytem stałym.

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

14. Do jakiej pompy mają pasować przewody opisane w pozycji 27.

Ad. ENDOLINQ JSEP-P1.

15. Czy Zamawiający w pozycji 31 dopuści zaoferowanie klipsów o długości ramienia w zakresie 8 -11 mm.

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o modyfikację:

- par. 8 ust. 3 wzoru umowy na następujący: "W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy".

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakiet nr 2:

1. Prosimy o określenie pojemności preparatów w pozycji 1 i 2.

Ad. Pozycja 1- 4800ml +200ml. Pozycja 2 - 1000ml.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno –
Technicznych
Jarosław Głowacki
/podpis na oryginale/

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a