

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych
tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481
strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/> Email: zampubl@onkol.kielce.pl

AZP 241-73/19

Kielce, dn.13.05.2019 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ
ZMIANA SIWZ**

. Dot. AZP 241-73/19 .: Zakup wraz z dostawą odczynników do oznaczania hormonów i markerów wraz z dzierżawą trzech analizatorów dla Zakładu Markerów Nowotworowych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach .
Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 084-198897 z dnia 30.04.2019r.

Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

Dotyczy pakietu 3

1. W związku z tym, że Zamawiający planuje wykonywać na analizatorze panel 5 badań, dopuści aparat z 9 miejscami reagentowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza na powyższe.

Dotyczy Pakietu nr 1

Dot. pkt. 8 Parametry graniczne analizatora immunochemicznego:

1. Czy Zamawiający poprzez to wymaganie rozumie dostęp do badanej próbki po aspiracji materiału do badania przez analizator?

Odpowiedź:

Tak.

Dot. pkt. 38 Parametry graniczne analizatora immunochemicznego:

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Oferent wywiązał się z tak opisanego warunku poprzez pokrycie kosztu odczynników do wykonania oceny powtarzalności?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw pilnych z 36h na min. 72h?.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli z 6 m-cy na min. 5 m-cy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Prosimy o potwierdzenie, iż w pkt. 3.2. i 3.3 SIWZ nie nastąpiła pomyłka odnośnie formy dostarczenia dokumentów na wezwanie tzn. Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentów w postaci CD a nie via platformazakupowa?

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia omyłkę powinno być:

3.2. Oryginalne instrukcje dołączone do zestawów odczynników, oferty bez instrukcji nie będą rozpatrywane- / dotyczy Pakietów 1-3/.

3.3. Oryginalna pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim -/ dotyczy Pakietów 1-3/.

Dotyczy pkt. 2 par. 3 projektu umowy dostawy

6. Prosimy o zmianę punktu zgodnie z zapisami SIWZ (termin ważności oferowanych wyrobów – odczynniki, kalibratory, kontrole to min. 6 m-cy) i udzielona odpowiedzią na pytanie nr 4.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 4.

Dotyczy pkt. 1 par. 5 projektu umowy dostawy

7. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na: „W razie stwierdzenia wady przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie do 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji (złożonej faxem, emailem lub drogą pocztową)”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Ponadto Zamawiający informuje, iż na podstawie art 38 ust 4a ustawy PZP (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający modyfikuje SIWZ w sposób prowadzący do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Dotyczy zapisów pkt VI SIWZ /WYKAZ DOKUMENTÓW/ pdkt 3.2 oraz 3.3

Jest:

3.2. Oryginalne instrukcje dołączone do zestawów odczynników, oferty bez instrukcji nie będą rozpatrywane- Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie instrukcji do zestawów odczynników w postaci CD / dotyczy Pakietów 1-3/.

3.3. Oryginalna pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie instrukcji do zestawów odczynników w postaci CD/ dotyczy Pakietów 1-3/.

Powinno być:

3.2. Oryginalne instrukcje dołączone do zestawów odczynników, oferty bez instrukcji nie będą rozpatrywane- / dotyczy Pakietów 1-3/.

3.3. Oryginalna pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim -/ dotyczy Pakietów 1-3/.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Finansowo-Administracyjnych
mgr Teresa CZERNECKA