

DZP.271.61.2024- 2

Bielsko-Biała, dnia 12.11.2024r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę serwisu technicznego tomografu komputerowego SOMATOM Go.Sim, będącego w posiadaniu Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej. Znak sprawy: DZP.271.61.2024**

Upzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :

**Pytanie:**

**Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy § 6, ust. 8, ppkt 5**

Celem doprecyzowania prosimy o zmianę nazwy producenta urządzeń z Siemens AG na Siemens Healthcare GmbH.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający modyfikuje na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych treść SWZ następująco:

- rozdział V. pkt 1 ppkt 1.1. zamiast: „Oświadczenie potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonywania usług serwisowych tomografu komputerowego SOMATOM Go.Sim, którego producentem jest Siemens AG” wpisuje „Oświadczenie potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonywania usług serwisowych tomografu komputerowego SOMATOM Go.Sim, którego producentem jest Siemens Healthcare GmbH”;
- rozdział VIII pkt 1 ppkt 4b) zamiast „Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie dysponowania na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w serwisowaniu tomografów komputerowych firmy Siemens AG, która przeszła szkolenie w zakresie serwisu w/w sprzętu zorganizowanego przez producenta lub uprawnionego przedstawiciela firmy Siemens, potwierdzone odpowiednim imiennym dokumentem.” Wpisuje „Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie dysponowania na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w serwisowaniu tomografów komputerowych firmy Siemens Healthcare GmbH”, która przeszła szkolenie w zakresie serwisu w/w sprzętu zorganizowanego przez producenta lub uprawnionego przedstawiciela firmy Siemens, potwierdzone odpowiednim imiennym dokumentem”;
- rozdział IX pkt 2 ppkt 2.4 zamiast „Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie dysponowania na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w serwisowaniu tomografów komputerowych firmy Siemens AG, która przeszła szkolenie w zakresie serwisu w/w sprzętu zorganizowanego przez producenta lub uprawnionego przedstawiciela firmy Siemens, potwierdzone odpowiednim imiennym dokumentem.” wpisuje „Dla

Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie dysponowania na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w serwisowaniu tomografów komputerowych firmy Siemens Healthcare GmbH”, która przeszła szkolenie w zakresie serwisu w/w sprzętu zorganizowanego przez producenta lub uprawnionego przedstawiciela firmy Siemens, potwierdzone odpowiednim imiennym dokumentem”;

- rozdział XIVA. ust 2 pkt 2.5. ppkt 2.5.1. zamiast „Oświadczenie potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonywania usług serwisowych tomografu komputerowego SOMATOM Go.Sim, którego producentem jest Siemens AG” wpisuje „Oświadczenie potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonywania usług serwisowych tomografu komputerowego SOMATOM Go.Sim, którego producentem jest Siemens Healthcare GmbH”.

**Pytanie:**

**Pytanie dot. SWZ, część IV, pkt 3, część V, pkt 1, ppkt 1.2, część VIII, pkt 1, ust.2 oraz Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt umowy § 2, ust.3**

Prosimy o zmianę wymogu zgodnie z zapisami Ustawy Prawo atomowe.

PAA wydaje zezwolenia tylko na uruchomienie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, a nie na serwis tego typu urządzeń.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający modyfikuje na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych treść SWZ następująco:

- rozdział IV. pkt 3 zamiast: „Wykonawca winien posiadać pozwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie i serwis tego typu urządzeń.” wpisuje „Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na uruchomienie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.”;

- rozdział V. pkt 1 ppkt 1.2. zamiast: „Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca posiada pozwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie i serwis symulatorów TK stosowanych do planowania zabiegów w radioterapii” wpisuje „Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca posiada pozwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące”;

- rozdział VIII. pkt 1 ust 2 zamiast: „Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada pozwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie i serwis symulatorów TK stosowanych do planowania zabiegów w radioterapii” wpisuje “Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada pozwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące”;

- w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ w paragrafie 2 ust 3 zamiast “Wykonawca winien posiadać pozwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie i serwis tomografu komputerowego SOMATOM Go.Sim, który pracuje jako symulator TK w Zakładzie Radioterapii” wpisuje „Wykonawca winien posiadać pozwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące”.

**Pytanie:**

Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy

W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania (*dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności*) przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download).

Przyjęta przez producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom

bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający potwierdza, że zapewni łącze do pomocy/serwisu zdalnego, zgodnego z zapytaniem.**

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża:

- termin składania ofert do dnia 22.11.2024r. godz 10:00,
- termin otwarcia ofert do dnia 22.11.2024r. godz 10:30,
- termin związania ofertą do dnia 20.01.2025r.

Z-CIA DYREKTORA  
ds. Technicznych  
Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
mgr inż. Grzegorz Kubica

