



.....  
.....

Znak: AE/ZP-27-62/23

Tarnów, 2023-09-11

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawę systemu monitorowania funkcji życiowych – kapnograf przezskórny tcpCO2 - 1 szt.**

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

- 1. Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 5** - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie punktował oferty w zakresie uzasadnionym użytkowo tj. : Zasilanie akumulatorem do 4 h – 0 pkt, Powyżej 4 h – 10 pkt?
- 2. Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 7 i 9** - Prosimy o dopuszczenie aparatu wyposażonego w kolorowy ekran TFT (podświetlenie LED) o przekątnej 6,3 cala, rozdzielczości 640x240 pikseli i proporcji 8x3. Nie ma to wpływu na właściwości kliniczne.
- 3. Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 11** - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością transferu danych za pomocą portu RS232-USB?
- 4. Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 14** – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z następującym zakresem pomiarowym, nieznacznie odbiegającym od wymaganego:
  - tcpCO2: 0-200 mmHg lub 0,0-26,7 kPa
  - SpO2: 1-100 %
  - Częstość tętna: 30-250 skurczów na minutę (bpm)?
- 5. Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 19** - Prosimy o dopuszczenie wbudowanego barometru mierzącego wilgotność w zakresie 350-820 mmHg lub 47-109 kPa o dokładności  $\pm 3$  mmHg i 0,4 kPa. Nie ma to wpływu na właściwości kliniczne.
- 6. Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 23** - Prosimy o uszczegółowienie, czy Zamawiający przyzna tożsamą, maksymalną ilość punktów za podręczniki użytkownika w formie kodów QR uruchamiających filmy instruktażowe?
- 7. Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 24** - Prosimy o dopuszczenie gazów kalibracyjnych o następujących parametrach: CO2 – 8%, O2 – 12,0%, N – 80% ?Nie ma to wpływu na właściwości kliniczne.
- 8. Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 26** - Prosimy o uszczegółowienie, czy Zamawiający przyzna punktację ofert w zakresie istotnym i uzasadnionym użytkowo oraz ekonomicznie: 1 licencja na 1 stanowisko: 0 p., 1 licencja na nieograniczoną ilość stanowisk: 10 pkt?
- 9. Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 26** – Prosimy o doprecyzowanie czy opisane oprogramowanie ma być w języku polskim, tak jak w pkt 10 SWZ który mówi Oprogramowanie urządzenia i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim“?
- 10.** Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową ocenę ofert za możliwość rozłączenia czujnika na kablu do 30 minut bez potrzeby re kalibracji i odpinania czujnika od pacjenta(tzw. „przerwa na toaletę“) – funkcja ta jest niezwykle istotna ekonomicznie (generuje znaczne oszczędności gazu kalibracyjnego) oraz użytkowo, i w związku z tym wprowadzi punktację: Brak możliwości rozłączenia na kablu bez potrzeby re kalibracji: 0 pkt, Możliwość rozłączenia do 30 min bez potrzeby rekalkibracji:10 pkt
- 11.** Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową ocenę ofert za dłuższy czas użytkowania membrany - funkcja jest istotna ekonomicznie (wymierne oszczędności na materiałach zużywalnych – membranach) oraz użytkowo i w związku z tym wprowadzi punktację:
  - Czas użytkowania membrany do 28 dni – 0 p
  - Czas użytkowania membrany > 28 dni: 10 pkt



**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:**

**Ad 1.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad 2.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad 3.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad 4.**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie urządzenia posiadającego zakres pomiarowy:

- tcpCO<sub>2</sub>: 0-200 mmHg lub 0,0-26,7 kPa,
- SpO<sub>2</sub>: 1-100 %,
- częstość tętna: 30-250 skurczów na minutę (bpm).

**Ad 5.**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie urządzenia posiadającego wbudowany barometr mierzący wilgotność w zakresie 350-820 mmHg lub 47-109 kPa o dokładności  $\pm 3$  mmHg i 0,4 kPa.

**Ad 6.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad 7.**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie urządzenia posiadającego zintegrowaną komorę kalibracyjną z kalibracją automatyczną, gazem kalibracyjnym (8% CO<sub>2</sub>, 12,0 % O<sub>2</sub>, 80%N)

**Ad 8.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad 9.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad 10.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad 11.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**DYREKTOR**  
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika  
w Tarnowie  
*Marcin Kuta*

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a