



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
z siedzibą w Radomiu
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

tel. 47 701 31 03

faks: 47 701 20 02

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
z siedzibą w Radomiu
Sekcja Zamówień Publicznych
L.dz. ZP- 1399 /22

Radom, dnia 13.07.2022r.

Egz. poj.

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ nr 2

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp w przedmiocie zamówienia:

Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań narkotyków (18 kpl.) oraz do badań chemicznych (17 kpl.) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów, z podziałem na Zadanie nr 1 i 2.

Zadanie nr 1 - Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań narkotyków (18 kompletów) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów

Zadanie nr 2 - Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań chemicznych (17 kompletów) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów

Nr wew. postępowania 30/22 (ID 631135)

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) w związku z zapytaniem które wpłynęły od wykonawców dokonuje na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy wyjaśnień i zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający w parametrach punktowanych kryterium IV do zadania drugiego nie popełnił omyłki pisarskiej wpisując długość kolumny chromatograficznej ZB-Drug 130m zamiast 30m?

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że połączenie cyfr wynika z formatowania tekstu i w związku z tym dokonuje zmiany zapisu w rozdziale XXI SWZ dla zadania nr 2 w kryterium IV:

jest zapis:

„Kolumna chromatograficzna ZB-Drug -130m, 0.25mm, 0.25um lub równoważna -1szt.”

zmienia się na zapis:

„Kolumna chromatograficzna ZB-Drug-1 30m, 0.25mm, 0.25µm lub równoważna – 1szt.”.

Zamawiający dokonuje również zmiany zapisu w rozdziale XXI SWZ dla zadania nr 1 w kryterium IV:

jest zapis:

„Kolumna chromatograficzna ZB5-MSi 30m, 0.25mm, 0.25um lub równoważna – 1 szt.”

zmienia się na zapis:

„Kolumna chromatograficzna ZB5-MSi 30m, 0.25mm, 0.25µm lub równoważna – 1 szt.”

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nr 2 opublikowano w dniu 13.07.2022r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu

Justyna Kowalska
Justyna Kowalska

Wyk. egz. poj.

dokument wraz z załącznikami opublikowano na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

dokument wytworzył: Anna Ozga