



WSPRiTS/ZP/38/2021  
ZP.261.68.2020

Warszawa, dnia 22 stycznia 2021 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2020/S 250-623898 z dnia 23.12.2020 r. na zakup elektrod i akcesoriów do sprzętu medycznego [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/68/20].**

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA (cz. II) i MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

### **Dotyczy Zadania 1 „Akcesoria do defibrylatora Corpuls”:**

**1) PYTANIE: poz. 9** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację opisu mankietu wielorazowego z: „zakres ramienia 38-50” na „zakres ramienia 40-55”. Nasza prośba jest podyktowana zmianą parametru mankietu przez producenta. Producent zmodyfikował mankiety wielorazowe i nie są już dostępne te o wymiarach 38-50. W związku z tym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

**ODPOWIEDŹ:** Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia dla ww. pozycji na wskazany powyżej. Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy dla danego zadania stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**2) PYTANIE:** W związku z zapisami paragrafu 4 ust. 7 wzoru umowy tj. że Zamawiający nie gwarantuje, iż zamówi wskazane ilości asortymentu, a jednocześnie zapewnia sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ich ilości prosimy o wydłużenie czasu dostawy do 14 dni roboczych oraz określenie minimalnej, gwarantowanej ilości jaką Zamawiający zobowiązuje się złożyć przy każdorazowym zamówieniu.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę terminu realizacji. Określony w kryterium oceny ofert termin do 7 dni roboczych pozwala zadbać Zamawiającemu o zabezpieczenie materiałowo-sprzętowe na odpowiednim poziomie. Minimalne ilości na pewno będą opiewać na, co najmniej, ilość jednostkowo zgodną z ilością posiadanych urządzeń (pierwsze zamówienie).

### **Dotyczy Zadania 2 „Akcesoria do respiratora Medumat”:**

**3) PYTANIE:** W związku z zapisami paragrafu 4 ust. 7 wzoru umowy tj. że Zamawiający nie gwarantuje, iż zamówi wskazane ilości asortymentu, a jednocześnie zapewnia sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ich ilości prosimy o wydłużenie czasu dostawy do 14 dni roboczych oraz określenie minimalnej, gwarantowanej ilości jaką Zamawiający zobowiązuje się złożyć przy każdorazowym zamówieniu.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę terminu realizacji. Określony w kryterium oceny ofert termin do 7 dni roboczych pozwala zadbać Zamawiającemu o zabezpieczenie materiałowo-sprzętowe na odpowiednim poziomie. Minimalne ilości na pewno będą opiewać na, co najmniej, ilość jednostkowo zgodną z ilością posiadanych urządzeń (pierwsze zamówienie).





### **Dotyczy Zadania 3 „Akcesoria do urządzenia do kompresji”:**

4) **PYTANIE:** W związku z zapisami paragrafu 4 ust. 7 wzoru umowy tj. że Zamawiający nie gwarantuje, iż zamówi wskazane ilości asortymentu, a jednocześnie zapewnia sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ich ilości prosimy o wydłużenie czasu dostawy do 14 dni roboczych oraz określenie minimalnej, gwarantowanej ilości jaką Zamawiający zobowiązuje się złożyć przy każdorazowym zamówieniu.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę terminu realizacji. Określony w kryterium oceny ofert termin do 7 dni roboczych pozwala zadbać Zamawiającemu o zabezpieczenie materiałowo-sprzętowe na odpowiednim poziomie. Minimalne ilości na pewno będą opiewać na, co najmniej, ilość jednostkowo zgodną z ilością posiadanych urządzeń (pierwsze zamówienie).

### **Dotyczy Zadania 4 „Czujniki do pulsoksymetru Nonin”:**

5) **PYTANIE: poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie modeli pulsoksymetrów Nonin, z jakimi będzie współpracować zaoferowany przez Wykonawcę czujnik jednorazowego użytku.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający posiada pulsoksymetry: Nonin 2500 A oraz Nonin 8500.

6) **PYTANIE: poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaoferowany przez Wykonawcę czujnik jednorazowego użytku powinien być wyposażony we wtyczkę przedstawioną na zdjęciu poniżej:




**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza powyższe.

7) **PYTANIE: poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania przez Wykonawcę czujnika jednorazowego użytku dla niemowląt o masie ciała od 3 kg do 20 kg.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania czujniki opisane powyżej.

8) **PYTANIE: poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie informacji dotyczącej wtyczki, w jaką powinien być wyposażony zaoferowany przez Wykonawcę czujnik wielorazowego użytku:



**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga, aby zaoferowany czujnik był wyposażony we wtyczkę a).

9) **PYTANIE: poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod po 5 szt. na pojedynczym listku – pasku folii, z miejscem umożliwiającym odklejenie elektrody od przezroczystej osłonki min. 4 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

### **Dotyczy Zadania 5 „Elektrody”:**

10) **PYTANIE: poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod po 4 szt. na pojedynczym listku – pasku folii, z miejscem umożliwiającym odklejenie elektrody od przezroczystej osłonki min. 4 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

### **Dotyczy Zadania 6 „Elektrody i papier do defibrylatora Corpuls”:**

11) **PYTANIE:** W związku z zapisami paragrafu 4 ust. 7 wzoru umowy tj. że Zamawiający nie gwarantuje, iż zamówi wskazane ilości asortymentu, a jednocześnie zapewnia sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ich ilości prosimy o wydłużenie czasu dostawy do 14 dni roboczych oraz określenie minimalnej, gwarantowanej ilości jaką Zamawiający zobowiązuje się złożyć przy każdorazowym zamówieniu.



**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę terminu realizacji. Określony w kryterium oceny ofert termin do 7 dni roboczych pozwala zadbać Zamawiającemu o zabezpieczenie materiałowo-sprzętowe na odpowiednim poziomie. Minimalne ilości na pewno będą opiewać na, co najmniej, ilość jednostkowo zgodną z ilością posiadanych urządzeń (pierwsze zamówienie).

**Dotyczy Zadania 7 „Papier do Ekg”:**

**12) PYTANIE: poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie papieru termoczułego o wymiarach 114 x 70 x 250 kartek-składanka do aparatu Welch Allyn CP-50.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania papieru opisanego powyżej.

**Dotyczy Zadania 9 „Pojedyncze złącze oddechowe”:**

**13) PYTANIE:** W związku z zapisami paragrafu 4 ust. 7 wzoru umowy tj. że Zamawiający nie gwarantuje, iż zamówi wskazane ilości asortymentu, a jednocześnie zapewnia sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ich ilości prosimy o wydłużenie czasu dostawy do 14 dni roboczych oraz określenie minimalnej, gwarantowanej ilości jaką Zamawiający zobowiązuje się złożyć przy każdorazowym zamówieniu.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę terminu realizacji. Określony w kryterium oceny ofert termin do 7 dni roboczych pozwala zadbać Zamawiającemu o zabezpieczenie materiałowo-sprzętowe na odpowiednim poziomie. Minimalne ilości na pewno będą opiewać na, co najmniej, ilość jednostkowo zgodną z ilością posiadanych urządzeń (pierwsze zamówienie).

**Dotyczy Zadania 10 „Przyrządy do przetaczania i przedłużacze do pomp”:**

**14) PYTANIE: poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne o objętości wypełnienia 0,3 ml, wyposażone jedynie w niebieski znacznik?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania kraników opisanych powyżej.

**15) PYTANIE: poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne pakowane a’50 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 5?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

**16) PYTANIE: poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych o średnicy zewnętrznej 2,4 mm, oraz średnicy wewnętrznej 1,24 mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

**17) PYTANIE: poz. 4** - Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy zapisów SIWZ:**

**18) PYTANIE:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakkolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.



**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z zapisem zawartym w Rozdziale IV pkt II.4. SIWZ: Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej i przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą, to Zamawiający uzna wymogi ustawowe w tym zakresie za spełnione.

**19) PYTANIE:** Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej Tarcza 4.0, wyłączono obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca, z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził wymogi dotyczące postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w odniesieniu do postępowań o najwyższych wartościach, to tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania poniżej progów unijnych. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy Pzp) wskazano okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmywy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest celowe.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje wymóg wniesienia wadium.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR  
*Karol Bielecki*  
dr n. o zdr. Karol Bielecki

*Sprawę prowadzi:*  
Agnieszka Rucińska  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Tel. /22/ 52 51 293