



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 16.09.2020

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO RPoZP 31/2020/ TESTY DIAGNOSTYCZNE

Pytania i odpowiedzi nr 6

Dotyczy Zadanie 1.

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści test o czułości 98,8 %,swoistości 98,4% dokładności 98,6?
Odp.: Zamawiający nie dopuści testu o w/w parametrach.

2. Czy Zamawiający w Pozycji nr 3 dopuści test o o czułości 95,1%,swoistości 97,7% dokładności 97,1%?
Odp.: Zamawiający nie dopuści testu o w/w parametrach.

Dotyczy Zadanie 4

3. Czy Zamawiający dopuści test o czułości powyżej 94% swoistości 98% dokładności 98%?
Odp.: Zamawiający nie dopuści testu o w/w parametrach.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82