

Lubań, 09.05.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy
Wyjaśnienia dotyczące SWZ
Nr 1

dotyczy: Dostawa rękawic diagnostycznych dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o., post. ZP/05/2022

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie rękawic w opakowaniach po 200 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oraz wymaga podania w Załączniku nr 2 do SWZ ilości sztuk w opakowaniu.

Pytanie 2

Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie rękawic o grubościach:

Grubość na palcu – 0,08 mm

Grubość na dłoni – 0,05 mm

Grubość na mankiecie – 0,05 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA