



Szczecin, dn. 16.06.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 21/2023

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dostawę sprzętu medycznego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 3

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby oraz usługi są zgodne z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Dotyczy Rozdział X SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 12 tygodni od podpisania umowy?

Z uwagi na obecną sytuację na rynku i w związku z tym wystąpieniem zakłóceń w łańcuchu dostaw, urządzenia są zamawiane u producenta pod konkretne postępowanie i nie są dostępne od ręki. Czas produkcji oraz transportu i ewentualnej odprawy celnej nie pozwala na tak szybką realizację dostawy.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Umowy: Załącznik nr 7 do SWZ, PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

1. §1 ust. 2 pkt. a) oraz §2 ust. 5 Ponieważ umowa dotyczy 5 szt. urządzeń, prosimy o możliwość dostaw częściowych i fakturowania każdej ze sztuki osobno.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. §1 ust. 2 pkt. b) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy.

Odp. Tak.

3. §1 ust. 2 pkt. d) oraz Załącznik nr 1 do SWZ cz. II „Wymagania dodatkowe” pkt. 11 Wnosimy o usunięcie zapisu w całości. Szkolenie dla pracowników Zamawiającego obejmuje zasady użytkowania i konserwacji urządzenia. Serwis wyrobów medycznych musi być realizowany zgodnie z instrukcją obsługi przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela. Ponadto gwarancją nie są objęte uszkodzenie i wady dostarczonego sprzętu wynikłe na skutek samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Zamawiającego lub inne nieupoważnione osoby.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. §1 ust. 6 Prosimy o potwierdzenie, że przez „dokumentację techniczną” Zamawiający nie ma na myśli Instrukcji serwisowej urządzenia. Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych wszelkich napraw urządzeń medycznych powinien dokonywać autoryzowany przedstawiciel producenta, w



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

związku z czym producent nie wyraża zgody na udostępnianie dokumentacji serwisowej stronom trzecim.

Odp. Zamawiający pod pojęciem „dokumentacji technicznej” ma na myśli dokumentację techniczno – rozruchową.

5. §2 ust. 6 Prosimy o potwierdzenie, że przez „kartę gwarancyjną” wskazana w niniejszym paragrafie i „indywidualną kartę gwarancyjną” wskazana w §1 ust. 6, Zamawiający ma na myśli ten sam dokument.

Odp. Tak.

6. §2 ust. 7 Wnosimy o usunięcie zapisu w części: „*oraz według własnego wyboru - może wyznaczyć Wykonawcy nowy termin wykonania całości lub części przedmiotu niniejszej umowy lub powierzyć jego wykonanie w całości lub w części innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy*”. We wskazanym zapisie umowy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której bez odstąpienia (rozwiązania) od umowy z Wykonawcą zleci innemu podmiotowi realizację tego samego przedmiotu. W konsekwencji doprowadzając do sytuacji, w której Zamawiający będzie posiadał dwie umowy na ten sam zakres i to bez przeprowadzenia ponownej procedury postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca wskazuje, że podstawowym obowiązkiem Zamawiającego (który dysponuje środkami publicznymi) jest współpraca w zakresie wykonania zamówienia co wynika z bezwzględnie obowiązującej normy prawnej zawartej w art. 431 Pzp.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapisy §2 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru całości lub części przedmiotu niniejszej umowy jeżeli dostarczony sprzęt będzie niekompletny, posiadać będzie jakiegokolwiek wady, usterki albo ślady zewnętrznego uszkodzenia lub nie będzie odpowiadał treści oferty złożonej przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający wskaże w protokole zdawczo - odbiorczym przyczyny odmowy odbioru całości lub części sprzętu oraz wyznaczy Wykonawcy nowy termin wykonania całości lub części przedmiotu niniejszej umowy z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części.”

7. §2 ust. 8 Prosimy o zmianę zapisu i dopisanie „*jeżeli dotyczy*”.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8. §2 ust. 9 Prosimy o dopisanie adresu email do kontaktu zgodnie z wymogiem wobec Wykonawcy w §2 ust. 10. Wiadomość email jest dokumentem zgodnie z Art.77 (3) KC. Ponadto ponieważ taka forma kontaktu pozostawi ślad w systemie, pozwala na dokładną ewidencje bieżących ustaleń z Zamawiającym przy skróceniu czasu w stosunku do tradycyjnej poczty.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, w związku z powyższym modyfikuje zapis §2 ust. 9, który otrzymuje brzmienie: „Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktu z Wykonawcą jest Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego - mgr inż. Marcin Dąbrowski, tel. 261455868, email: sprzetmedyczny@109szpital.pl”.

9. §3 ust. 1 Prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni. Tak długi termin płatności spowoduje konieczność kredytowania dostarczonego wyposażenia, a co za tym idzie wzrost wysokości złożonych ofert.

Odp. Zgodnie z SWZ.

10. §3 ust. 1 Prosimy o dopisanie adresu email do przesłania FV. Komunikacja za pośrednictwem poczty email usprawnia komunikację pomiędzy stronami i pozwala na dokładną ewidencje ustaleń przez pozostawianie śladu w systemie. Ponadto wiadomość email jest dokumentem zgodnie z Art.77 (3) KC.

Odp. Zamawiający dodaje w §3 ust. 7 w następującym brzmieniu:

„Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

usług Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres poczty e-mail: kancelariaogolna@109szpital.pl, na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w § 2 ust. 10 niniejszej umowy adresów poczty e-mail Wykonawcy."

11. §4 ust. 3 pkt. a) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez sformułowanie „przystąpienie do naprawy” ma na myśli przyjęcie zgłoszenia i rozpoczęcie czynności diagnostycznych.

Odp. Zapis dotyczy podjęcia czynności naprawczych (przystąpienia do naprawy).

12. §4 ust. 3 pkt. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu przystąpienia do naprawy do 72h? Takie rozwiązanie daje szerszy zakres możliwości Wykonawcy do ustalenia planu serwisowego najlepiej dopasowanego do zgłoszonego problemu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

13. §4 ust. 3 pkt. b) oraz Załącznik nr 1 do SWZ cz. II „Wymagania dodatkowe” pkt.7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy z 7 dni roboczych do 10 dni roboczych od zgłoszenia wady? Każda naprawa jest indywidualną realizacją od momentu zgłoszenia przez diagnostykę, dobór podzespołów do wymiany, zamówienie części, naprawę, oddanie do użytkowania. Dłuższy czas realizacji pozwala na bardziej precyzyjne podejście sytuacji.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14. §4 ust. 3 pkt. c) Prosimy o zmianę zapisu i ustalenie wydłużenia terminu gwarancji w opisanym przypadku do 14 dni. Takie rozwiązanie jest równym potraktowaniem obydwu stron umowy w opisanym sytuacji.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

15. §4 ust. 3 pkt. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy z 14 dni roboczych do 21 dni roboczych od zgłoszenia wady w razie konieczności sprowadzenia części z zagranicy zważywszy na zapis o wydłużeniu gwarancji do 21 dni w opisanym przypadku. Takie rozwiązanie jest równym potraktowaniem obydwu stron umowy w opisanym przypadku.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

16. §4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu tego paragrafu w całości lub dopuści alternatywnie zlecenie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy? Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

17. §4 ust. 5 Prosimy o dodanie, iż ewentualne naprawy będą zlecane osobie trzeciej posiadającej autoryzację producenta. Ze względu na fakt, iż urządzenie jest wyrobem medycznym serwis musi być realizowany zgodnie z instrukcją obsługi przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

18. §4 ust. 6 Prosimy o potwierdzenie, że przez „wymianę wadliwego sprzętu” Zamawiający ma na myśli wymianę danego elementu/podzespołu, który po raz 4 uległ awarii. Urządzenia tego typu składają się z setek części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

19. §4 ust. 8 Prosimy o usunięcie fragmentu zapisu: „*pod numerem telefonu, faksem na numer*” i

pozostawienie jedynie opcji e-mail do zgłoszeń serwisowych.

Wiadomość email jest dokumentem zgodnie z z Art.77 (3) KC. Taka forma kontaktu pozostawi ślad zgłoszenia w systemie oraz pozwala na dokładną ewidencje bieżących ustaleń z Zamawiającym, co ze względu na konieczność przestrzegania terminów podanych w umowie, liczonych od daty zgłoszenia, jest niezwykle istotne. Ponadto godziny urzędowania Zamawiającego i Wykonawcy są różne.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, w treści paragrafu jest zapis „lub” , który będzie uzupełniony wg wyboru i wskazania Wykonawcy.

20. §4 ust. 11 Prosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od części zapisu: „*ani uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości udzielonych na całość lub część przedmiotu niniejszej umowy przez osoby trzecie, np. producenta sprzętu*”. Jako autoryzowany przedstawiciel Wykonawca sam udziela gwarancji, w okresie której wypełnia wszystkie zobowiązania gwarancyjne na własny koszt. Producent nie jest stroną umowy. Również karta gwarancyjna dotyczy Wykonawcy umowy. Jako autoryzowany serwis nie otrzymujemy od producenta kart gwarancyjnych, a warunki współpracy zawarte w umowie stanowią tajemnicę.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

21. §5 ust. 1 pkt. 2) Prosimy o zmianę zapisu i naliczanie kar od części umowy, w której nastąpiłoby ewentualne odstąpienie. Zadanie 4 dotyczy 5 sztuk myjni. Naliczanie kar od całości umowy jest niewspółmierne do ewentualnie poniesionej szkody.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

22. §5 ust. 1 pkt. 3) Prosimy o naliczanie kar od wartości danego urządzenia, którego sprawa dotyczy. Naliczanie kar od całości umowy jest niewspółmierne do ewentualnie poniesionej szkody. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

23. §5 ust. 1 pkt. 3) Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,5% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmierne do przedmiotu umowy wygórowane.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

24. §5 ust. 1 pkt. 4) Prosimy o naliczanie kar od wartości danego urządzenia, którego sprawa dotyczy. Naliczanie kar od całości umowy jest niewspółmierne do ewentualnie poniesionej szkody. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na Zamawiającego.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis §5 ust. 1 pkt. 4) , który otrzymuje brzmienie:

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% ceny brutto części umowy (urządzenia), której zwłoka dotyczy, liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów wskazanych w § 4 ust. 3 a), b) lub c) niniejszej umowy.”

25. §5 ust. 1 pkt. 4) Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,2% na 0,02%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

26. §5 ust. 1 pkt. 5) Prosimy o usunięcie zapisu tego paragrafu w całości. Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis §5 ust. 1 pkt. 5) , który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostarczeniu urządzenia zastępczego na czas naprawy w wysokości 0,2% ceny brutto urządzenia, którego to dotyczy, liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 4 niniejszej umowy”.

26. §5 ust. 1 pkt. 6) Prosimy o potwierdzenie, że przez „wymianę wadliwego sprzętu” „wymianę wadliwego sprzętu” Zamawiający ma na myśli wyminą danego elementu/podzespołu, który po raz 4 uległ awarii. Urządzenia tego typu składają się z setek części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający modyfikuje zapis §5 ust. 1 pkt. 6) , który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Kupującemu karę umowną za zwłokę w wymianie wadliwego sprzętu na nowy w wysokości 0,2% wartości brutto części umowy (urządzenia), której zwłoka dotyczy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 6 niniejszej umowy.”

27. §5 ust. 1 pkt. 6) Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,2% na 0,02%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

28. §5 ust. 1 pkt. 7) Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kary z 1000 zł do 500 zł. Obecne kary umowne są wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

29. §6 ust. 6 Wnosimy o usunięcie zapisu tego paragrafu w całości. Interesy Zamawiającego zabezpieczają kary umowne naliczane za opóźnienie dot. Opisanej sytuacji z §5. Zamawiający przyznał sobie jednostronne prawo do decydowania o kontynuowaniu umowy lub jej zerwaniu na podstawie tego samego stanu faktycznego.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ - Zadanie 4 – myjnia – dezynfektor – 5 sztuk:

- 30.** Dot. pkt. 15 i 16: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie równoważne wyposażone w system 12 dysz myjących o różnej intensywności : 1 dysza główna, rotacyjna sztorcowa, 4 dysze obrotowe, 7 dysz strumieniowych do naczyń (w tym do kacek szpitalnych) bez ramion obrotowych, dysze wykonane są z teflonu, który jest materiałem bardzo wytrzymałym, odpornym na temperaturę osiąganą w procesie dezynfekcji oraz wyższą, ścieranie, pęknięcia i inne uszkodzenia mechaniczne, natomiast wymiana jest znacznie tańsza i szybsza niż naprawa dysz wykonanych jedynie ze stali kwasoodpornej??

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważnym do wymogu pierwotnego, a skuteczność działania urządzenia potwierdzona jest certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej na zgodność z EN ISO 15883

Odp. Zgodnie z SWZ.

- 31.** Dot. pkt. 27: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia, które nie posiada potwierdzenia skuteczności eliminacji Clostridium Difficile wystawione przez niezależną instytucję naukową natomiast istnieje możliwość modyfikacji wartości współczynnika A0 do poziomu 3000? Taka wartość A0 jest wystarczająca do zapewnienia skuteczności procesu mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych oraz narzędzi chirurgicznych.

Odp. Zgodnie z SWZ.

IB 91/8105982

KOMENDANT

KOMENDANT
109. SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ
w Szczecinie
płk mgr Krzysztof JURKOWSKI