



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 19.05.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 15/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

**Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1**

Dotyczy zadania nr 3 Sterylizator Plazmowy

1. Czy zamawiający dopuści sterylizator o wymiarach zewnętrznych 700x970x750mm (szerokość x wysokość x głębokość)?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora o przedstawionych wymiarach. Zamawiającemu zależy, aby komora urządzenia była dłuższa niż proponowany sprzęt i jest o min 100mm mniejsza niż wymagania Zamawiającego**

2. Czy zamawiający dopuści sterylizator o wadze 270kg?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zostało zaproponowane urządzenie o 110kg cięższe niż zakłada Zamawiający.**

3. Czy zamawiający dopuści pojemnik z nadtleniem wodoru na 12 cykli?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga pojemnika na nadtlenek wodoru na min 40 cykli, aby ograniczyć częstość ingerencji w urządzenie podczas wymian oraz ze względów bezpieczeństwa operatora sprzętu.**

4. Czy zamawiający dopuści zamek drzwi otwierany z panelu dotykowego?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

KOMENDANT

  
plk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/810 59 82