



Poznań, dnia 14.01.2022r.

Oznaczenie sprawy: PN- 28/ 21

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zakup i dostawę sterylnych wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych,
materiałów szewnych, opublikowanego
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.12.2021r pod numerem 2021/S 240-
630059**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 5

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zestaw 1

Dotyczy §2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.





Dotyczy §9 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do „wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii towaru” z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w placeniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.

Dotyczy §9 ust. 1b i 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „5% wartości wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy” z uwagi na nieadekwatność wysokości kary umownej do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Dotyczy §9 ust. 1d

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z projektu umowy wymienionego zapisu z uwagi na nieadekwatność wysokości kary umownej do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany do umowy, zgodnie z wzorem umowy dołączonym do SWZ.

Zestaw 2

Pakiet 11

Poz.2 i 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kolec mikro oznacza kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwi maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwległymi umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości.





Odp: Stosując w opisie przedmiotu zamówienia określenie kolec micro, zamawiający miał na myśli jego micro rozmiar, tj. mniejszy przekrój kolca w odniesieniu do rozmiaru kolca standardowego opisanego w poz. 1, dopuszczamy proponowane parametry, pozostałe wymagania, zgodnie z SWZ

Poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem

Odp; Zgodnie z SWZ

Pakiet 11

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy poprzez sformułowanie strzykawka „z mechanizmem blokującym” ma na myśli strzykawkę z kryzą w cylindrze, zabezpieczającą przed niekontrolowanym wysuwaniem się tłoka

Odp: Tak, zamawiający miał na myśli ogranicznik, zabezpieczający przed niekontrolowanym wysuwaniem się tłoka np. w postaci kryzy w cylindrze

Pakiet 15

1)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania amerykańskiej firmy specjalizującej się od ponad 30 lat w produktach onkologicznych i dla intensywnej terapii o następujących parametrach:

system modułowy dający możliwość trwałego i nierozłącznego zintegrowania z łącznika zamkniętego Luer męskiego z nasadką/ koreczkiem z dowolną strzykawką Luer Lock. Strzykawka 3-częściowa o pojemności 3ml (długość ok. 9,4cm), 5ml(długość ok.9cm), 10ml (długość ok. 11,3cm), 20ml(długość ok.13cm), 60ml (długość ok. 16,5cm). Do wielokrotnego pobierania leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym. Strzykawka z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznej z fiolki w systemie zamkniętym. Strzykawka zaopatrzona w szczelną gumową uszczelkę, uniemożliwiającą wyciek leku.

Odp: Tak, dopuszczamy proponowane rozwiązanie

2)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy łącznik i strzykawka mają być przezroczyste dla łatwej wizualizacji i weryfikacji drogi przepływu?

Odp: Zgodnie z SWZ

3) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy łącznik ma umożliwiać przepływ min. 150 ml/min, co umożliwia ergonomiczne pobieranie leków z pojemników zbiorczych?

Odp: Zgodnie z SWZ

Pakiet 22

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły z nasadką w kolorze fioletowym/purpurowym co pozwala na łatwą identyfikację igieł tępych z filtrem

Odp: Tak, dopuszczamy pozostałe parametry zgodnie z SWZ





2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania igieł tępych 1,2 x 40 mm i 1,2 x 50 mm – do wyboru Zamawiającego - co pozwoli na efektywne pobieranie preparatów z pojemników wielodawkowych o różnej pojemności

Odp: Zgodnie z SWZ

Pakiet 25

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy tak jak w poz. 1 konstrukcja filtra ma gwarantować bezpieczną podaż lipidów i zabezpieczać przed cofaniem się krwi i możliwością zalewania się filtra (filtr wyposażony w zastawkę antyzwrotną w części dystalnej filtra)

Odp: Zgodnie z SWZ

Poz. 1 i 2

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr na końcu drenu ma posiadać zatyczkę z filtrem hydrofobowym, który umożliwia bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu ?

Odp: Zgodnie z SWZ

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać membranę wykonaną z polieterosulfonu (PES) materiału, który zapewnia wysokie wartości przepływu i o niskiej zdolności wiązania białek ?

Odp: Zgodnie z SWZ

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dreny mają być wykonane z PCV bez DEHP

Odp: Zgodnie z SWZ

Pakiet 32

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do godzinowej zbiórki moczu z drenem 150 cm.

Odp: Tak, dopuszczamy, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma zabezpieczać przed cofaniem się moczu z drenu do cewnika?

Odp: Tak, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma być wyposażony bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki?

Odp: Nie wymagamy, dopuszczamy.

Pakiet 39

1. Zwracamy się z zapytaniem czy cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenia rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenia rozmiaru na opakowaniu?

Odp: Zgodnie z SWZ



CERTYFIKAT 2019/26





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484
REGON: 000288840
KRS: 0000002866

www.gpsk.ump.edu.pl

Pakiet 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych pistoletów do biopsji gruboigłowej, posiadające 3 widoczne duże sprężyny zapewniające dużą szybkość strzału igły i mandrynu odcinającego 0.0012s dzięki czemu materiał otrzymany z badania jest bardzo dobrej jakości – odcięty nie poszarpany. Możliwość zastosowania jako automat i półautomat. Dostępne rozmiary 14-20G, 6/9/11/15/20cm

Odp: Zgodnie z SWZ



CERTYFIKAT 2019/26

Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 95 15
e-mail: aszczeblovska@gpsk.ump.edu.pl

