



WSS5/L/EFT/09/06/2020

SOSNOWIEC 24-06-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu zaprasza Państwa do złożenia oferty na dostawę materiałów wykazanych w załączniku -pakiet numer 1 oraz 2, wraz z dzierżawą.

Proszę o podanie kosztów dostawy, formy płatności, terminu ważności oferty i terminu realizacji zamówienia.

Z poważaniem

SPECJALISTA

ds. Logistyki

Ewelina Fira-Topór

RADCA PRAWNY

Magdalena Graja-Pietryga
OP - 1071



VIII EDYCJA



XX EDYCJA



XVI EDYCJA



2013



DEKRA



DEKRA



Q



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
Centrum Urazowe



Śląskie.

Jednostka ochrony zdrowia
Samorządu Województwa
Śląskiego.

Formularz asortymentowo – cenowy

Część I

Dzierżawa analizatora do wykonania badań toksykologicznych wraz z zakupem odczynników, kalibratorów, kontroli i innych materiałów zużywalnych. Wykaz odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywanych do analizatora do wykonywania badań toksykologicznych zgodnie z załącznikiem nr1 doSIWZ, niezbędnych do wykonania badań w ciągu 36 miesięcy.

Lp	Nazwa asortymentu	Ilość badań	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	wartość brutto	nr kat.	producent
1	Acetaminofen-surowica/osocze	800						
2	Alkohol etylowy surowica/osocze	2000						
3	Amoniak osocze	150						
4	Amfetamina/Metamfetamina-mocz	800						
5	Benzodiazepiny-surowica /osocze	4200						
6	Cholinesteraza -surowica	400						
7	Digoksyna-surowica/osocze	120						
8	Fenobarbital-surowica /osocze	4000						
9	Kannabinole -mocz	800						
10	Kwas walproinowy-surowica/osocze	4100						
11	Karbamazepin-surowica/osocze	4200						
12	Opiaty-mocz	500						

Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
e-mail: sekretariat@wss5.pl www.wss5.pl
tel. centrala: 32 368 20 00 tel. sekretariat: 32 368 2701
NIP : 644-28-76-726; Regon: 000296495



VIII EDYCJA



XII EDYCJA



XVI EDYCJA



2013



DEKRA



DEKRA



CERTIFIED PARTNER



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
Centrum Urazowe



Śląskie.

Jednostka ochrony zdrowia
Samorządu Województwa
śląskiego.

13	Salicylany -surowica/osocze	4000							
14	Teoflina- surowica/osocze	100							
15	Mioglobina- surowica/osocze	100							
16	Kalibratory	wg.zużycia							
17	Kontrole wewnętrzne	wg.zużycia							
18	Materiały eksploatacyjne								
19	Dzierżawa analizatora wraz z wyposażeniem	Okres trwania dzierżawy 36 m-cy	Cena netto za 1 m-c	wartość netto	% VAT	wartość brutto			
RAZEM:									

Należy uwzględnić taką ilość odczynników, która zapewni wykonanie ilości badań na rok przedstawioną w tabeli, w tym kalibrację, kontrole mając na uwadze stabilność odczynników na pokładzie po otwarciu opakowania.

.....
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
e-mail: sekretariat@vss5.pl www.vss5.pl
tel. centrala: 32 368 20 00 tel. sekretariat: 32 368 27 01
NIP : 644-28-78-726. Regon: 000296495



VIII EDYCJA



XI EDYCJA



XVII EDYCJA



2013



DEKRA



DEKRA



AG



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
Centrum Urazowe



Śląskie.

Jednostka ochrony zdrowia
Samorządu Województwa
Śląskiego.

Część 2

Dzierżawa analizatora równowagi kwasowo-zasadowej z pomiarem Methb, HbCO wraz z zakupem odczynników, kalibratorów, kontroli i innych materiałów zużywalnych

Wykaz odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywanych do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej z pomiarem Methb, HbCO, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, niezbędnych do wykonania badań w ciągu 36 miesięcy.

Lp	Nazwa asortymentu	Ilość badań	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	wartość brutto	nr kat.	producent
1	RKZ	9000						
2	Sód	4500						
3	Potas	4500						
4	Wapń zjonizowany	4500						
5	Chlorki	4500						
6	Mleczany	4500						
7	Glukoza	4500						
8	HbCO	500						
9	Methb	120						
10	Kalibratory							
11	Mikrosamplery z zatyckami	5400 szt.						
12	Kapilary heparynizowane z zatyckami, poj. 200ul	5000 szt.						
13	Kontrole wewnętrzna (wg załącznika)							

Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
e-mail: sekretariat@wss5.pl www.wss5.pl
tel. centrala: 32 368 20 00 tel. sekretariat: 32 368 2701
NIP : 644-28-76-726. Regon: 00029495





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
Centrum Urazowe



Śląskie.


Jednostka ochrony zdrowia
Samorządu Województwa
Śląskiego.

14	Materiały eksploatacyjne							
		Okres trwania dzierżawy	Cena netto za 1 m-c	wartość netto	% VAT	wartość brutto		
15	Dzierżawa analizatora wraz z wyposażeniem	36 m-cy						
RAZEM:								

Należy uwzględnić taką ilość odczynników, kontroli, kalibratorów i innych materiałów zużywalnych, która zapewni wykonanie badań na rok przedstawioną w tabeli, w tym kalibrację, kontrole mając na uwadze stabilność odczynników na opakadzie po otwarciu opakowania.

.....
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
e-mail: sekretariat@wss5.pl www.wss5.pl
tel. centrala: 32 368 20 00 tel. sekretariat: 32 368 2701
NIP : 644-28-76-726. Regon: 000296495



UPI EDYCJA

XI EDYCJA

XLI EDYCJA

2013

DEKRA

DEKRA

DEKRA



Kontr. wewn.

Wykaz wymaganych parametrów		
Nazwa badania	Częstotliwość kontroli	Poziom kontroli
Acetaminofen-surowica/osocze	1x dziennie	1 z dostępnych poziomów
Alkohol etylowy surowica/osocze	1x dziennie	1 z dostępnych poziomów
Amoniak osocze	1x w tyg.	2 poziomy oraz z próbką badaną
Amfetamina/Metamfetamina-mocz	1x dziennie	1 z dostępnych poziomów
Benzodiazepiny-surowica/osocze	1x dziennie	1 z dostępnych poziomów
Cholinesteraza -surowica	1x w tyg.	2 poziomy oraz z próbką badaną
Digoksyyna-surowica/osocze	1x w tyg.	3 poziomy oraz z próbką badaną
fenobarbital- surowica /osocze	1x dziennie	1 z dostępnych poziomów
Kannabinoles -mocz	1x dziennie	1 z dostępnych poziomów
Kwas walproinowy-surowica/osocze	1x dziennie	1 z dostępnych poziomów
Karbamazepin-surowica/osocze	1x dziennie	1 z dostępnych poziomów
Opiaty-mocz	1x w tyg.	2 poziomy oraz z próbką badaną
Salicylany -surowica/osocze	1x dziennie	1 z dostępnych poziomów
Teofilina-surowica/osocze	1x w tyg.	3 poziomy oraz z próbką badaną
Mioglobina-surowica/osocze	1x w tyg.	2 poziomy oraz z próbką badaną

Kontrola wewnętrzna dla analizatora parametrów krytycznych

Nazwa badania	Częstotliwość kontroli	Poziom kontroli
Wszystkie parametry	7 dni w tygodniu	1 z dostępnych poziomów

Kontrole wykonywane każdego dnia na jednym poziomie na przemienne z każdego poziomu



Plac Medyków 1, 41-230 Sosnowiec
 e-mail: sekretariat@wss5.pl www.wss5.pl
 tel. centrala: 32 368 20 00 tel. sekretariat: 32 368 2701
 NIP: 644-28-76-726, Regon: 000296495

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagany parametr (spełnienie TAK/NIE)	Wartość oferowana OPISAC
1	Analizator fabrycznie nowy		TAK
2	Analizator biochemiczny, wyposażony w podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań toksykologicznych pracujący w trybie "pacjent po pacjencie" wraz z odpowiednim stołem (jeżeli niezbędny).		TAK
3	Sprzęt dodatkowy : stacja uzdatniania wody o parametrach niezbędnych do prawidłowej pracy analizatora, klimatyzator, UPS, komputer, drukarka, termohigrometr z wialdacją, itp., lodowko-zamrażalika pojemność lodówki min 80l, pojemność zamrażaliki min 30l, pipety automatyczne o pojemnościach: 100ul, 200ul, 500ul z zapewnieniem wialdacji, kalibracji pipet.		TAK
4	Wymagane metody pomiaru: fotometria, turbidymetria, polaryzacja fluorescencji.		TAK
5	Analiza w fazie ciekłej.		TAK
6	Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, krwi pełnej, moczu.		TAK
7	Identyfikacja odczynników i próbek za pomocą barkodu.		TAK
8	Chłodzona przestrzeń na odczynniki na pokładzie analizatora zapewniająca stałą rzeczywistą temperaturę odczynników.		TAK

PARAMETRY WYMAGANE DLA ANALIZATORA DO BADAŃ TOKSYKOLOGICZNYCH

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Analizator do wykonania badań toksykologicznych
 Producent :
 Model :

Załącznik nr 1 do SIWZ





		laboratorium InfoMedica
23	TAK	Utylizacja odpadów na koszt wykonawcy
24	TAK	Świadectwo CE
25	TAK	Instrukcja obsługi w języku polskim
26	TAK	Możliwość dostawiania odczynników do analizatora bez konieczności zatrzymywania aparatu.
27	TAK	Dostępność serwisu w soboty, niedziele i święta.
28	TAK	Pomiar interferencji ze strony próbki (próbki hemolityczne, zółtaczkowe i lipemiczne).
PARAMETRY WYMAGANE DLA ODCZYNNIKÓW DO DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA		
1	TAK	Odczynniki płynne i gotowe do natychmiastowego użycia dla 100 % wymaganych parametrów toksykologicznych, tj. leki, narkotyki, alkohol etylowy(orginalna kasetka, fleks, kartridz itp.), bez potrzeby przygotowania/zmieszania/rozpuszczania itp. Złącznik nr 1a.
2	TAK	Częstotliwość kalibracji nie częściej niż co 21 dni dla nie mniej niż 80% wymaganych parametrów.
3		Kalibratory i kontrole do oznaczeń parametrów toksykologicznych: leki, narkotyki, etanol w postaci płynnej gotowe do użycia bez konieczności rekonsytucji
4	TAK	Stabilność odczynnika na pokładzie po otwarciu nie mniej niż 5 tygodni dla przynajmniej 80% oznaczanych parametrów.
5	TAK	Termin ważności odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych na opakowaniu min. 6 m-cy (licząc od daty dostarczenia).
6	TAK	Pojemnik odczynnikowy, np. opakowanie, kasetka, kartridz, itp. o pojemności nie większej niż 250 testów dla badań toksykologicznych (leki, narkotyki, etanol).

Załącznik nr 1 do SIW7





Załącznik nr 1 do SIWZ

Część 2: Analityczny system pomiarowy kwasowo-zasadowy z pomiarem Methb, HbCO.

Producent :

Model :

Asortyment fabrycznie nowy rok produkcji nie późniejszy niż 2019

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagany parametr (spełnienie TAK/NIE)	Wartość oferowana OPISAC
1	Analityczny system pomiarowy kwasowo-zasadowy z pomiarem Methb, HbCO.	TAK	
2	Analityczny system pomiarowy kwasowo-zasadowy z pomiarem UPS	TAK	
3	Podłączenie do systemu informatycznego InfoMedica ASECCO na koszt wykonawcy.	TAK	
4	Świadectwo CE.	TAK	
5	Możliwość wyboru parametrów przez operatora.	TAK	
6	Krótki czas oczekiwania na wynik.	TAK	
7	Flagowanie patologicznych wyników.	TAK	
8	Bezpośrednia aplikacja próbki bez adaptera.	TAK	
9	Elektrody bezobsługowe z długim terminem ważności.	TAK	
10	Kalibracja z użyciem buforów.	TAK	
11	Wykorzystanie zużytych pojemników po buforach jako pojemniki na ścieki	TAK	
12	Automatyczny pomiar kontroli.	TAK	
12	Automatyczna procedura czyszczenia toru pomiarowego, kalibracji, kondycjonowania elektrod	TAK	





Załącznik nr 1 do SIWZ

13	TAK	Oprogramowanie w języku polskim.
14	TAK	Czytnik kodów kreskowych.
15	TAK	Utylizacja odpadów na koszt wykonawcy
16	TAK	Realizacja zamówienia na odczynnik/ kalibratory/ płyny systemowe w trybie pilnym do 48 godz.
17	TAK	Wykonawca w tabeli asortymentowo-cenowej zobowiązany jest do podania wszystkich elementów niezbędnych do całkowitego wykonania procedury oznaczenia .
18	TAK	Możliwość dostawiania odczynników do analizatora bez konieczności zatrzymywania aparatu.
19	TAK	Dostępność serwisu w soboty, niedziele i święta.
20	TAK	Pomiar interferencji ze strony próbki (próbki hemolityczne, zółtaczkowe i lipemiczne).
21	TAK	Kontrola wewnętrzna zabezpieczona przez wykonawcę zgodnie z podaną ilością w tabeli -Załącznik 2b do SIWZ

SERWIS

TAK	W okresie dzierżawy bezpłatne przeglądy techniczne (usługa i wymienione części zużywalne i materiały eksploatacyjne) min. 1 raz w roku lub zgodnie z wymaganiami producenta i ewentualną wymianą UPS
TAK	Czas oczekiwania na usunięcie ewentualnej awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze.
TAK	Naprawa analizatora w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznego lub pocztą elektroniczną.
TAK	W przypadku naprawy powyżej 24 godzin Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy wolne od wad, o co najmniej tych samych parametrach co Urządzenie pierwotne
TAK	Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax)





Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
 e-mail: sekretariat@wss3.pl www.wss3.pl
 tel. centrala: 32 368 20 00 tel. sekretariat: 32 368 2701
 NIP : 644-28-76-726 Regon: 000286483

Podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

..... dnia

Niezależnie od charakterystyki odpadów wytwarzanych przy pracy urządzeń, przedłożonej przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga odbioru wszelkich odpadów/opakowań plynnych, stałych, niebezpiecznych innych niż niebezpieczne na każde wezwanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że odpadów biologicznych Zamawiający nie jest upoważniony przechowywać dłużej niż 72 godziny a innych dłużej niż 7 dni. Opóźnienie w odbiorze odpadów celem utylizacji uprawnia Zamawiającego do Zlecenia odbioru i utylizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego/terminowego odbioru odpadów. W przypadku realizacji dostaw w ilości sztuk przekraczającej ilość sztuk określonej w przedmiocie zamówienia (np. Ze względu na konfekcjonowanie opakowania) wykonawcy nie przysuguje dodatkowe wynagrodzenie.

	TAK	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej i elektronicznej – przy dostawie)
	TAK	W ramach ceny oferty szkolenie personelu obsługującego urządzenie oraz Pracowników Pracowni Techniki Medycznej

Załącznik nr 1 do SIWZ



