



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4  
W BYTOMIU**

**ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM**

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567  
KONTO BANKOWE ING Bank Śl. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 05.08.2022 r.

**DZP – 27/2022**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Serca**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

**Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przewodników teflonowych spełniających wszystkie kluczowe parametry SWZ; oferowane długości 150, 180 oraz 260cm (wymagana długość 200cm). Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza przewodniki teflonowe o długości 150, 180, 260 cm.

**Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 7**

Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo – prosimy o dopuszczenie cewników diagnostycznych zbrojonych od niemieckiego producenta o poniższych parametrach:

- Światło wewnętrzne dla 6F 1.40mm /0.055"/, dla 5F 1.19mm /0.047"/
- Dostępne długości cewnika 100 i 110 cm
- Maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1000 PSI.
- Konstrukcja strefowa: trzy strefy sztywności na długości cewnika.
- Cewniki diagnostyczne do koronarografii, w tym cewniki typu „Judkins” do lewej i prawej tętnicy wieńcowej.
- Cewniki do wentrykulografii typu Pigtail.
- Cewniki o średnicy zewnętrznej 4-6F.

- Cewniki są zbrojone, odporne na złamania z nylonowym wzmocnieniem ściany, posiadają miękką i atraumatyczną końcówkę

- Dostępne krzywizny: JR, JL, AL1, AL2, AR, PIG, TIG

**Odp.:** Wykonawca pomyli numerację pakietów, Zamawiający informuje, iż cewniki diagnostyczne znajdują się w pakiecie nr 4.

Pakiet nr 4 – Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

### **Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 7**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rampy trójdrożnej wysokociśnieniowej 500Psi. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza rampy trójdrożne wysokociśnieniowe 500 Psi.

### **Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 3**

Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia: 1. Proszę o podanie zakresu rozmiarowego elektrod do czasowej stymulacji serca (4-7F?)

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza zakres elektrod 4-7F.

### **Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 3**

Czy elektrody do czasowej stymulacji serca powinny posiadać kod długości umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia?

**Odp.:** Zamawiający nie wymaga.

### **Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 3**

Czy elektrody do czasowej stymulacji serca powinny być przeznaczone do ciągłego używania przez okres powyżej 24 godzin i nie dłużej niż 30 dni?

**Odp.:** Zamawiający wymaga minimum 24 godzin.

### **Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 3**

Proszę o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia.

**Odp.:** Zamawiający posiada na stanie kardiostymulatory zewnętrzne firmy Biotronic (Recor S) oraz ITAM model MIP-801.

**Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 3**

Czy w oparciu o normę PN-EN 60601-1 „Medyczne urządzenie elektryczne. Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego” Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji serca spełniających te wymogi, czyli posiadających zabezpieczenie elementów łączących z aparaturą (kardiostrymulatorem) przed przypadkowym wyładowaniem elektrycznym?

**Odp.:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 9 – dot. Załącznika Nr 1B do SWZ - dot. Pakietu Nr 27**

Załącznik o nazwie "Załącznik Nr 1B do SWZ - dot. Pakietu Nr 27.odt. nie otwiera się, pojawia się komunikat o uszkodzonym pliku. Proszę o udostępnienie poprawnego załącznika.

**Odp.:** W związku z problemami z otwarciem pliku, Zamawiający udostępnia w/w plik w formacie (.doc).

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania modyfikuje Załącznik nr 1A w zakresie pakietu nr 24.

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany w tym zakresie Załącznik nr 1A do SWZ.

Podpisał:  
p.o. Z-CY DYREKTOR  
ds. Lecznictw  
dr n. med. Janusz Kuśmierz