

**WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA LEKARSKA SPZOZ
UL. ZWYCIĘSTWA 204 A
75-640 KOSZALIN
NIP: 669-21-29-930
REGON: 330927313**

**WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA LEKARSKA**
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Koszalinie

Nr 407/2022
75-640 Koszalin

Znak sprawy: **ZOF-2/2022/WSPL**

Koszalin dn. 22.03.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

**WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOSZALINIE**

zaprasza do złożenia ofert na:

1. Nazwa zamówienia

Przeгляд techniczny urządzeń i aparatury medycznej oraz badania bezpieczeństwa elektrycznego.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych, napraw aparatury i sprzętu medycznego oraz przeprowadzania badań bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r (Dz.U. nr 191 poz. 1596) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

- 1) Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy aparatury medycznej będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami.
- 2) Pod pojęciem „przeгляд techniczny” rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, wzorcowań, aktualizacji oprogramowania, regulacji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych.
- 3) Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego w urządzeniach podłączonych do sieci 230, zgodnie z normą PN-EN 62353 i potwierdzenie wykonania tych czynności wpisem do Paszportu technicznego oraz

wystawieniem protokołu z przeprowadzonym pomiarów, wraz z załączeniem :

- kserokopii uprawnień osób wykonujących badania E+D (wydanych przez komisję kwalifikacyjną, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i kontrolno-pomiarowym) – poświadczonych za zgodność z oryginałem;
- kserokopię świadectwa wzorcowania urządzenia pomiarowego, wystawione przez jednostkę akredytowaną przez PCA, Pod pojęciem „naprawy” należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia w tym wymianę uszkodzonych lub zużytych części, kalibrację oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie przepisy, wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego w urządzeniach podłączonych do sieci 230, zgodnie z normą PN-EN 62353 oraz potwierdzenie wykonania tych czynności wpisem do Paszportu technicznego oraz wystawieniem protokołu serwisowego z przeprowadzonych badań.

- 4) Aktualizacja dokumentacji technicznej, poprzez dokonanie wpisów w paszportach technicznych urządzeń i aparatury.
- 5) Wykaz sprzętów i aparatury medycznej, wraz z zakresem i częstotliwością wykonania, zawierają załączniki nr 1 i 2, do zapytania ofertowego.
- 6) Zapytanie ofertowe jest otwarte - oferty można składać na wybraną ilość aparatury medycznej.
- 7) Na przedmiotowy zakres usług przewiduje się zawarcie umowy na okres 24 miesięcy (2 lata). Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia :

- 1) Poradnie specjalistyczne i gabinety lekarskie znajdujące się w siedzibie Zamawiającego.

4. Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert:

- cena jednostkowa za urządzenie – 100 %

5. Warunki udziału Wykonawców:

- 1) O zamówienie mogą ubiegać się podmioty, posiadające autoryzację (certyfikat) producenta, lub inny dokument uprawniający do wykonywania okresowych przeglądów technicznych urządzeń i aparatury medycznej wymienionych w załączniku nr 1.
- 2) Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą, kserokopii uprawnień o których mowa w pkt.5 ppkt. 1).

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć poprzez stronę internetową https://platformazakupowa.pl/pn/wspl_koszalin do dnia 29 marca 2022 r. do godziny 12.00.

7. Termin otwarcia ofert: 29 marca 2022 r. o godzinie 12.15.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego - Jolanta Gołka

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

1) dopuszcza się również złożenie oferty*

– w formie pisemnej na adres:

**WSPL SPZOZ, ul. Zwycięstwa 204 A, 75- 650 Koszalin, sekretariat
pok. 419,**

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres :

bwrzecionowska@wspl.koszalin.pl

10. Sposób oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami po złożeniu oferty celem doprecyzowania ofert lub ich uzupełnienia oraz prawo do negocjacji warunków oferty.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik Nr 1 – wykaz sprzętów i aparatury medycznej;

Załącznik Nr 2 – zakres i częstotliwość wykonania usług;

Załącznik Nr 3 – wzór umowy;

ZATWIERDZIŁ:

PEŁNOMOCNIK
KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

Jolanta Gołka

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA LEKARSKA - SP ZOZ
75-640 Koszalin, ul. Zwycięstwa 204A
NIP 669-21-29-930, REGON 330927313
NCAGE 0824 H
PKB 86212

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego ZOF-1/2022/WSPL

Wykaz sprzętów i urządzeń podlegających okresowej kontroli

Lp.	Nazwa urządzenia	Nr seryjny	Rok produkcji	Producent	Nr PT	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Lokalizacja Poradni	Zakres i częstotliwość	
																			PRZEGLĄD TECHNICZNY	raz w roku
1.	Aparat do elektrochirurgii LANCETRON GT-300	85059	1986	FAMED	PT 57													Chirurgiczna	raz w roku	tak
2.	Lampa bezcieniowa operacyjna LED MACH 150F	17/30928	2017	DR. MACH	PT 293						x							Chirurgiczna	co 2 lata	co 2 lata
3.	Lampa bezcieniowa operacyjna LED MACH 150F	17/29983	2017	DR. MACH	PT 294						x							Ortopedyczna	co 2 lata	co 2 lata
4.	Ultrasonograf typ 222 PRO FOCUS	1861620	2005	B-K MEDICAL	PT 181						x							Ortopedyczna	raz w roku	tak
5.	Aparat do elektrochirurgii LANCETRON GT-55	950020	1995	FAMED	PT 69													Dermatologiczna	raz w roku	tak
6.	Aparat KRIOPOL K 11 + aplikatory	002/01/2012	2012	KRIOMEDPOL	PT 234								x					Dermatologiczna	raz w roku	tak
7.	Zestaw holterowski ciśnienia tętniczego + 1 rejestrator HoiCARD CR-07	195/06	2006	ASPEL	PT 192													Kardiologiczna	raz w roku	x
8.	Zestaw holterowski Ekg + 2 rejestratory ASPEKT 712	10/06 11/06	2006	ASPEL	PT 191	x												Kardiologiczna	raz w roku	x
9.	Zestaw holterowski ciśnienia tętniczego 2 rejestratory	963 964	2014	ASPEL	PT 254													Kardiologiczna	raz w roku	x
10.	Zestaw holterowski Ekg + 2 rejestratory ASPEKT 702	0713 0714	2014	ASPEL	PT 255													Kardiologiczna	raz w roku	x
11.	Rejestrator do długoterminowych zapisów EKG ASPEKT (nr 703 v.101)	0255	2017	ASPEL	PT 275													Kardiologiczna	raz w roku	x
12.	Rejestrator Holter-EKG ASPEKT 712	0591	2019	ASPEL	PT 289		x											Kardiologiczna	raz w roku	x
13.	Defibrylator CARDIO-AID 730	10312293	1990	S&W	PT 150					x								Kardiologiczna	raz w roku	x
14.	Zestaw do prób wysiłkowych (bieżnia i cykloergometr)	0414 0480	2017	ASPEL	PT 276													Kardiologiczna	raz w roku	tak
15.	Elektrokardiograf ASCARD MR GOLD	9806	2006	ASPEL	PT 190			x										Kardiologiczna	raz w roku	tak
16.	Aparat - detektor tętna płodu UDT-10M	98/95	1995	ZALIMP	PT 107				x									Ginekologiczna	raz w roku	tak
17.	Aparat ginekologiczny ES 300	30099	1999	EUROMED	PT 152				x									Ginekologiczna	raz w roku	tak
18.	Kardiotokograf CADENSE BASIC	5100408	2005	EDAN INSTRUMENTS	PT 179		x											Ginekologiczna	raz w roku	tak
19.	Aparat USG ginekologiczny typ VOLUSON S6	2600655UB	2014	GE Healthcare	PT 262		x											Ginekologiczna	raz w roku	tak
20.	Inhalator FAMILY SILVER	04-0254	2009	MEDEL	PT 204	x												Laryngologiczna	raz w roku	tak
21.	Inhalator tlenkowy SPEEDYMED	5841	2003	CA-MI	PT 176	x												Laryngologiczna	raz w roku	tak
22.	Inhalator OB. CONCEPT	95302000	2008	AERO - MEDIKA	PT 208													Laryngologiczna	raz w roku	tak
23.	Spirometr EASYONE 2001	114214	2014	Medizintechnik	PT 263													Laryngologiczna	raz w roku	tak
24.	Unit laryngologiczny Modula Paris + sondy laryngologiczne	MOD 16-177	2016	LABO CLINIC	PT 272													Laryngologiczna	raz w roku	tak
25.	Audiometr z tympanometrem INTERACOUSTICS AA222	0919201	2014	INTERACOUSTICS	PT 259													Laryngologiczna	raz w roku	tak
26.	Stroboskop LED HighLight Plus	HL2P-17203933	2017	INVENTIS	PT 278													Laryngologiczna	x	tak
27.	Urządzenie do badania otoemisji akustycznej	955048	2017	INTERACOUSTICS	PT 279													Laryngologiczna	raz w roku	tak

WYKAZ CZYNNOŚCI:

1. Okresowa konserwacja.
2. Okresowa lub doraźna obsługa serwisowa.
3. Aktualizacja oprogramowania (w zależności od rodzaju sprzętu).
4. Okresowe i doraźne przeglądy.
5. Regulacje.
6. Kalibracje.
7. Wzorcowanie.
8. Sprawdzenia oraz kontrola bezpieczeństwa.
9. Inne czynności zalecane przez producenta.
10. Inne czynności określone w instrukcji serwisowej lub obsługi aparatury i sprzętu medycznego.
11. Inne czynności zgodnie z wiedzą i doświadczeniem serwisowym.
12. Inne działania serwisowe w ramach umowy w celu utrzymania aparatury i sprzętu medycznego w odpowiednim stanie technicznym, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu obsługującego.
13. Fachowa deinstalacja oraz instalacja w momencie potrzeby Zleceniodawcy (np. remont pomieszczenia, zbycie sprzętu).
14. Wykonanie raportów dot. ustawień (parametrów pracy) aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Zleceniodawcy.
15. Wykonanie raportów dot. okresu pracy aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Zleceniodawcy.
16. Aktualizacja dokumentacji technicznej.
17. Przedstawianie z odpowiednim wyprzedzeniem planów, potrzeb napraw i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego wysokokosztowych oraz zakłócających proces udzielania świadczeń zdrowotnych.
18. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego w urządzeniach podłączonych do sieci 230 V, zgodnie z normą PN-EN 62353 i potwierdzenie wykonania tych czynności wpisem do Paszportu technicznego oraz wystawieniem protokołu z przeprowadzonym pomiarów.
19. Wykonanie napraw, po akceptacji przez Zamawiającego sposobu naprawy, okresu naprawy oraz kosztów naprawy.
20. Sporządzanie raportów w postaci karty pracy z wyszczególnieniem wykonanych czynności.
21. Dokonywanie aktualizacji dokumentacji technicznej aparatury i sprzętu technicznego (np. Paszport techniczny), a w tym:
 - a) wpisów w zakresie wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, zawierających w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu,
 - b) wpisów dotyczących terminów następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych.

22. Udzielanie wskazówek użytkownikowi w zakresie prawidłowego oraz bezpiecznego użytkowania aparatury i sprzętu medycznego.
23. Składanie ogólnego (ustnego) raportu dla osoby wyznaczonej przez Zleceniobiorcę nt. stanu technicznego aparatury i sprzętu medycznego, wykonanych czynności, planowanych czynności do wykonania, sposobu użytkowania oraz przedstawianie innych istotnych informacji, w celu utrzymania aparatury i sprzętu medycznego, w prawidłowym i bezpiecznym stanie technicznym.

Realizacja czynności ujętych w pozycjach od 1-23 jest dostosowana do wymagań urządzenia lub aparatu ujętego w załączniku nr 1, wykonywana na podstawie wiedzy i doświadczenia serwisanta, personelu obsługującego, instrukcji obsługi, zaleceń producenta, warunków bezpieczeństwa a także procedur wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zleceniobiorca powinien dysponować:

1. Odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonywania czynności, opisanych w niniejszym załączniku, mających zastosowanie do urządzeń i aparatów medycznych, podlegających badaniom i przeglądom okresowym.
2. Odpowiednim wzorcowanym i legalizowanym zapleczem sprzętowym (w tym oprogramowaniem serwisowym), pozwalającym rzetelnie wykonać przedmiotowe czynności.
3. Odpowiednim zapleczem części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych lub współpracować z innym podmiotem, w celu szybkiego pozyskania części i materiałów.
4. Określonymi instrukcjami serwisowymi wyrobów ujętych w załączniku nr 1 oraz posiadać odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności.

Umowa nr

zawarta w dniu 2022 roku, w Koszalinie pomiędzy:

Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Zwycięstwa 204 A, 75-640 Koszalin zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000002263, NIP 669-21-29-930, REGON 330927313, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- 1) **Marię Korotkę** - pełniącą obowiązki Dyrektora na podstawie pełnomocnictwa nr 4/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. udzielonego przez Pana Andrzeja HAMERLĘ, osobę uprawnioną do reprezentacji;
- 2) **Marzenę Walicką** - Głównego Księgowego - Kierownika Działu Księgowości.

a

nazwa firmy:

.....

adres firmy:

.....

zarejestrowana w:

.....

(wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS)

REGON – NIP –

adres e-mail:

telefon:

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.....

.....

W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego nr ZOF- 2/2022/WSPL oraz złożonej oferty nr kan. z 2022 roku, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, zgodnie z § 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł (netto) oraz wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych stanowiącym zał. nr 1 do zarządzenia Nr 63/12/2020 z 31.12.2020 r. Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Koszalinie, w sprawie wprowadzenia do stosowania w/w regulaminu - zawarto umowę, następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi w zakresie : obsługi serwisowej, polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego.

2. Przeprowadzania badań bezpieczeństwa elektrycznego, dla urządzeń tego wymagających, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Obsługa serwisowa dotyczy aparatury i sprzętu medycznego oraz ilości przeglądów technicznych i badań bezpieczeństwa elektrycznego, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
4. Obsługą serwisową obejmuje się wszystkie elementy składowe aparatury i sprzętu medycznego, w tym oprogramowanie aparatury i sprzętu medycznego (jeśli występuje), będącego przedmiotem umowy. Sprawowanie obsługi serwisowej będzie polegać na wykonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania aparatury i sprzętu medycznego w stanie pełnej sprawności technicznej, zapewniającej ciągłą gotowość urządzeń i systemów do działania, zgodnie z zaleceniem producenta, instrukcją obsługi a także w zgodzie z wymaganiami zawartymi w art. 90 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565, oraz w zapisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r (Dz.U. nr 191 poz. 1596) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
5. Do obsługi serwisowej należą:
 - 1) Czynności konserwacyjne, obejmujące:
 - a) okresowe lub doraźne przeglądy techniczno-konserwacyjne, zgodnie z zaleceniami producenta oraz instrukcją obsługi;
 - b) sprawdzenia oraz kontroli bezpieczeństwa;
 - c) jeśli dany sprzęt przewiduje taką możliwość, w zależności od rodzaju sprzętu:
 - aktualizację oprogramowania
 - regulacje i kalibracje;
 - d) inne czynności zgodnie z wiedzą i doświadczeniem serwisowym w ramach umowy, w celu utrzymania aparatury i sprzętu medycznego w odpowiednim stanie technicznym z uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu obsługującego;
 - e) wykonanie raportów dotyczących ustawień (parametrów pracy) aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Zleceniodawcy;
 - f) doraźnie wykonanie raportów dotyczących okresu pracy aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Zleceniodawcy;
 - g) sporządzanie orzeczeń technicznych.
 - 2) Czynności serwisowe, obejmujące:
 - a) usuwanie awarii aparatury i sprzętu medycznego;
 - b) wymianę części zużywających się lub takich, których okresowa wymiana jest wymagana dla zachowania sprawności aparatury i sprzętu medycznego;
 - c) interwencje serwisowe związane z naprawą lub wymianą elementów aparatury i sprzętu medycznego, pracami modernizacyjnymi, a także ze zmianami w konfiguracji lub funkcjonalności elementów aparatury i sprzętu medycznego.
6. W ramach realizacji czynności konserwacyjno-serwisowych, Wykonawca przeprowadzi przeglądy w zakresie i częstotliwością, wskazaną w załączniku nr 2 i 3, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca będzie również usuwał bieżące awarie aparatury i sprzętu medycznego zgłoszone przez Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania bezpłatnie prostych konsultacji telefonicznych w zakresie użytkowania i usuwania prostych problemów technicznych, możliwych do usunięcia z poziomu użytkownika.
8. Wszystkie czynności dotyczące wykonanej obsługi serwisowej, powinny zostać zakończone uzupełnieniem dokumentacji technicznej, w postaci stosownych wpisów w Paszporcie technicznym aparatury i sprzętu medycznego.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) Wykonywania zleconego zakresu prac w sposób zgodny z zaleceniami producentów aparatury i sprzętu medycznego oraz zgodnie z zaleceniami zawartymi w Polskich Normach w zakresie systemów bezpieczeństwa oraz wytycznych, procedurach, określonych w innych dokumentach technicznych i przepisach prawa, jak również zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością.
 - 2) Potwierdzenia przyjęcia informacji o awarii.
 - 3) Przystąpienia do usunięcia awarii aparatury i sprzętu medycznego w ciągu 8 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.
 - 4) Przekazywania Zamawiającemu aktualnej listy pracowników Wykonawcy, wraz z danymi teleadresowymi, uprawnionych do wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy, posiadających ważne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, do wykonywania czynności określonych w § 1 umowy.
 - 5) Przedstawianie z odpowiednim wyprzedzeniem planów i potrzeb napraw wysokokosztowych, w celu uniknięcia zakłócenia procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za:
 - 1) Szkody wynikłe wskutek zawinionego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy, z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku działania siły wyższej, w szczególności: awarii systemu elektroenergetycznego, katastrofy budowlanej, powodzi i zalania wskutek awarii sieci wodnokanalizacyjnej, pożaru, sabotażu, wybuchu, itp.
 - 2) Wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania jego pracowników lub osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada zawartą polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności objętej niniejszą umową. Polisa stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 1) Zapewnienia Wykonawcy dostępu do aparatury i sprzętu medycznego objętych niniejszą umową, umożliwiającego przeprowadzenie przeglądów, czynności konserwacyjnych i napraw w terminie uzgodnionym między stronami;
 - 2) Niedokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach objętych niniejszą umową, bez porozumienia z Wykonawcą;

- 3) Zawiadamiania przez osoby do tego upoważnione o powstałych awariach oraz wszelkich zakłóceniach pracy urządzeń, niezwłocznie po ich stwierdzeniu;
- 4) Powiadomienia Wykonawcy o remontach, zmianach w przeznaczeniu pomieszczeń i innych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na stan techniczny konserwowanych urządzeń.

§ 4

Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy (2 lata), począwszy od dnia do r.

§ 5

1. Strony ustalają, że w zakresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich prac zmierzających do utrzymania pełnej sprawności aparatury i sprzętu medycznego, w tym napraw możliwych do realizacji we własnym zakresie na terenie obiektu lub wymiany niesprawnych urządzeń.
2. Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku braku możliwości dokonania napraw urządzeń w czasie przewidzianym dla napraw awaryjnych – Wykonawca udostępnił (zainstalował) w pomieszczeniach Zamawiającego własny sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach technicznych, który będzie użytkowany do czasu dokonania przez Wykonawcę naprawy docelowej bez dodatkowych opłat. Postanowienie dotyczące udostępnienia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego nie ma zastosowania w przypadku zaistnienia konieczności jednoczesnej wymiany wielu urządzeń.
3. W przypadku jednoczesnej wymiany wielu urządzeń będą stosowane odrębne uzgodnienia, które mogą wykraczać poza postanowienia niniejszej umowy.

§ 6

1. Szczegółowe terminy wykonania przeglądów będą każdorazowo ustalane z Zamawiającym na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Planu przeglądów i konserwacji aparatury na dany rok. Wykonanie prac będzie potwierdzane protokołami lub kartami pracy, sporządzanymi przez Wykonawcę, poświadczającymi sprawność urządzeń i zawierającymi podstawowe parametry elementów je tworzących.
2. Pozostałe czynności serwisowe będą podlegały opisowi w formie protokołu z wykonania prac serwisowych

§ 7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, wynosizł brutto.
2. Łączna wartość umowy nie przekroczy kwotyzł **brutto** (słownie: zł 00/100).
3. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składają się czynności zawarte w § 1 umowy.
4. Wykonawca po wykonaniu każdego z przeglądu i podpisaniu protokołu, karty

- pracy przez strony, wystawi i dostarczy do Zamawiającego fakturę. Termin płatności wynosi 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Za termin zapłaty uznaje się dzień zlecenia przelewu przez Zamawiającego.
5. Wszelkie czynności związane z usuwaniem awarii oraz prace dodatkowe konieczne do utrzymania w pełnej gotowości aparatury i sprzętu medycznego a zlecone przez Zamawiającego (w formie pisemnej, faks, e-mail) zostaną przez Wykonawcę wykonane i rozliczone na podstawie odrębnej umowy.
 6. Wykonanie wymiany drobnych materiałów eksploatacyjnych, objęte jest usługą konserwacyjno-serwisową. Zamawiający będzie ponosił jedynie koszty zakupu części zamiennych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę w całości w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregośkolwiek z postanowień niniejszej umowy, które nie zostanie naprawione w terminie 14 (czternastu) dni, od otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia, określającego naruszenie i żądającego jego naprawy (Rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy).
2. Wykonawca może rozwiązać niniejszą Umowę w całości w przypadku naruszenia przez Zamawiającego któregośkolwiek z postanowień niniejszej umowy, które nie zostanie naprawione w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia określającego naruszenie i żądającego jego naprawy (Rozwiązanie umowy z winy Zamawiającego).
3. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy na podstawie pisemnego wypowiedzenia, bez podawania uzasadnienia i bez obowiązku zapłaty odszkodowania, na koniec miesiąca i z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, w przypadku naruszenia postanowień dotyczących terminów usuwania awarii oraz uzgodnionych terminów przeglądów;
 - 2) w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w § 7 ust. 1, za zaprzestanie wykonywania przez Wykonawcę czynności konserwacyjno-serwisowych, a także wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w § 7 ust. 1, za zaprzestanie wykonywania przez Wykonawcę czynności konserwacyjno-serwisowych lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

§ 10

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej kary umowne określone w § 9 umowy.

§ 11

Różnice zdań dotyczące umowy lub sposobu jej wykonywania, powinny być rozstrzygane w pierwszej kolejności w sposób polubowny.

§ 12

1. Informacje poufne

- 1) W celu realizacji postanowień niniejszego paragrafu ustala się, że „informacja poufna” oznacza informację techniczną, technologiczną, organizacyjną i/lub handlową otrzymaną lub uzyskaną w sposób zamierzony lub niezamierzony od drugiej strony w formie pisemnej, ustnej, czy też elektronicznej, w związku z realizacją niniejszej umowy. „Informacje poufne” to w szczególności informacje, które strony otrzymały bezpośrednio od siebie nawzajem, a także za pośrednictwem osób działających w imieniu drugiej strony lub osób trzecich, nieujawnione przez stronę, której dotyczą do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony krąg osób. Za informację poufną strony uznają również wszelkie dane osobowe dotyczące w szczególności pacjentów Zamawiającego czy też osób u niego zatrudnionych, a które zostały powzięte przez Wykonawcę w toku realizacji przedmiotowej umowy.
- 2) W przypadku wątpliwości, czy określona informacja stanowi informację poufną, strona zobowiązana do zachowania tajemnicy, zwróci się do drugiej strony o wyjaśnienie wątpliwości.
- 3) W związku z powierzeniem informacji poufnych stronie, dana strona zobowiązana jest do zachowania ich poufności oraz zapewnienia ich ochrony w stopniu, co najmniej, równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje poufne, nie mniejszym jednak niż uzasadniony w danych okolicznościach, a wynikającym z profesjonalnego charakteru działalności stron.
- 4) Strony zobowiązują się korzystać z wszelkich informacji poufnych wyłącznie w celu realizacji umowy, nie ujawniać ich osobom trzecim i nie upubliczniać bez pisemnej zgody strony, której informacje poufne dotyczą.
- 5) Nie stanowi uchybienia obowiązkowi zachowania w tajemnicy informacji poufnych, ujawnienie takich informacji w wyniku zobowiązania nałożonego przez uprawniony organ administracji publicznej. Strona, która zobowiązana zostanie przez uprawniony organ do ujawnienia informacji poufnej, niezwłocznie zawiadomi o tym stronę przeciwną.
- 6) Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane przez nie do odbioru, przekazywania oraz przechowywania informacji gwarantowały zabezpieczenie informacji poufnych przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z nimi.
- 7) Obowiązek zachowania tajemnicy informacji poufnych obciąża strony przez okres obowiązywania umowy a także, przez okres jednego roku licząc od daty zakończenia jej obowiązywania.

2. Ochrona danych osobowych

- 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

- przepływu takich danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zamawiający informuje, że:
- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 204 A (kod 75-604);
 - b) inspektorem ochrony danych osobowych w WSPL SPZOZ, jest Pani Bogusława Latopolska, e-mail: blatopolska@wspl.koszalin.pl;
 - c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia niniejszej umowy,
 - d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania przez okres trwania roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy,
 - e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - f) posiada Pani/Pan:
 - g) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - h) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy,
 - i) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - j) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - k) nie przysługuje Pani/Panu:
 - l) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - m) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - n) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 2) Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostały Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pozyska od Wykonawcy w trakcie realizacji umowy, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 13

Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego postanowień Decyzji Nr 145 /MON z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej pod poz. 157 – załącznik nr 5 do Umowy.

§ 14

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy, osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są:

- Jolanta Gołka tel. 604-511-936, e-mail: jgolka@wspl.koszalin.pl
- Robert Korol tel. 261 456-464, e-mail: rkorol@wspl.koszalin.pl

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy, osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Wykonawcy są:

-
-

§ 15

1. Do spraw nieuregulowanych w umowie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Oferta nr wchodz..... z dnia.....
- Załącznik nr 2 - Wykaz sprzętów i urządzeń podlegających okresowej kontroli
- Załącznik nr 3 - Wykaz czynności
- Załącznik nr 4 – Polisa OC Wykonawcy
- Załącznik nr 5 – Decyzja 145/MON z dnia 13 lipca 2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:

.....

.....

WYKONAWCA:

.....