

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Im. św. Jana z Dukli
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel./fax 81 / 747-63-27
NIP 712-21-35-822, Regon 431219360

COZL.ZPZ/AW/ 3411/PN- 12/19

Lublin dnia 04.03.2019 roku

Dot. Dostawa drenów medycznych, kaniul dożylnych, worków laparoskopowych oraz tamponad nosowych na potrzeby COZL

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Część 4, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zewnętrznego aplikatora wykonanego z antyrefleksyjnej prowadnicy o dł. ok. 29,5cm, wyposażony w dwa zamknięte nożycowe uchwyty oraz zastawkę uniemożliwiające ucieczkę gazu insuflacyjnego po wyjęciu wewnętrznej prowadnicy. Wewnętrzny aplikator zaopatrzony we wskaźnik kierunku ułożenia prowadnicy, zakończony samorozprężalnym pierścieniem, samoczynnie rozprężającym worek. Metalowy pierścień zaopatrzony w zamek umożliwiający jego rozpięcie i wysunięcie z kieszeni worka. Worek o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie, z podwójnym wzmocnionym dnem - pojemność 1500 ml – prowadnica 12mm?

Odpowiedź: : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Część nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 1 Części nr 4 dopuści zaoferowanie worków pojemności 435 ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pozycji 2 Części nr 4 dopuści zaoferowanie worków pojemności 1100 ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Część 1:

Poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu o dł. 300 cm, spełniającego pozostałe wymogi swiz.

Odpowiedź: : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu o dł. 300 cm, spełniającego pozostałe wymogi swiz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

p. o. DYREKTORA
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli

Wąsiewicz

SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
Wąsiewicz
mgr Agnieszka Wąsiewicz

Pytanie nr 6

Poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu o dł. 210 cm, spełniającego pozostałe wymogi SWiZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7**Pakiet 2**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 1-2 do oddzielnego pakietu, lub czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 2 i stworzy z niej oddzielny pakiet?

Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu, bez portu, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, przezroczysta komora kontrolna zapewniająca jednostopniową identyfikację wkłucia z filtrem hydrofobowym zapobiegającym zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, bez zastawki antywypływowej i przegrody multidistępu, rozmiary:

- 24G (0,74) – dł.19mm; przepływ 29ml/min
- 22G (0,90) – dł. 25mm; przepływ 42ml/min
- 20G (1,00) – dł. 32mm; przepływ 59ml/min
- 18G (1,30) – dł. 32mm; przepływ 103ml/min
- 18G (1,30) – dł. 45mm; przepływ 96ml/min

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu „klik”, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji, kolorowa identyfikacja (kolorowy koreczek portu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Część 2, poz. 3-4

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100szt. Z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Część 2, poz.3

Czy zamawiający dopuści koreczki Combi – z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer – Lock i Luer, jałowe, pakowane

indywidualne w opakowanie typu Tyvec, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. W opakowaniu zbiorczym w formie kartonika?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12

Część 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. W opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

p.o. DYREKTORA
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli

Piotr Krawiec

KIEROWNIK
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli

Marlena Koziej
mgr *Marlena Koziej*

SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli

Agnieszka Wąsowicz
mgr *Agnieszka Wąsowicz*