

Dreżdenko, dnia 12 lipca 2024 roku

**Do
Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie**

P2

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę rękawic diagnostycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreżdenku, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/14/2024

WYJAŚNIENIA

Pytanie 1

Pakiet 1, poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu $0,11\text{mm} \pm 0,02$, o zawartości protein $\leq 30\mu\text{g/g}$, chlorowane od wewnątrz?

Odp. do pytania 1

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 poz. 1 na rękawice o grubości na palcu $0,11\text{mm} \pm 0,02$, o zawartości protein $\leq 30\mu\text{g/g}$, chlorowane od wewnątrz, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Wyjaśnienia zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania dnia 12.07.2024 r.