

Wrocław, dnia 30.08.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: PN 57/24-Dostawa sprzętu medyczno-diagnostycznego, specjalistycznego sprzętu medycznego oraz łóżek szpitalnych i mebli medycznych

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Dot. Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 3. – Załącznik nr 1.1 c do SWZ, Zwracamy uwagę na fakt, że w opisie przedmiotu zamówienia do punktu 97. włącznie znalazł się szczegółowy opis aparatu do znieczulania ogólnego i dodatkowych akcesoriów do kardiomonitora. W dalszej części opisu Zamawiający wyspecyfikował specjalistyczne urządzenie wyłącznie do monitorowania rzutu minutowego serca (Monitor hemodynamiczny). W opisie brakuje jednak specyfikacji kardiomonitora do aparatu do znieczulania – umożliwiającego monitorowanie najważniejszych parametrów życiowych (EKG, SpO2, NIBP, Temperatura, IBP) oraz dodatkowych parametrów związanych z monitorowaniem pacjentów w trakcie znieczulenia ogólnego (NMT, głębokość uśpienia, głębokość analgezji). Oznacza to, że wyspecyfikowane rozwiązanie nie będzie spełniało podstawowych wymagań wyposażenia stanowiska do znieczulania opisanych w stosownym Rozporządzeniu MZ.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

- Czy Zamawiający rzeczywiście wymaga dostarczenia opisanego „Monitora hemodynamicznego” – co w przypadku dostarczenia aparatu do znieczulania z kardiomonitorem w sposób znaczący zwiększy cenę oferowanego rozwiązania – czy też przedstawiony w OPZ opis monitora hemodynamicznego znalazł się w nim jako omyłka pisarska i zostanie przez Zamawiającego wykreślony?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wymaga dostarczenia Monitora Hemodynamicznego traktuje to jako rozwiązanie dodatkowe, alternatywne.

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kardiomonitora wraz z opisanym aparatem do znieczulania i dopuści dostarczenie kardiomonitora o specyfikacji przedstawionej w załączniku do pytań.

Odpowiedź 2

**Zamawiający wymaga dostarczenia kardiomonitora o podanych parametrach.
Pozostałe zapisy OPZ pozostają w mocy.**

II. Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie:

- załącznika 1-OPZ -dotyczy załącznika nr 1.1 c- zadanie nr 3

W załączeniu: Załącznik nr 1 po zmianach

Sporządziła: Elwira Stołba