



Goczałkowice - Zdrój dn. 02.12.2022r.

ZP.382.19.2022.8.AW

ZD/...../2022

2431

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami art. 275 pkt 2) ustawy pzp na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju (znak sprawy: ZP.382.19.2022)

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ o treści :

ZAPYTANIE NR 1

Pytanie 1.

Dotyczy pakietu 4. Stół stacjonarny z elektrycznie regulowaną wysokością - 8szt. Pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół rehabilitacyjny, których konstrukcja pokryta jest farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (jasny popiel)?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK. Zamawiający dopuści również złożenie oferty na w/w stół, pod warunkiem że spełni on pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w SWZ.

Pytanie 2.

Dotyczy pakietu 4. Stół stacjonarny z elektrycznie regulowaną wysokością - 8szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół rehabilitacyjny z blatem o szerokości: 68cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3.

Dotyczy pakietu 4. Stół stacjonarny z elektrycznie regulowaną wysokością - 8szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół rehabilitacyjny z blatem o długości: 195cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4.

Dotyczy pakietu 4. Stół stacjonarny z elektrycznie regulowaną wysokością - 8szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół rehabilitacyjny z elektrycznie regulowaną wysokością leżą w zakresie: od 45 do 95cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. Śląskie

• Biuro Zarządu: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: biuro@gozdroj.pl

• Recepcja tel.: 801 022 280 lub 32/449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 32 298 000 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839



Pytanie 5.

Dotyczy pakietu 4. Stół stacjonarny z elektrycznie regulowaną wysokością - 8szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół rehabilitacyjny, którego zagłówek regulowany jest za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: od -80 do +45o ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuści również złożenie oferty na w/w stół, pod warunkiem że spełni on pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w SWZ.

Pytanie 6.

Dotyczy pakietu 4. Stół stacjonarny z elektrycznie regulowaną wysokością - 8szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół rehabilitacyjny o masie +/- 60kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7.

Dotyczy pakietu 4. Stół stacjonarny z elektrycznie regulowaną wysokością - 8szt. Pkt. 15.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół rehabilitacyjny, którego podstawa wykonana jest z solidnych, wytrzymałych kształtowników stalowych, zamiast blachy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

ZAPYTANIE NR 2

PYTANIA DO POSTĘPOWANIA ZP/PN - 6/2022

Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o.

Dotyczy zadania nr 5 Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej – 1 szt.

Firma (...) jest wyłącznym przedstawicielem producenta szyn CPM ARTROMOT®. Pozytywne dopuszczające odpowiedzi na poniższe pytania pozwolą nam na zaoferowanie Państwu oryginalnego urządzenia ARTROMOT®.

Wymagane obecnie parametry, ich specyfika oraz konkretne zakresy budzą podejrzenie, iż jedynym ich zadaniem jest ograniczenie konkurencji do konkretnych urządzeń marki Fisiotek.

Pytanie nr 1 ad l.p. 9, 10, 13

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy spełnia wymagania Zamawiającego urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny dolnej (kolana i biodra) umożliwiającą dodatkowo mobilizację stawu skokowego ruchem aktywnym począwszy od dowolnie wybranej pozycji zgięcia grzbietowo podeszwowego w pełnym, nieograniczonym zakresie kątowym z jednoczesną regulacją pozycji inwersji i ewersji stawu skokowego leczonego pacjenta w zakresie od 40° do 40°; z regulacją prędkości w trakcie ćwiczenia zgięcia/wyprostu bez potrzeby czekania na koniec zaprogramowanego czasu ćwiczenia oraz z zakresem prędkości ruchu od 0,533°/sekundę do 2,833°/sekundę z jednoczesnym zachowaniem stopniowego zwalniania ostatnich 5° przed i po osiągnięciu punktu granicznego ustawionego zakresu ruchu?

Odpowiedź Zamawiającego:

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. Śląskie

• Biuro Zarządu: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: biuro@gozdroj.pl
• Recepcja tel.: 801 022 280 lub 32/449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 32 298 000 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839



Zamawiający wymaga urządzenia spełniającego parametry zgodnie z swz.

Pytanie nr 2

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna ma posiadać sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia przy pomocy pilota z wyraźnym ekranem i czy ze względów bezpieczeństwa, każdy przycisk na pilocie ma pełnić funkcję przycisku awaryjnego i powodować zatrzymanie urządzenia, aby pacjent nie musiał szukać dedykowanego przycisku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga ale dopuści również szynę posiadającą sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia przy pomocy pilota z wyraźnym ekranem i gdzie, każdy przycisk na pilocie ma pełni funkcję przycisku awaryjnego i powoduje zatrzymanie urządzenia, pod warunkiem że spełni ona pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w SWZ.

Pytanie nr 3

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy ze względu na fakt, iż szyna jest urządzeniem elektrycznym mającym bezpośredni kontakt z kończyną pacjenta, ma posiadać klasę ochronności II – zabezpieczającą przed porażeniem elektrycznym bezpośrednim i pośrednim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga ale dopuści również szynę posiadającą klasę ochronności II – zabezpieczającą przed porażeniem elektrycznym bezpośrednim i pośrednim, pod warunkiem że spełni ona pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w SWZ.

Pytanie nr 4

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna, w celu optymalizacji i zwiększenia efektywności procesu rehabilitacji, ma być wyposażona w dedykowany zsynchronizowany 2 kanałowy elektrostymulator EMS lub złącze do takiego elektrostymulatora? Samo złącze nie generuje dodatkowych kosztów, a umożliwi rozbudowę o tę funkcjonalność w przyszłości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga aby szyna wyposażona w dedykowany zsynchronizowany 2 kanałowy elektrostymulator EMS lub złącze do takiego elektrostymulatora.

Z poważaniem

Z upoważnienia Prezesa
Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.
DYREKTOR
Podmiotu Leczniczego
lek. med. Roman Tworek

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. Śląskie

• Biuro Zarządu: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: biuro@gozdroj.pl
• Recepcja tel.: 801 022 280 lub 32/449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 32 298 000 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839