



Poznań, dnia 5 marca 2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-15/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów i adaptacją pomieszczeń Centralnego Laboratorium**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy umowy przetwarzania danych osobowych

Czy Zamawiający wydłuży termin wskazany w par. 3 pkt g do 48 godzin? Rozporządzenie zakłada termin 72h na zgłoszenie takiego naruszenia przez Administratora, dlatego też rekomendujemy wydłużenie go do co najmniej 48h dla Podmiotu przetwarzającego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem art. 33 ust. 1 RODO w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, ale nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi, natomiast zgodnie z ust. 2 podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi. 72 dwie godziny dotyczą więc administratora, a nie podmiotu przetwarzającego. W związku z powyższym 24 godziny pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje zapisy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularza asortymentowo – cenowego oraz Załącznika nr 3 do SWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia w następujących zakresach:

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy

- w Części nr 1 – Tabela 3 – Prace adaptacyjno – remontowe pomieszczeń Centralnego Laboratorium – przystosowanie pomieszczeń do dzierżawionych analizatorów : wykreślenie omyłkowo umieszczonego zapisu w pkt. 10, tj.: „Zasilanie stacji9 wody z sąsiadującego szachtu.” – zgodnie z zapisem Załącznika nr 3 do SWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- w Części nr 2 – Tabela 1 – Zapis otrzymuje brzmienie: „Odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały eksploatacyjne do wykonania kompleksowej analizy moczu w ilości 40000 ogólnych moczu wykonywanych na analizatorach podstawowych i w ilości 1000 badań wykonywanych na analizatorze wsparcia.” – zgodnie z zapisem Załącznika nr 3 do SWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- w Części nr 3 – Tabela 1 – Zapis otrzymuje brzmienie: „Odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały eksploatacyjne do wykonania badań hematologicznych: 110000 morfologii krwi, 4500 morfologii krwi z retikulocytami, 36000 rozmazów krwi obwodowej oraz 35000 morfologii krwi w trybie CITO na materiale pochodzącym od pacjentów neonatologicznych oraz 500 morfologii płynów z jam ciała” – zgodnie z zapisem Załącznika nr 3 do SWZ – Opisu Przedmiotu zamówienia.

- w Części nr 4 – Tabela 2 – Czynniki dzierżawy analizatora do badań koagulologicznych: zapis w tabeli otrzymuje brzmienie: „ Dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą lodówko – zamrażarki i zamrażarki – (podać typ, model, producent).....” – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Załącznik nr 3 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

- w Części nr 1 – Załącznik nr 1 do Części nr 1 – Litera C – Przystosowanie pomieszczeń do analizatorów z Części nr 1 (część remontowa): dopisanie pkt 15 w Tabeli o następującym brzmieniu: „24 miesięczna rękojmia i gwarancja jakości na roboty objęte całym przedmiotem zamówienia (w tym na zużyte materiały budowlane i inne wyroby) ”

- w Części nr 2 – Załącznik nr 1 do Części nr 2 – Litera E - Przystosowanie pomieszczeń do analizatorów z Części nr 1 (część remontowa): dopisanie pkt 4 w Tabeli o następującym brzmieniu: „24 miesięczna rękojmia i gwarancja jakości na roboty objęte całym przedmiotem zamówienia (w tym na zużyte materiały budowlane i inne wyroby) ”

- w Części nr 3 – Załącznik nr 4 do Części nr 3 – Litera C - Przystosowanie pomieszczeń do analizatorów z Części nr 1 (część remontowa): dopisanie pkt 4 w Tabeli o następującym brzmieniu: „24 miesięczna rękojmia i gwarancja jakości na roboty objęte całym przedmiotem zamówienia (w tym na zużyte materiały budowlane i inne wyroby) ”

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy (po doprecyzowaniu)
2. Załącznik nr 3 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (po doprecyzowaniu)

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

