



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

ZP/32/2024

Łódź, dnia 14.05.2024 r.

„Nadbudowa z ładowiskiem, przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej przy ul. Pankiewicza 16 w Łodzi” na potrzeby SP ZOZ CSK UM w Łodzi

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

PYTANIA 0

+Mając na uwadze treść zamieszczonych przez Zamawiającego wyjaśnień SWZ z dnia 22 kwietnia br., zwracamy uwagę, iż udzielone odpowiedzi nie rozstrzygają wątpliwości zgłoszonych przez Wykonawców. Wnosimy tym samym o sprecyzowanie odpowiedzi w zakresie zgłoszonym poniżej:

Odpowiedzi do pytań z Zestawu nr 10:

1. Odpowiedź nr 22 – w odpowiedzi na pytanie do § 2 ust. 18 wzoru umowy Zamawiający odniósł się jedynie do kwestii wymiany materiałów eksploatacyjnych, nie wyjaśnił jednak, w jakim zakresie Wykonawca miałby być zobowiązany do sprawowania serwisu, dokonywania przeglądów i czynności konserwacyjnych w okresie gwarancji i rękojmi. Nie jest również jasne, kto w ostatecznym rozrachunku ponosi koszt materiałów zamiennych – Zamawiający czy Wykonawca. Wnosimy o wyjaśnienie.

§ 2 ust. 18: Prosimy o wyłączenie zakupu materiałów eksploatacyjnych z zakresu i potwierdzenie, iż zakup ten jest po stronie Zamawiającego. Zwracamy uwagę, iż rozszerzenie zakresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu udzielanej gwarancji na czynności konserwacyjne, świadczenie usług serwisowych i napraw, a w zakresie zainstalowanych w trakcie robót budowanych urządzeń również na ponoszenie kosztów zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych jest trudne do oszacowania na obecnym etapie i znacząco wpłynie na wysokość proponowanej ceny za wykonanie przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymiana materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Inwestora. Wykonawca ma obowiązek do karty zatwierdzenia materiałów dołączyć listę materiałów eksploatacyjnych oraz ich koszt.

Odpowiedź: Serwisowanie, przeglądy i czynności konserwacyjne w okresie gwarancji i rękojmi są po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek założyć i uzupełniać książki serwisowe zgodnie z przepisami oraz zapisami DTR urządzeń. Wpisy powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w zakresie, w którym

dokonują wpisów. Po każdym wpisie książki należy zdeponować w biurze Działu Technicznego, gdzie będą one przechowywane.

2. Odpowiedź nr 26 – w pytaniu do § 13 ust. 1 Wykonawca prosił o wskazanie przybliżonej liczby Innych Wykonawców oraz zakresu prac, które zostaną im powierzone – było to niezbędne do oszacowania zakresu ewentualnej koordynacji, do jakiej zobowiązany będzie Wykonawca, ryzyk i kosztów z tym związanych. Zamawiający odmówił podania informacji wskazując, że Wykonawca otrzyma wnioskowaną informację po podpisaniu umowy – na podstawie takiej odpowiedzi Wykonawca nie jest w stanie oszacować zakresu i kosztów obowiązków w tym zakresie. Wnosimy zatem:

- a. albo o udzielenie odpowiedzi na przywołane wyżej pytanie
- b. albo o usunięcie § 13 ust. 1 jako wprowadzającego obowiązek, którego kosztów i zakresu Wykonawca nie jest w stanie zweryfikować

Analogiczna kwestia poruszana była również w odpowiedzi nr 34 do pytań z Zestawu nr 16

Odpowiedź: Na terenie UCP planowana jest budowa centrum dydaktycznego prowadzona przez inny podmiot. Postępowanie nie jest jeszcze rozstrzygnięte, budowa się nie rozpoczęła.

Odpowiedzi do pytań z Zestawu nr 11:

3. Odpowiedź nr 10 – w treści zadanego pytania Wykonawcy precyzyjnie wskazał na uwarunkowania terminowe inwestycji, które de facto uniemożliwiają realizację prac w dacie wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający ograniczył się jedynie do odmowy zmiany terminu zakończenia robót. Wnosimy zatem:

- a. albo o potwierdzenie, że zdaniem Zamawiającego termin, mimo podniesionych wątpliwości, jest realny
- b. albo o potwierdzenie, że w przypadku konieczności uzyskania zamiennego lub dodatkowego pozwolenia na budowę termin zakończenia prac objętych umową i poszczególnych etapów umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o czas przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia właściwych procedur

Odpowiedź: Termin wykonania robót wynika z zawartej umowy o dotację.

Odpowiedzi do pytań z Zestawu nr 16:

4. Odpowiedź nr 1 – Wykonawca w pytaniu zwrócił uwagę na fakt, że Prawo zamówień publicznych przewiduje dwa sposoby, w jaki Zamawiający może spełnić swój ustawowy obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia – albo za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jeśli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, albo za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Wykonawca wniósł o jednoznaczne wyjaśnienie, czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, czy też zaprojektowanie i wybudowanie robót budowlanych. Mając na uwadze, że wiążąca Zamawiającego ustawa PZP nie dopuszcza pośredniego trybu, w którym Zamawiający formalnie przekazuje wprawdzie dokumentację, ale nieaktualną lub wręcz wadliwą (umowa przewiduje jednak obowiązek udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na całą otrzymaną dokumentację projektową), wnosimy o jednoznaczne określenie, czy przedmiot zamówienia w postępowaniu ZP/32/2024 wyznaczony jest przez dokumenty, o których mowa w art. 103 ust. 1 czy w art. 103 ust. 2 PZP.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych na podstawie załączonej dokumentacji projektowej zgodnie z pozwoleniem na budowę.

5. Odpowiedź nr 3 – Wykonawca zwraca uwagę, że obecna treść dokumentów postępowania uniemożliwia złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu. Wykonawcy nadal nie dysponują informacją, w jakiej formie należy złożyć przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VI pkt 7.1.1. SWZ. Z pewnością nie jest wystarczające wskazanie w pkt 7.1.1.1, że Wykonawca ma złożyć opis techniczny dla wskazanych produktów „potwierdzający spełnienie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia”. Wykonawca nie dysponuje informacją, które dokładnie parametry danego elementu należy wskazać, np. jakie parametry sufitowej kolumny anestezjologicznej opisać ma w ofercie Wykonawca. Samo odsyłanie Wykonawcy do „opisu przedmiotu zamówienia”, aby z tegoż opisu wyinterpretował sobie zakres parametrów, który należy opisać, nie jest wystarczające. Negatywne konsekwencje powyższego zastrzygł dodatkowo sam Zamawiający, wskazując, że nie wyraża zgody na wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, mimo że ustawa taką możliwość dopuszcza. Również opublikowana przez Zamawiającego odpowiedź na zadane pytanie pogłębia

jedynie istniejące wątpliwości – Zamawiający potwierdził co prawda, iż wystarczające byłoby załączenie do oferty jednozdaniowego oświadczenia o treści: „Potwierdzam, że wszystkie oferowane przeze mnie produkty spełniają parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia”, jednocześnie jednak zaznaczył, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do zaoferowanego produktu, wezwie wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień / dokumentów. Wynika z tego, że Zamawiający zdaje się oczekiwać jednak czegoś więcej aniżeli tylko jednozdaniowego oświadczenia (notabene treść odpowiedzi wskazuje, że Zamawiający będzie jednak wzywał do uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych, przeciwnie do treści Rozdziału VI pkt 7.1.2.). **Wnosimy o pogłębioną analizę przedstawionego zagadnienia, opisany problem może być bowiem kwalifikowany jako wada postępowania uzasadniająca jego unieważnienie.**

Wnosimy zatem:

- a. Albo o potwierdzenie, że w przypadku gdy Wykonawca oferuje dostawy zgodne z wymaganiami, cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca ten może złożyć jako skuteczny przedmiotowy środek dowodowy samo oświadczenie o treści „Potwierdzam, że wszystkie oferowane przeze mnie produkty spełniają parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia”
- b. Albo o załączenie do dokumentów postępowania wzorów przedmiotowych środków dowodowych dla każdego z produktów wskazanych w Rozdziale VI pkt 7.1.1.1 SWZ wraz z instrukcją ich wypełniania (np. tabel, w których Zamawiający wskazuje poszczególne parametry uznane za istotne i określa poziom tych parametrów, który oferowane przez Wykonawcę dostawy muszą spełniać)

Odpowiedź: Zamawiający jasno wskazał w punkcie VI SWZ, iż wykonawca przedkłada opis techniczny oferowanych produktów potwierdzający spełnienie parametrów określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a w przypadku „Potwierdzam, że wszystkie oferowane przeze mnie produkty spełniają parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia” oznacza to, że skoro Zamawiający wskazał na parametry określone w OPZ, to Wykonawca odnosi się do parametrów wskazanych w OPZ. Nigdzie nie jest wskazane, że Wykonawca wybiera parametry dowolne.

Wykonawca winien załączyć opis, który potwierdzi każdy parametr określony w OPZ. Ponadto Zamawiający dokonał aktualizacji SWZ i doprecyzował, iż Wykonawca składa opis oferowanych parametrów na Załączniku nr 7.1.1.1. dla każdego produktu. Zamawiający wskazał również w SWZ, że w sytuacji, gdy przedmiotowe dowody okażą się niekompletne wezwie do ich uzupełnienia. Aktualizacja SWZ dostępna na stronie prowadzonego postępowania.

6. Odpowiedź nr 19 – Zamawiający nie odpowiedział na zgłoszony w terminie wniosek Wykonawcy ujęty w pkt b
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

7. Odpowiedź nr 24 – na pytanie Wykonawcy o to, w jakim zakresie Wykonawca ma realizować umowę w sposób zgodny z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Zamawiający odpowiedział „W zakresie wymagany wskazaną Ustawą”. Zwracamy jednak uwagę, że zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy (podkr. własne): „W przypadku zlecenia lub powierzenia, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publiczny jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6.”. Ponawiamy zatem złożony wniosek o wyjaśnienie, w jakim zakresie Wykonawca ma zapewnić realizację umowy w sposób zgodny z ustawą.

Odpowiedź: Warunki określa Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Wykonawca wykonując zakres prac opisany dokumentacją winien uwzględnić zapisy przedmiotowej ustawy podczas prowadzenia prac.

8. Odpowiedź nr 31 – w zakresie pytania ujętego w punkcie „a”, tj. wniosku o udostępnienie umów zawartych z gestorami, Zamawiający odpowiedział, że umowy te udostępni na etapie wykonawstwa. Wnosimy zatem:

- a. Albo o udostępnienie umów na etapie przed złożeniem oferty
- b. Albo o potwierdzenie, że realizacja wymogów umów, których Zamawiający nie udostępnił przed złożeniem ofert, odbywać się będzie w ramach odrębnie rozliczanych prac dodatkowych, a Wykonawcy przysługiwać będzie skuteczne roszczenie o przesunięcie terminów realizacji umowy, w tym etapów, o czas niezbędny na uwzględnienie wymogów gestorów, których Wykonawca przed złożeniem oferty nie znał

Odpowiedź: Umowy są do wglądu w siedzibie Zamawiającego na każdą osobną prośbę.

9. Odpowiedź nr 31 – Zamawiający nie odpowiedział na zgłoszony w terminie wniosek Wykonawcy ujęty w pkt b

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia w zakresie wykonywania prac, czynności wynikające z uzyskanych zgód innych podmiotów, potrzebnych do realizacji Inwestycji, a które uzyska Inwestor.

10. Odpowiedź nr 42 – Zamawiający nie odpowiedział na zgłoszony w terminie wniosek Wykonawcy ujęty w pkt b

Odpowiedź: Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez innych wykonawców działających na terenie Szpitala dla Zamawiającego i jego partnerów, ale ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawców współpracujących w ramach realizacji tej inwestycji na rzecz Wykonawcy, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców.

11. Odpowiedź nr 52 – Zamawiający nie odniósł się do treści pytania, wnosimy zatem o potwierdzenie, że kontrola i raportowanie, o których pisze Zamawiający, nie oznacza obowiązku zamieszczania w treści umów podwykonawczych określonych zapewnień o wysokości sumy wynagrodzeń określonych w umowach z podwykonawcami. W treści pytania Wykonawca wyjaśnił, dlaczego obowiązek tego typu byłby niemożliwy do spełnienia

Odpowiedź: Zamawiający wymaga określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla danego Podwykonawcy.

12. Odpowiedź nr 53 – Zwracamy uwagę, że Zamawiający zaktualizował treść wzoru umowy w sposób zaostrzający jeszcze wątpliwości podniesione przez Wykonawcę. Wnosimy ponownie o usunięcie komentowanego fragmentu § 11 ust. 3 lit. D

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

13. Odpowiedź nr 54 – czy odpowiedź oznacza, że Zamawiający zakazuje ustalania w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami wynagrodzenia w formie kosztorysowej lub innej rozliczanej powykonawczo i narzuca Wykonawcom w tym zakresie jedynie wynagrodzenie ryczałtowe?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje określenia maksymalnej wartości Umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą

14. Odpowiedź nr 57 – czy stwierdzenie, iż „Zamawiający dokona analizy i ewentualnej aktualizacji zapisów” oznacza, że Zamawiający opublikuje po analizie odpowiedź na postawione pytanie przed terminem składania ofert?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał przedłożenia oświadczenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców o braku ich wymagalnych zobowiązań wraz z zestawieniem/wykazem wszystkich podwykonawców.

15. Odpowiedź nr 68 – Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na część pytania zaczynającą się od słów „w przypadku braku zgody (...)”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść udzielonej odpowiedzi.

Odpowiedzi do pytań z Zestawu nr 19:

16. Odpowiedź na pytanie nr 26 – zwracamy uwagę, że Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na postawione pytanie, wkleił jedynie treść kopiowaną bez bliższego komentarza również w innych odpowiedziach. Z takiego sformułowania nie sposób wyinterpretować stanowiska Zamawiającego, de facto zatem odpowiedź nie została udzielona – wnosimy o jej udzielenie.

Odpowiedź: Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę z dn. 24.05.2021r. w zakresie objętym zamówieniem, Wykonawca winien zweryfikować dokumentację w zakresie wszelkich przepisów obowiązujących na dzień wydania pozwolenia na budowę oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Ponadto uzyskać aktualne uzgodnienia i pozwolenia w zakresie technologii lądowiska.

17. W opublikowanych pytaniach Wykonawcy wielokrotnie pytali o oczekiwane przez Zamawiającego parametry dostawy określonego asortymentu, Zamawiający zaś udzielał odpowiedzi: „Poza zakresem postępowania”.

Powyższe świadczy o tym, że występuje istotna wątpliwość co do zakresu dostaw. Wnosimy tym samym, w celu

wyjaśnienia powyższych wątpliwości, o usunięcie z treści Rozdziału IV SWZ słów „w szczególności” z fragmentu „Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest, w szczególności do dostawy:”

Odpowiedź: Zamawiający zaktualizował dokumenty postępowania o Załącznik nr 7.1.1.1 który precyzuje zakres dostaw w tym postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe oraz przez wzgląd na fakt, że Zamawiający opublikował jednorazowo blisko 80-stronicowy zestaw odpowiedzi, treść odpowiedzi budzi wątpliwości, zamieszczone zostały dodatkowe załączniki, a jednocześnie dokumenty postępowania uniemożliwiają złożenie prawidłowej oferty (zgodnie z wyjaśnieniami w pkt 5 powyżej), wnosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 13 maja 2024 r. Zwracamy uwagę, że utrzymanie obecnego terminu 30 kwietnia z pewnością nie wypełnia ustawowego obowiązku przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert. Zamawiający winien również uwzględnić fakt, że dwa dni poprzedzające złożenie ofert przypadają na tzw. długi weekend, przez co w wielu przypadkach zapoznanie się z treścią wyjaśnień i zmian do SWZ byłoby iluzoryczne. Mając na uwadze powyższe oraz aby uniknąć sytuacji, w której Zamawiający uzyska mniejszą liczbę ofert konkurencyjnych tylko dlatego, że określił nierealny termin opracowania oferty, wnosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 13 maja 2024 r.

Odpowiedź: Zamawiający wydłużył termin składania ofert zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem.

PYTANIA I

Dotyczy wyposażenia medycznego:

Kolumna anestezyjologiczna – dotyczy pliku 2. Aktualizacja KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA SUFITOWA:

1. Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami Zamawiającego, prosimy o jednoznaczne stwierdzenie, czy w obiekcie przewiduje się wykonanie instalacji podtlenku azotu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje że nie planuje budowy instalacji podtlenku azotu w obszarze objętym postępowaniem.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści montaż punktów poboru na bocznej, ergonomicznej ścianie kolumny zasilającej.

Odpowiedź: Dopusci przy zachowaniu pozostałych parametrów.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści montaż kolumny anestezyjologicznej, o zasięgu ramion 600 mm + 1000 mm, gdzie drugie ramię realizuje ruch pionowy w zakresie do 550 mm.

Odpowiedź: Dopusci przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Kolumna chirurgiczna – dotyczy pliku 3. Aktualizacja KOLUMNA CHIRURGICZNA SUFITOWA:

4. Czy Zamawiający potwierdza konieczność montażu punktów poboru tlenu medycznego w kolumnie chirurgicznej? Gaz ten nie jest wymagany po stronie chirurgicznej stołu operacyjnego. Montowany jest w kolumnach anestezyjologicznych – do podtrzymania funkcji życiowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis.

5. Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność zamontowania punktu poboru sprężonego powietrza Air8 w kolumnie chirurgicznej? W projekcie brak instalacji sprężonego powietrza 8 bar w Obiekcie i na Oddziale.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną bez zamontowanych gniazd poboru Air8.

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści montaż punktów poboru na bocznej, ergonomicznej ścianie kolumny zasilającej.

Odpowiedź: Dopusci przy zachowaniu pozostałych parametrów.

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści montaż kolumny chirurgicznej o zasięgu ramion 900 mm + 600 mm.

Odpowiedź: Dopusci przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Lampa zabiegowa sufitowa – dotyczy pliku 5. Aktualizacja LAMPA ZABIEGOWA SUFITOWA:

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje dostawę lampy z temperaturą barwową = 4500K.

Odpowiedź: Dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów.

9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje lampę zabiegową bez systemu bezdotykowego wyłącznika i regulacji natężenia, ze względu na zagrożenie niekontrolowanego ruchu ręką i możliwością wyłączenia lampy podczas trwania zabiegu.

Odpowiedź: Dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Lampa operacyjna dwuczaszowa – dotyczy pliku: 1. LAMPA OPERACYJNA SUFITOWA Z MONITOREM I KAMERA

10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje dostawę lampy operacyjnej, gdzie obydwie czasze mają parametr: d10 = 24-33 cm.

Odpowiedź: Dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów.

11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje dostawę lamp operacyjnych, w których głębokość oświetlenia wynosi 114 cm dla czaszy głównej i czaszy satelitarnej.

Odpowiedź: Dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów.

12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje dostawę lampy dwuczaszowej operacyjnej, w której zużycie energii to 90 W na czaszę.

Odpowiedź: Dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów.

13. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu, by dodatkowe uchwyty były pokryte powłoką z dodatkiem jonów srebra lub aktywnej miedzi. Wskazany zapis wskazuje na rozwiązanie jednego producenta. Ogranicza to możliwość przystąpienia do przetargu pozostałym Wykonawcom.

Odpowiedź: Dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów.

14. Czy sale operacyjne będą wyposażone w system jonizacji promieniowania jonizacji katalitycznej RCI?

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

15. Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie pokrycia ścian, sufitów i urządzeń wewnątrz sal operacyjnych, powłoką antybakteryjną?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

PYTANIA 2

Dotyczy –dokumentu opublikowanego 02.05.2024 pt. „ 4.Aktualizacja_Opis funkcjonalności systemu integracji sal operacyjnych”

1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie System integracji sal operacyjnych wypełniający funkcjonalne oczekiwania postawione w SIWZ lecz oparty na innej niż wyspecyfikowana architekturze. Pragniemy zwrócić uwagę iż systemy integracji są autorskimi rozwiązaniami poszczególnych producentów i zawsze będą różnice w tak szczegółowo opisanych parametrach poszczególnych podzespołów. Chcemy zaoferować Państwu nowoczesny wdrożony w wielu jednostkach medycznych w Polsce i na Świecie system który wypełni postawione przez Zamawiającego oczekiwania co do funkcjonalności. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych leży w interesie Zamawiającego oraz wypełnia stawiane przez PZP oczekiwania ustawodawcy.

Poniżej parametry techniczne oferowanego rozwiązania :

	Funkcjonalności systemu
1.	Oprogramowanie do kontroli modułów sprzętowych i kontroli podłączonych elementów systemu poprzez dotykowy interfejs użytkownika
2.	Intuicyjny interfejs użytkownika dzięki łatwym w operowaniu elementom, obsługiwanym poprzez funkcję dotykową
3.	Dożywotnia licencja stanowiskowa systemu
4.	System zintegrowany pracujący w systemie Windows 11 w wersji 64 bity lub nowszym
5.	Interfejs użytkownika w języku polskim jako domyślny język
6.	System wielojęzyczny
7.	Możliwość zdalnego serwisowania i aktualizacji oprogramowania przez wyspecjalizowany serwis poprzez istniejącą sieć internetową szpitala

	Interfejs użytkownika
8.	Interfejs użytkownika musi zawierać dwa rodzaje kolorystyki interfejsu graficznego (ciemny i jasny). Tryby przełączane bezpośrednio z panelu dotykowego
	Muzyka
9.	Odtwarzacz utworów MP3 - możliwość odtwarzania muzyki z dysku lokalnego oraz dysków zewnętrznych – zarządzanie bezpośrednio z panelu dotykowego
10.	Możliwość regulacji głośności utworów, przycisk wyciszenia, opcja wyboru utworu z listy odtwarzania
	Video
11.	Routing sygnału wideo wewnątrz sali operacyjnej
12.	Wybór źródeł wideo, które mają być archiwizowane poprzez panel dotykowy.
13.	Możliwość wykonywania zdjęć z dowolnego źródła video za pomocą monitora dotykowego
14.	Możliwość nagrywania dwóch dowolnych źródeł w danym czasie. Wybór nagrywanych źródeł z poziomu interfejsu użytkownika. Dla każdej Sali operacyjnej osobno.
15.	Pełen routing źródeł obrazu – dowolne źródło wideo podłączone do systemu może zostać wyświetlone na dowolnym monitorze na sali operacyjnej, który to jest częścią tego systemu.
16.	Dostęp do systemów szpitalnych poprzez dedykowaną stację przeglądowną (komputer z monitorem i klawiaturą) instalowany na sali operacyjnej. Licencje oprogramowania szpitalnego nie są częścią systemu.
17.	Wyświetlanie obrazu z komputera stacji przeglądownej na dowolnym, podłączonym do systemu monitorze na sali operacyjnej.
18.	Zarządzanie komputerem stacji przeglądownej za pomocą medycznej klawiatury z touchpadem z poziomu sali operacyjnej.
19.	Możliwość nagrywania obrazu z podłączonego do systemu komputera stacji przeglądownej
20.	Niezależne przypisywanie wszystkich źródeł obrazu podłączonych do systemu do monitora medycznego 27" na ramieniu podłączonego do systemu zintegrowanego.
21.	Dostęp poprzez VPN dla techników autoryzowanego serwisu przy wykorzystaniu istniejącej w strukturach szpitala sieci VPN
22.	Akceptowane wejścia sygnału wideo: HDMI, DVI, SDI
23.	Obsługiwane rozdzielczości: Full HD i 4K
24.	Funkcja nagrywania obrazów w jakości FullHD
25.	Monitory podłączone przez porty SDI lub HDMI.
26.	Zapisywanie sygnału video skompresowanego w standardzie H.264 w jakości Full - HD
27.	Zarządzanie obrazem - dystrybucja za pomocą ekranu dotykowego głównego panela sterującego w sali operacyjnej. Wybór źródła do wyświetlenia poprzez prostą funkcję drag & drop. Na monitorze panelu sterującego muszą wyświetlać się intuicyjne piktogramy

	ułatwiające identyfikację źródła sygnału wideo
28.	Możliwość podłączenia sygnałów wideo z angiografu w przypadku sal hybrydowych.
29.	Możliwość podłączenia mobilnego źródła wideo na sali operacyjnej – z wykorzystaniem dedykowanego gniazda DVI, HDMI lub HD-SDI znajdującego się na kolumnie chirurgicznej lub anestezjologicznej
	Sterowanie lampą operacyjną
30.	System zintegrowany powinien umożliwiać sterowanie lampą operacyjną z zachowaniem wszystkich funkcjonalności dostępnych z poziomu panela sterującego na uchwycie lampy.
31.	Funkcja sterowania lampami operacyjnym obydwu czasz: włącz/ wyłącz, tryb endo z funkcją regulacji natężenia , regulacja natężenia oświetlenia, regulacja temperatury barwowej, regulacja pola pracy
	Sterowanie drzwiami automatycznymi
32.	Możliwość sterowania z systemu zintegrowanego drzwi automatycznych
33.	Sterownik drzwi automatycznych komunikujący się z systemem zintegrowanym w technologii IP.
34.	Zasilanie sterownika drzwi automatycznych napięciem bezpiecznym do 24VDC.
35.	Sterowanie drzwiami automatycznymi za pomocą styków bez potencjałowych.
36.	Możliwość zdalnej diagnostyki sterownika poprzez sieć IP.
37.	Możliwość obsługi do pięciu drzwi automatycznych z jednego sterownika.
38.	Możliwość rozbudowy systemu kolejne sterowniki drzwi automatycznych.
39.	Funkcja sterowania drzwiami automatycznymi w obrębie sali operacyjnej
	Sterowanie roletami, żaluzjami
40.	Możliwość sterowania z systemu zintegrowanego rolet, żaluzji w oknach o raz drzwiach na Sali operacyjnej
41.	Sterownik żaluzji komunikujący się z systemem zintegrowanym w technologii IP.
42.	Zasilanie sterownika żaluzji napięciem bezpiecznym do 24VDC.
43.	Możliwość zdalnej diagnostyki sterownika poprzez sieć IP.
44.	Sterowanie żaluzjami z wykorzystaniem sygnałów bez potencjałowych.
	Sterowanie klimatyzacją, wentylacją
45.	Możliwość sterowania z systemu zintegrowanego parametrami klimatyzacji w zakresie regulacji temperatury i wilgotności.
46.	Sterownik klimatyzacji komunikujący się z systemem zintegrowanym w standardzie Modbus TCP lub za pomocą wejść wyjść analogowych 0-10V
	Opis parametrów:
	Jednostka sterująca z ekranem dotykowym – 4szt.

47.	Panel sterujący w wersji komputera All-in-One z monitorem dotykowym wielkości 21,5" (+/- 1")
48.	Intuicyjny interfejs w języku polskim przystosowany do obsługi dotykowej
49.	Panel frontowy wyposażony w min. jedno gniazdo USB 2.0, przycisk załączenia / wyłączenia zasilania jednostki głównej oraz przycisk odłączania zasilania urządzenia. Nie dopuszcza się montażu gniazd poza frontem jednostki głównej. Panel wykonany ze szkła hartowanego jako jedna niedzielona monolityczna konstrukcja
50.	Możliwość zabudowy modułu sterującego w ścianie, licujący bez odstających krawędzi
51.	Wymiary panelu frontowego wykonanego ze szkła hartowanego 500 x 1190 mm
52.	Intel® i5
53.	8 GB DDR4 (możliwość rozbudowy do 64GB)
54.	Dysk twardy min 240GB SSD
55.	Intel® HD Graphics
56.	Audio – obsługa: 5.1 codec
57.	Wielkość 21.5" (+/-1") w technologii Active Matrix LCD - TFT
58.	Rozdzielczość 1920x1080 (FullHD), 16:9
59.	Jasność nie mniejsza niż 300 cd/m²
60.	Kontrast nie mniejszy niż 3000:1
61.	Kąt widzenia poziomo / pionowo 178° / 178°
62.	Ilość wyświetlanych kolorów 16.7 milionów
63.	Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC
	Lokalna szafa RACK 19" – 4 szt.
64.	Szafa wielkości nie mniejsza niż 12 U
65.	Moduł pozwalający na zawieszenie sufitowe lub naścienne
66.	Zapewnienie możliwości instalacji w obrębie pomieszczeń pobocznych sal operacyjnych, zalecany montaż w korytarzu brudnym
	Parametry monitora medycznego 27" 4K na ramieniu – 4 szt.
67.	Przekątna nie mniejsza niż 27"
68.	Rozdzielczość natywna nie mniejsza niż 3840x2160 pixeli
69.	Kąt widzenia poziomo 178 stopni
70.	Kąt widzenia pionowo 178 stopni
71.	Jasność nie mniejsza niż 700 cd/m²
72.	Kontrast: 1000:1
73.	Wejścia wideo min: 2x HDMI 1x DP, 2x SDI,

74.	Wyjścia wideo min: 1x HDMI, 2x SDI
75.	Certyfikaty min: MDR(EU) 2017/745 Class I Medical Device, EN60601-1
76.	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
77.	Zużycie energii nie większe niż 130 W
78.	Wymiary min: 671x423x74,2mm
79.	Waga max: 9,4kg
	Parametry monitora 55" w zabudowie panelowej – 4 szt. dla Sali Operacyjnej
80.	Przekątna ekranu nie mniejsza niż: 55"
81.	Rodzaj matrycy: LED, IPS
82.	Rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż: 3840x2160
83.	Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz
84.	Czas reakcji: 8 ms
85.	Jasność: 500 cd/m ²
86.	Kontrast: 8000:1
87.	Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
88.	Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
89.	Złącza: 2x HDMI, 1x DisplayPort
90.	Możliwość montażu na ścianie – VESA: VESA 300 x 300 mm
91.	Pobór mocy podczas pracy: max 110W
92.	Wymiary: 1239,6x 713x 61,1mm
	Stacja Instrumentariuszki 27" – 4 kpl.
93.	Stacja instrumentariuszki montowana w zabudowie panelowej wyposażona w monitor 27", komputer, oraz klawiaturę z touchpadem
	Opis parametrów stacji instrumentariuszki:
	Klawiatura z touchpadem Stacji Instrumentariuszki 4szt
94.	Silikonowa klawiatura z touchpadem i możliwością składania
95.	Klawiatura podłączana poprzez interfejs USB
	Komputer umożliwiający dostęp do systemu PACS lub HIS Stacji Instrumentariuszki 4szt
96.	Komputer, na którym to instalowana jest aplikacja pozwalająca na dostęp do systemu PACS lub HIS
97.	Komputer dostarczany bez aplikacji klienckiej PACS i HIS, aplikacja i licencja po stronie zamawiającego.
98.	System operacyjny min. WINDOWS 11 64 bit lub nowszy
99.	Pamięć operacyjna min. 8GB

100.	Dysk twardy SSD min. 240GB
101.	Karta graficzna: zintegrowana
102.	Karta dźwiękowa: zintegrowana
	Monitor 27" stacji instrumentariuszki 4szt
103.	Monitor do montażu w zabudowie panelowej za szyba lub do montażu naściennego.
104.	Przekątna ekranu minimum: 27"
105.	Rodzaj matrycy: LED, IPS
106.	Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)
107.	Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz
108.	Czas reakcji: 6 ms
109.	Jasność: 250 cd/m ²
110.	Kontrast: 1 000:1
111.	Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
112.	Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
113.	Złącza: VGA-1 szt. HDMI-1 szt. DVI-D-1 szt. DisplayPort - 1 szt.
114.	Możliwość montażu na ścianie – VESA: VESA 100 x 100 mm
115.	Pobór mocy podczas pracy: 45W
116.	Wymiary: 610,2x377,3-527,3x250
	Kamera podsufitowa, dookólna – 4szt.
117.	Kamera montowana na suficie w Sali operacyjnej umożliwiającą podgląd dowolnego miejsca na Sali. Duży zoom zapewnia możliwość zbliżenia obrazu z pola operacyjnego. Możliwość sterowania ruchami kamery w zakresie obrotu, góra/dół; prawo/lewo;
118.	Kamera obrotowa PTZ z wyjściem wideo HDMI lub 3G-SDI
119.	Zoom optyczny min: x12
120.	Czas otwarcia migawki od 1 do 1/10.000 s
121.	Ilość pozycji PRESET min. 6
122.	Sterowanie poprzez VISCA over IP
123.	Zasilanie: 12V
	Wzmacniacz miksujący AUDIO – 4szt.
124.	Moc szczytowa: 160W
125.	Moc znamionowa RMS 120 W
126.	Moc znamionowa RMS przy 4Ω 120 W

127.	Moc znamionowa RMS przy 100V 120 W
128.	Kanały wejściowe: 5
129.	Wejścia 3mV (mic), 200mV (line), 140mV (aux)
130.	Pasmo przenoszenia 50-15 000 Hz
	Głośnik sufitowy – 4kpl (1kpl = 2szt)
131.	Głośnik do zabudowy sufitowej
132.	Moc znamionowa RMS: 30W
133.	Pasmo przenoszenia: 50-20000Hz
134.	Średnica zewnętrzna: Ø 250mm
	Zestaw Mikrofonowy -4szt.
135.	Bezprzewodowy mikrofon nagłówny
136.	Zakres częstotliwości nośnej RF 470–937.5 MHz
137.	Pasmo przenoszenia dźwięku 20 Hz–20 kHz (+1, –2 dB)
	Kontroler wideo 4K – 4szt
138.	Umożliwia zarządzanie obrazami wideo w Sali operacyjnej. Zarządzanie obrazami odbywa się z poziomu ekranu dotykowego jednostki głównej All-In-One.
139.	Kontroler wyposażony w funkcję strumieniowego przesyłania wideo w sieci
140.	Wejścia: HDMI, DP, 12G-SDI – łącznie maksymalnie 14 wejść
141.	Wyjścia: HDMI
142.	Wyjścia sterujące: RS-232C
143.	Zasilanie: AC 100-240 V, 50 – 60 HZ, 2A-1A
144.	Wymiary: 437x423x140mm
145.	Waga: 10,7kg
146.	Zgodność i certyfikaty: ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 NO.60601-1:14, IEC/EN60601-1, FCC Part 15 subpart B, CE(EN60601-1-2,EN55011,EN61000-3-2/3), RoHS
	Nagrywarka medyczna – 4szt
147.	Nagrywanie wideo: FullHD
148.	Wykonywanie zdjęć podczas nagrywania wideo
149.	Przechwytywanie zdjęć: do 1920x1080p
150.	Nagrywanie wideo: do 1080p 60Hz
151.	Podgląd na przednim 5-calowym dotykowym ekranie LCD
152.	opcja bezpośredniego dostępu do PACS

153.	DICOM: opcja exportu zdjęć w formacie DICOM do archiwum PACS
154.	Wejścia: HDMI x2, DP x1, 3G-SDI x2, 3.5mm Stereo
155.	Wyjścia: HDMI x1, 3.5mm Stereo
156.	USB 3.0 – przód 2 szt., tył 2 szt.
157.	Dane Wejścia/wyjścia: RS-232C x1, RJ45 x1, 3,5 mm Stereo -pedal x3
158.	Format nagrywania wideo: MP4
159.	Kodek wideo: H.264, H.265
160.	Format przechwytywanego obrazu: BMP, JPEG, BMP+DCM
161.	Wbudowana pamięć HDD: 2 TB (standardowo)
162.	Zasilanie: AC 100-240 V, 50 – 60 HZ
163.	Pobór energii: max 60W
164.	Wymiary: 260x95x330mm
165.	Waga: 4 kg
166.	Temperatura pracy: 0 do +40 °C
167.	Zgodność i certyfikaty: CE-MDR 2017/745 Class 1 Medical Device, UL 60601-1, IEC60601-1, EN 60601-1-2, FCC Part 15B, CCC, ISO9001, ISO13485, RoHS
	Moduł videokonferencji – 4 kpl.
168.	Wideokonferencja uruchamiana za pomocą przeglądarki internetowej
169.	Terminal videokonferencyjny instalowany po stronie sali operacyjnej w szafie RACK systemu integracji.
170.	Terminal zapewnia połączenie w sieci lokalnej z wybranymi salami konferencyjnymi oraz poza szpital poprzez sieć Internetową.
171.	Dowolne źródło z sali operacyjnej podłączone do systemu integracji może być transmitowane do rozmówcy poza salą operacyjną.
172.	Po stronie odbiorcy wykorzystywana jest aplikacja uruchamiana na lokalnych komputerach PC (komputery nie są przedmiotem zamówienia) pozwalająca na odbiór połączenia audio-wideo.
173.	Dołączenie użytkowników zewnętrznych do videokonferencji jest potwierdzane z poziomu sali operacyjnej
	Okablowanie – 4kpl
174.	Wymagane okablowanie miedziane zlokalizowane będzie w obrębie sali operacyjnej
175.	Zaleca się dokonanie wizji lokalnej celem oceny tras kablowych

Odpowiedź: Zamawiający zawsze dopuści rozwiązanie równoważne, pod warunkiem, że spełnia ono funkcjonalności określone w SWZ. W przedstawionej tabeli przez oferenta brakuje istotnych funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego, dlatego Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie w takiej formie.

PYTANIA 3

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wyrazi zgodę na zaoferowanie kolumny anestezjologicznej z ramieniem uchylnym o długości 1000mm realizującym ruch pionowy w zakresie 600mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymiar ramienia i zakres ruchu przy zachowaniu wymogu Dwóch ramion dla kolumny anestezjologicznej, co umożliwi pełen zakres ruchu na Sali operacyjnej a nie jedynie obrót wokół osi.

2. Prosimy Zamawiającego w wyjaśnienie czy wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy zabiegowej z płynną regulacją natężenia oświetlenia i włączania oraz wyłączania lampy za pomocą wygodnego pokrętła umieszczonego przy czaszy lampy (jak na zdjęciu)?



Odpowiedź: Dopuszczę przy zachowaniu pozostałych parametrów.

PYTANIA 4

1. W dniu 2 maja Zamawiający opublikował aktualizację 4 dokumentów, które po wypełnieniu przez Wykonawców stanowią będą (wraz z plikiem 1. LAMPA OPERACYJNA SUFITOWA Z MONITOREM I KAMERĄ) przedmiotowe środki dowodowe załączane do oferty. W zaktualizowanych dokumentach „2. Aktualizacja_KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA SUFITOWA” oraz „3. Aktualizacja_KOLUMNA CHIRURGICZNA SUFITOWA” Zamawiający zamieścił następującą uwagę:

„W przypadku niezgodności parametrów wymaganych do oferowanych a dopuszczonych odpowiedziami na pytania zawartymi we wnioskach o wyjaśnienie SWZ, należy podać oferowany parametr wraz z numerem odpowiedzi dopuszczającej.”

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że jeśli Wykonawca oferuje parametr niezgodny z wpisaniem przez Zamawiającego w kolumnie „Parametry i warunki techniczne”, ale dopuszczony w wyjaśnieniach treści SWZ, to wówczas:

a. Jeśli w kolumnie „Parametr wymagany” Zamawiający wpisał dla danego wiersza „TAK”, Wykonawca w kolumnie „Parametry oferowane” podaje dla tego wiersza tylko i wyłącznie wartość oferowanego parametru wraz z numerem odpowiedzi dopuszczającej bez zapisywania „TAK”. Zapisując „TAK” Wykonawca oświadczałby wszak, że oferuje parametr dokładnie zgodny z parametrem zapisanym w kolumnie „Parametr wymagany”, co w przypadku powoływania się na odpowiedź dopuszczającą nie będzie miało miejsca:

i. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, prosimy o informację, co dokładnie wpisać ma w kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca, który oferuje parametry dopuszczone odpowiedziami na pytania zawartymi we wnioskach o wyjaśnienie SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie ze wcześniejszą odpowiedzią należy wpisać „TAK parametr dopuszczony pytaniem nr..... do przetargu nr..... zadany dnia.....” lub dowolnym innym wpisem zawierającym słowo „TAK” wskazującym że parametr ten został dopuszczony pytaniem, wraz z numerem pytania. Wpisanie w powyższe pole po słowie „TAK” treści pytania które zostało dopuszczone również uznane będzie za spełnienie warunku.

b. Jeśli w kolumnie „Parametr wymagany” Zamawiający wpisał dla danego wiersza „TAK, podać”, Wykonawca w kolumnie „Parametry oferowane” podaje dla tego wiersza tylko i wyłącznie wartość oferowanego parametru wraz z numerem odpowiedzi dopuszczającej bez zapisywania „TAK”. Zapisując „TAK” Wykonawca oświadczałby wszak, że oferuje parametr dokładnie zgodny z parametrem zapisanym w kolumnie „Parametr wymagany”, co w przypadku powoływania się na odpowiedź dopuszczającą nie będzie miało miejsca:

i. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, prosimy o informację, co dokładnie wpisać ma w kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca, który oferuje parametry dopuszczone odpowiedziami na pytania zawartymi we wnioskach o wyjaśnienie SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie ze wcześniejszą odpowiedzią należy wpisać „TAK(opis parametru)..... parametr dopuszczony pytaniem nr..... do przetargu nr..... zadany dnia.....” lub dowolnym innym wpisem zawierającym słowo „TAK” oraz wartość parametru, wskazującym że parametr ten został dopuszczony pytaniem, wraz z numerem pytania. Wpisanie w powyższe pole po słowie „TAK” treści pytania które zostało dopuszczone oraz zawierające wartość powyższego parametru, również uznane będzie za spełnienie warunku..

2. W dniu 2 maja Zamawiający opublikował aktualizację 4 dokumentów, które po wypełnieniu przez Wykonawców stanowić będą (wraz z plikiem „1. LAMPA OPERACYJNA SUFITOWA Z MONITOREM I KAMERA”) przedmiotowe środki dowodowe. W dokumentach „2.Aktualizacja_KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA SUFITOWA” oraz „3. Aktualizacja_KOLUMNA CHIRURGICZNA SUFITOWA” Zamawiający zamieścił następującą uwagę: „W przypadku niezgodności parametrów wymaganych do oferowanych a dopuszczonych odpowiedziami na pytania zawartymi we wnioskach o wyjaśnienie SWZ, należy podać oferowany parametr wraz z numerem odpowiedzi dopuszczającej.”

Prosimy o uzupełnienie również pozostałych tabel, które stanowić będą przedmiotowe środki dowodowe, o uwagę o takiej samej treści. Zwracamy uwagę, że Zamawiający nie zamieścił jej w tabelach „1. LAMPA OPERACYJNA SUFITOWA Z MONITOREM I KAMERA”, „4.Aktualizacja_Opis funkcjonalności systemu integracji sal operacyjnych” oraz „5. Aktualizacja_LAMPA ZABIEGOWA SUFITOWA”, pomimo iż w treści udzielonych odpowiedzi dopuszczał alternatywne wartości wymaganych parametrów również dla asortymentu ujętego w tych tabelach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że w pozostałych tabelach zamieszczenie identycznego wpisu uznane będzie za spełnienie warunku.

3. W tabelach, które po wypełnieniu stanowić będą przedmiotowe środki dowodowe, **na dal pozostały wiersze, w których Zamawiający dopuszcza zarówno odpowiedź „TAK” jak i „NIE”**. Wykonawca wnosi zatem o udzielenie odpowiedzi na pytanie, które zostało opublikowane w zestawie z dnia 2 maja br. pod numerem 3.g.ii., ale na które Zamawiający odpowiedzi nie udzielił. W pytaniu tym Wykonawca wnosił o wyjaśnienie, czy Wykonawca, w sytuacji, w której tabela dopuszcza odpowiedź „NIE”, może udzielić odpowiedzi NIE bez narażenia się na odrzucenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że w przypadku wiersza w którym, znajdują się zarówno słowa „TAK” jak i „NIE” zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wpisania zarówno jednego jak i drugiego wyrazu. Parametr powyższy jest opcjonalny dlatego nie jest wymagane by dany przedmiot zamówienia posiadał powyższą funkcjonalność. Istotna dla zamawiającego jest natomiast informacja czy oferent tą funkcjonalność zapewni lub nie.

4. W zestawie odpowiedzi z dnia 2 maja br. Zamawiając, w odpowiedzi na pytanie 3.c. wyjaśnił, że polecenia „Tak, podać”, „Tak / podać” oraz „Podać” należy rozumieć w ten sposób, że w wypełnianej kolumnie Wykonawca podać ma wartość ofertowanego parametru. **Nie jest jednak jasne, co, w odniesieniu do danego wiersza, Zamawiający uznaje za parametr.** Sytuacja w wielu przypadkach nie jest oczywista, przykładowo bowiem, w tabeli dotyczącej wymagań dla lampy zabiegowej, znajdują się następujące wiersze:

11	W zestawie rączka do ustawiania położenia czaszy	Tak /Podać	
5	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji.	Tak, podać	
8	Serwis na terenie Polski	Tak, podać	

Co zatem jest parametrem, który należałoby tutaj podać? Katalog możliwych parametrów w przypadku rączki do ustawiania położenia czaszy jest potencjalnie nieograniczony, mogłoby bowiem chodzić o kolor rączki, materiał, wielkość rączki (opisywany przy pomocy jakich gabarytów?) itd. **Jako że Wykonawca nie może być zobowiązany do samodzielnego wyinterpretowania oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów z treści tabel, prosimy o wyraźne zaznaczenie w odniesieniu do każdego wiersza i każdej tabeli, jaki parametr ma zostać podany.**

Odpowiedź: W przypadku parametru „11” należy wpisać słowo „TAK” oraz podać jaka rączka zostanie zamontowana zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku podania miejsca i sposobu montażu elementu. Rozszerzenie opisu o inne parametry nie będzie wpływało na odrzucenie opisu parametru. Przedstawienie w formie fotograficznej lub schematycznej również zostanie uznane za spełnienie warunku.

W przypadku parametru „5” należy wpisać słowo „TAK” oraz podać jakiego typu będą to przeglądy (zgodnie z wytycznymi producenta) oraz w jakim interwale czasowym (zgodnie z wytycznymi producenta).

W przypadku parametru „8” należy wpisać słowo „TAK” oraz podać nazwę podmiotu gospodarczego świadczącego usługi serwisowe w czasie gwarancji wraz z danymi kontaktowymi jednoznacznie identyfikującymi dany podmiot gospodarczy np. tel, email, adres siedziby itd. Nie ma konieczności podawanie wszystkich danych będących w posiadaniu podmiotu gospodarczego).

5. Odnośnie do pliku „2. Aktualizacja_KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA SUFITOWA”:

a. W zakresie sekcji II. Parametry techniczne urządzenia pkt 1 – Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której długość ramion wynosi 600+600 mm lub 865+856 mm lub 600+865 mm? Łączny zasięg ramion jest bardzo zbliżony do wymaganego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

b. W zakresie sekcji II. Parametry techniczne urządzenia pkt 10 – Czy Zamawiający dopuszcza wysięgniki przegubowy o wymiarach 200x200 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

6. Odnośnie do pliku „3. Aktualizacja_KOLUMNA CHIRURGICZNA SUFITOWA”:

a. W zakresie sekcji II. Parametry techniczne urządzenia pkt 1 – Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której długość ramion wynosi 600+600 mm lub 865+856 mm, lub 600+865mm ? Łączny zasięg ramion jest bardzo zbliżony do wymaganego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

7. W opublikowanych 5 tabelach, które stanowić będą przedmiotowe środki dowodowe, Zamawiający wprowadził odstępstwa od treści wymogów wynikających z pierwotnej treści dokumentacji przetargowej. Przykładowo, w pliku 330-IP-00-XX-TD-A-00001-OPIS TECHNICZNY na str. 68 Zamawiający dopuszcza dla „Lampa zabiegowa, symbol: L20” „Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących LED w postaci matrycy diodowej. Matryca diodowa w czasie zawierająca sumarycznie min 15 diod LED”, zaś w tabeli pn. „5. Aktualizacja_LAMPA ZABIEGOWA SUFITOWA” w sekcji „II.Parametry techniczne urządzenia” wiersz numer 1 Zamawiający wskazuje już „źródło światła 5 projektorów LED”

a. Prosimy o zatem o dodanie do każdej z pięciu tabel uwagi o treści „W przypadku niezgodności parametrów wymaganych do oferowanych a dopuszczonych w treści pliku 330-IP-00-XX-TD-A-00001-OPIS TECHNICZNY, należy podać oferowany parametr wraz z lokalizacją w pliku 330-IP-00-XX-TD-A-00001-OPIS TECHNICZNY, która oferowany parametr dopuszcza.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia wyposażenia opisanego Załącznikiem Nr 7.1.1.1 do SWZ oraz złożenia wypełnionego Załącznika Nr 7.1.1.1. dla każdej pozycji wyposażenia, wskazanej w pkt. VI SWZ.

b. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że jeśli Wykonawca oferuje parametr niezgodny z wpisaniem przez Zamawiającego w kolumnie „Parametry i warunki techniczne”, „Parametr/warunek” lub „Wymagane parametry i warunki”, ale dopuszczony w pliku 330-IP-00-XX-TD-A-00001-OPIS TECHNICZNY, to wówczas:

a. Jeśli w kolumnie „Parametr wymagany” lub „Wartość wymagana” Zamawiający wpisał dla danego wiersza „TAK”, Wykonawca w kolumnie „Parametry oferowane”, „Oferowane parametry” lub „Wartość parametru” podaje dla tego wiersza tylko i wyłącznie wartość oferowanego parametru wraz z lokalizacją w pliku 330-IP-00-XX-TD-A-00001-OPIS TECHNICZNY, która oferowany parametr dopuszcza, bez zapisywania „TAK”.

Zapisując „TAK” Wykonawca oświadczałby wszak, że oferuje parametr dokładnie zgodny z parametrem zapisanym w kolumnie „Parametr wymagany” lub „Wartość wymagana”, co w przypadku powoływania się na treść pliku 330-IP-00-XX-TD-A-00001-OPIS TECHNICZNY nie będzie miało miejsca:

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia wyposażenia opisanego Załącznikiem Nr 7.1.1.1 do SWZ oraz złożenia wypełnionego Załącznika Nr 7.1.1.1. dla każdej pozycji wyposażenia, wskazanej w pkt. VI SWZ.

b. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, prosimy o informację, co dokładnie wpisać ma w kolumnie „Parametry oferowane”, „Oferowane parametry” lub „Wartość parametru” Wykonawca, który oferuje parametry dopuszczone w treści pliku 330-IP-00-XX-TD-A-00001-OPIS TECHNICZNY.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia wyposażenia opisanego Załącznikiem Nr 7.1.1.1 do SWZ oraz złożenia wypełnionego Załącznika Nr 7.1.1.1. dla każdej pozycji wyposażenia, wskazanej w pkt. VI SWZ.

b. Jeśli w kolumnie „Parametr wymagany” lub „Wartość wymagana” Zamawiający wpisał dla danego wiersza „TAK, podać”, lub „Tak / podać”, Wykonawca w kolumnie „Parametry oferowane”, „Oferowane parametry” lub „Wartość parametru” podaje dla tego wiersza tylko i wyłącznie wartość oferowanego parametru z lokalizacją w pliku 330-IP-00-XX-TD-A-00001-OPIS TECHNICZNY, która oferowany parametr dopuszcza, bez zapisywania „TAK”. Zapisując „TAK” Wykonawca oświadczałby wszak, że oferuje parametr dokładnie zgodny z parametrem zapisanym w kolumnie „Parametr wymagany” lub „Wartość wymagana”, co w przypadku powoływania się na treść pliku 330-IP-00-XX-TD-A-00001-OPIS TECHNICZNY nie będzie miało miejsca:

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia wyposażenia opisanego Załącznikiem Nr 7.1.1.1 do SWZ oraz złożenia wypełnionego Załącznika Nr 7.1.1.1. dla każdej pozycji wyposażenia, wskazanej w pkt. VI SWZ.

i. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, prosimy o informację, co dokładnie wpisać ma w kolumnie „Parametry oferowane”, „Oferowane parametry” lub „Wartość parametru” Wykonawca, który oferuje parametry dopuszczone w treści pliku 330-IP-00-XX-TD-A-00001-OPIS TECHNICZNY.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia wyposażenia opisanego Załącznikiem Nr 7.1.1.1 do SWZ oraz złożenia wypełnionego Załącznika Nr 7.1.1.1. dla każdej pozycji wyposażenia, wskazanej w pkt. VI SWZ.

8. Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przedłuży termin składania ofert do czasu po rozstrzygnięciu przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania opublikowanego na stronie Zamawiającego oraz przy uwzględnieniu faktu, że po wydaniu decyzji przez KIO Wykonawcy dysponować muszą dodatkowym czasem na zapoznanie się z treścią decyzji KIO i na podjęcie decyzji o udziale w postępowaniu. Zwracamy uwagę, że podniesione w odwołaniu zarzuty nawiązują do istotnych wad, które – w razie potwierdzenia przez ich Izbę – prowadzić mogą do unieważnienia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W tym przypadku utrzymywanie obecnego terminu składania ofert wyznaczonego na 13 maja br. jest oczywiście niezasadne, a Wykonawców naraża na koszty przygotowywania i składania oferty w postępowaniu obciążonym być może nieusuwalną wadą. **Wnosimy zatem o możliwie niezwłoczne poinformowanie Wykonawców o decyzji Zamawiającego co do przesunięcia terminu składania ofert.**

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

9. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy zabiegowej z płynną regulacją natężenia oświetlenia i włączania oraz wyłączania lampy za pomocą pokrętła umieszczonego przy czaszy lampy (jak na zdjęciu)



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

10. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolumny anestezjologicznej z ramieniem uchylnym o długości 1000 mm realizującym ruch pionowy w zakresie 600 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymiar ramienia i zakres ruchu przy zachowaniu wymogu Dwóch ramion dla kolumny anestezjologicznej co umożliwi pełen zakres ruchu na Sali operacyjnej a nie jedynie obrót wokół osi.

Udzielone odpowiedzi, wyjaśnienia należy czytać łącznie z dokumentami zamówienia.

Kinga Miśkiewicz